

Wałbrzych, dnia 20.07.2021r.

DZPZ-530-Zp/28/PN-28/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Kompleksowa dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu, białek specyficznych wraz z zainstalowaniem laboratoryjnej sieci komputerowej i podłączenie analizatorów do tej sieci - Zp/28/PN-28/21.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Dot. SWZ/III/ Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych/ pkt.2:
Czy zamawiający dopuści wydajność 83 ozn/h w trybie CBC+RET?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. SWZ/III/Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych/ pkt.4:
Czy Zamawiający wymaga aby parametry: RBC, HCT, HGB, PLT, WBC były parametrami mierzonymi (oznaczanymi), a nie wyliczanymi? Zastosowanie bezpośredniego pomiaru podstawowych parametrów zwiększa dokładność wyników uzyskanych dla tych parametrów, a także wpływa na dokładność wyliczenia parametrów z nimi związanych (np. MCV, MCH, MCHC).

Odp. Tak.

Pytanie 3

Dot. SWZ/III/Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych/ pkt.13:
Czy Zamawiający dopuszcza tryb pracy CBC+DIFF?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza tryb pracy CBC+DIFF, wraz z możliwością wyboru pozostałych trybów.

Pytanie 4

Dot. SWZ/III/Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych/ pkt.16:
Czy Zamawiający wymaga, aby materiał kontrolny był wspólny (jeden) dla wszystkich parametrów krwi obwodowej i retikulocytów?

Odp. Tak.

Pytanie 5

Dot. SWZ/III/Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych/ pkt.23:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kontrola jakości była oparta na wyznaczonych przez producenta dopuszczalnych limitach dla każdej partii materiału kontrolnego z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli (wykresy Levey-Jennings oraz X-Bar)?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 6

Dot. SWZ/III/Parametry graniczne dla analizatorów hematologicznych/ pkt.32:

Czy Zamawiający dopuszcza aparat z czujnikiem aspiracji, dzięki któremu użytkownik jest informowany o nieprawidłowościach związanych z aspiracją próbki badanej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 8

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 9

Dotyczy SWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3:

W związku z możliwością przystąpienia do ww. postępowania przetargowego Wykonawców, którzy chcieliby wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy następujących punktów w paragrafach:

Dopisanie do §2 umowy ustępu w brzmieniu:

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum:

- 1) Wykonawca 1 odpowiedzialny jest za realizację Umowy w zakresie
- 2) Wykonawca 2 odpowiedzialny jest za realizację Umowy w zakresie

Dopisanie do §2 umowy ustępu w brzmieniu:

„Podmioty działające wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy”.

Modyfikację §3 ust. 1 umowy w brzmieniu:

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum, Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe odpowiednio u Wykonawcy 1 albo u Wykonawcy 2, odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu zamówienia:

- zamówienia w zakresie składane będą pod numerem faksu nr.....lub mailem.....
- zamówienia w zakresie ... składane będą pod numerem faksu nr.....lub mailem.....”

Dopisanie do §3 umowy ustępu w brzmieniu:

„Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym będzie:

- Wykonawcy 1 jest.....
- Wykonawcy 2 jest..... “

Modyfikację §6 ust. 1 poprzez zapis w brzmieniu:





„W przypadku gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum zapłata za dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych następować będzie w terminie 60 dni od daty doręczenia oryginału faktury wystawionej odpowiednio przez Wykonawcę 1 albo Wykonawcę 2 w języku polskim, odpowiedzialnego za wykonanie danego zakresu przedmiotu umowy, przelewem na konto wskazane na fakturze.”

Modyfikację §6 ust. 2 poprzez zapis w brzmieniu:

Czynsz dzierżawny za dzierżawę urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt.2 i 3 umowy, płatny będzie miesięcznie - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie faktury wystawionej odpowiednio przez Wykonawcę 1 albo Wykonawcę 2 w języku polskim, przelewem na konto wskazane na fakturze.

Modyfikację §6 ust. 10 poprzez zmianę zapisu:

„W przypadku, gdy Wykonawcą są firmy tworzące konsorcjum:

- 1) Wykonawca 1 jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP:.....
- 2) Wykonawca 2 jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP:.....”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 10

Dotyczy SWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 3:

§3 ust. 1:

Prosimy o wykreślenie zwrotu „*telefonicznie*” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. Proponujemy dodać zapis „*lub mailem*”.

§3 ust. 5 oraz §3 ust. 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych dokumentów na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „*lub zapewni całodobowy dostęp online do dokumentów na stronie internetowej pod adresem:*”

§4 ust. 8:

Prosimy o usunięcie zapisu.

Wykonawca nie może przewidzieć z wyprzedzeniem ponad 3 letnim pojawienia się nowszych modeli. Wymiana sprzętu wiąże się z koniecznością ponownej instalacji co jest kosztowne. Ostrożny Wykonawca kalkuluje wówczas cenę zakładając wyższe ryzyko kontraktowe, co oznacza, że jeśli Zamawiający usunie wskazany zapis, cena kontraktu byłaby niższa. Wskazany zapis prowadzi do niepewności, co do zakresu umowy. W efekcie na Wykonawcę zostaje przerzucone ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

§4 ust. 10:

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużycia odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużycia odczynników przez Zamawiającego.





Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

§4 ust. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu 12 godzin poprzez dodanie zapisu „w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).”?

§4 ust. 13:

Prosimy o zmianę wyrażenia: „firma wygrywająca przetarg musi porozumieć się z firmą ustępującą (...)” na „firma wrywająca przetarg poczyni starania by się porozumieć z firmą ustępującą (...)”. Wykonawca nie ma wpływu na inne podmioty, nie będące Stroną umowy. Jeżeli Wykonawca miałby na nie wpływ i gwarantował pewność porozumienia, to rodziłoby podejrzenie tzw. zмовы przetargowej lub innych porozumień zakazanych przez prawo

§6 ust. 3 oraz §6 ust. 11:

Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie: „odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

§6 ust. 4:

Prosimy o skrócenie terminu z 180 dni na 45 dni.

Biorąc pod uwagę wybrany przez Zamawiającego najdłuższy zgodny z prawem termin płatności (60 dni), ograniczenie praw Wykonawcy do 180 dni powoduje w praktyce wydłużenie terminu płatności do 240 dni, tj. aż 8 m-cy. Z uwagi na zmianę przepisów na podstawie ustawy dotyczącej zatorów płatniczych, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest niebezpieczne i nieuczciwe w ocenie Prezesa UOKiK. Ponadto zapis stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§11 ust. 1 oraz §11 ust. 6:

Dlatego prosimy zastąpienie słowa: „opóźnienia” na „zwłoki”. Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 1) oraz 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§13:

Uprzejmie prosimy o dodanie zastrzeżenia: „z zastrzeżeniem zmian stawki podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi) oraz przewidzianych w Kodeksie Cywilnym”. Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływanie czynników cenotwórczych na które Zamawiający i Wykonawca nie mają wpływu.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 11

Pytanie dot. Szafa chłodnicza na odczynniki do analizatora przeszklona jednodrzwiowa o pojemności 800 -1200 litrów 4-5 półek , z wbudowanym cyfrowym termometrem. Największe jednodrzwiowe chłodzarki dostępne na rynku mają ok 650 litrów. Czy zamawiający dopuści chłodzarkę o poj. 1400 l, dwudrzwiową?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.





Pytanie 12

Dotyczy Tab.1 (Odczynniki potrzebne do wykonania 614 500 oznaczeń biochemicznych rocznie). Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolumny z ilością opakowań na rok do dwóch miejscach po przecinku, co w skali 36 m-cy daje pełne opakowania handlowe?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby we wszystkich tabelach gdzie wymagane jest podanie ilości op. na rok policzyć z dwoma miejscami po przecinku, co w skali 36 m-cy daje pełne opakowania handlowe.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Ad.3 Czy zamawiający rozumie „system zdalnych zleceń badań laboratoryjnych”, jako zlecenie badań laboratoryjnych z poziomu szpitalnego systemu informatycznego? Jaki system HIS jest obecnie używany i jakich protokołów komunikacji używa?

Odp. Tak, Zamawiający posiada system klasy HIS AMMS ASSECO POLAND i komunikacja pomiędzy systemami odbywa się w standardzie HL7.

Pytanie 15

Ad.27 Czy zamawiający dostarczy certyfikat SSL wraz z konfiguracją subdomeny dla rozwiązania dostępu do wyników przez internet ?

Odp. Tak.

Pytanie 16

Ad.28 Czy w związku z procedurą zamówień kart z podpisem kwalifikowanym (gdzie diagnosta / pracownik medyczny samodzielnie wypełnia formularz zamówienia, a następnie samodzielnie odbiera kartę wraz z podpisem), zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego zakupu urządzeń i kart wraz z w/w podpisem kwalifikowanym ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Dotyczy SWZ pkt V.3 ppkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za spełnienie w/w warunku poprzez przedstawienie opisów, fotografii (katalogi) opisu przedmiotu zamówienia zgodnego z Załącznikiem nr 1 obejmującego urządzenia, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. są wyrobami medycznymi.

Odp. Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych: opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim. Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ.





Pytanie 18

Dotyczy części biochemicznej:

Dot. pkt. 7 parametrów granicznych analizatora głównego, zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego: Czy Zamawiający w opisie: "(...) dla modułu nie mniejsza niż 250 oznaczeń na godzinę" ma na myśli moduł immunochemiczny?

Odp. Tak.

Pytanie 19

Dot. pkt. 20 parametrów granicznych analizatora głównego, zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego: Z uwagi na fakt, że płyny z jam ciała z reguły są pochodzenia surowiczego i stężenia poszczególnych analitów oznacza się w obu materiałach (surowica, płyn z jam ciała) w oparciu o tą samą metodykę, czy Zamawiający dopuści aby oznaczenia te zaoferować w oparciu o protokoły aplikacyjne oraz odczynniki dla surowicy?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Dot. pkt. 5 parametrów granicznych analizatora głównego, zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego: Czy Zamawiający zuna za spełniony warunek możliwość zaoferowania systemu składającego się z oddzielnego modułu ISE stanowiącego integralną część z modułem biochemicznym?

Odp. Tak.

Pytanie 21

Dot. pkt. 11 parametrów granicznych analizatora głównego, zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego: Czy Zamawiający ma na myśli moduły biochemiczny i immunochemiczny zarządzany z jednego stanowiska operatora?

Odp. Tak.

Pytanie 22

Dot. pkt. 25 parametrów granicznych analizatora głównego, zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego: Czy Zamawiający wymaga aby identyfikacja odbywała się automatycznie bez udziału operatora?

Odp. Tak.

Pytanie 23

Dot. pkt. 29 parametrów granicznych analizatora głównego, zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego: W związku z dopuszczeniem w pkt 25 identyfikacji za pomocą innej technologii, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wyposażenie systemu w czytnik kodów kreskowych do identyfikacji próbek i czytnik w innej technologii do identyfikacji odczynników?

Odp. Tak.





Pytanie 24

Dotyczy części immunochemicznej:

dot. 8 pkt i 14 pkt opisu analizatora zintegrowanego, głównego] Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika (anty-TSHR) który posiada komponenty w formie liofilizatu do jednorazowej rekonstrukcji? Po rekonstrukcji odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do użycia.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jakościowego testu skriningowego do wykrywania antygenu p24-HIV i przeciwciał anti-HIV z możliwością rozróżniania źródła sygnału dodatniego (p24HIV/anty-HIV)? Taka funkcjonalność zapewnia uzyskanie oddzielnych wyników dla HIV Ag i dla przeciwciał anti-HIV.

Odp. Tak.

Pytanie 26

Dot. pkt. 2 parametrów granicznych analizatora back-up, zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego (pkt. 31 dla systemu głównego): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym możliwość dostawiania odczynników odbywa się trybie reception mode?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności podania trwałości odczynników, kalibratorów i kontroli po otwarciu opakowania? Dane te są dostępne w ulotkach produktowych.

Odp. Tak.

Pytanie 28

Dot. pkt. 2 parametrów granicznych analizatora back-up, zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego (pkt. 34 dla systemu głównego): Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora wyposażonego w 50 miejsc próbkowych, z możliwością ciągłego doładowania?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Dot. pkt. 2 parametrów granicznych analizatora back-up, zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego (pkt. 7 dla systemu głównego): Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, którego wydajność wynosi odpowiednio - moduł biochemiczny wraz z ISE - 750 ozn/h, moduł immunochemiczny - 120 ozn./h?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.





Pytanie 30

Dot. pkt. 2 parametrów granicznych analizatora back-up, zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego (pkt. 37 dla systemu głównego): Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora wyposażonego w 42 miejsca odczynnikowe dla modułu biochemicznego oraz 28 miejsc odczynnikowych dla modułu immunochemicznego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Pytania do umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 32

Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

Uzasadnienie:

Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data.”

Uzasadnienie:

Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 34

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 35

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36

Par. 2 ust. 1 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 37

Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 38

Par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 39

Par. 4 ust. 2 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 40

Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 41

Par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 42

Par. 4 ust. 10 Czy zamawiający wyraża zgodę na całkowite wykreślenie tego postanowienia, względnie jego modyfikację w zakresie ewentualnego rozliczenia dostarczonego towaru, tak by nie było w żadnym wypadku możliwe zaliczenie danego towaru jako darowizny? *Dotychczasowe sformułowanie tego postanowienia nie może mieć miejsca w świetle zasad panujących na rynku w szczególności postanowień Kodeksu Etyki Med Tech. Ponadto, Wykonawca nie ma możliwości kontrolować potrzeb Zamawiającego co do ilości zamawianego towaru, skupiając się na terminowych dostawach, szczególnie że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilościach zamawianych*





towarów w trakcie trwania umowy. Postanowienie w obecnym brzmieniu nie znajduje uzasadnienia i w ocenie Wykonawcy rodzi ryzyka dla obu stron kontraktu, zatem powinno zostać całkowicie usunięte

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 43

Par. 4 ust. 11

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 44

Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 45

Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 46

Par. 6 ust. 1 i 2 oraz par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 47

Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 48

Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.





Pytanie 49

Par. 11 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 50

Pytania dotyczące: Część VI. Analizator do białek specyficznych i UPS Pytanie 1 Dotyczy: Parametry Graniczne dla analizatora numer parametru 34 - część VI. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu parametru granicznego nr 34 dla analizatora w części VI poprzez zmianę wymagania bezpłatnego pakietu do uruchomienia i wykonania pierwszego badania na bezpłatny pakiet do uruchomienia analizatora i przeprowadzenia szkolenia aplikacyjnego. Aktualny zapis: „Bezpłatny pakiet do uruchomienia i wykonania pierwszego badania.” Zmiana na: Bezpłatny pakiet do uruchomienia analizatora i przeprowadzenia szkolenia aplikacyjnego. Aktualny zapis nie precyzuje powyższego wymagania i może sugerować dostarczenie bezpłatnego pakietu startowego wszystkich odczynników do wykonania każdego pierwszego badania. Informujemy, że producent analizatora dostarcza pełne wyposażenie analizatora oraz UPS, jak również bezpłatnie płyny myjące i konserwacyjne do uruchomienia analizatora. Jednocześnie informujemy, że serwis techniczny i aplikacyjny Wykonawcy korzysta podczas instalacji i szkolenia z odczynników i akcesoriów szkoleniowych, nie naruszając zasobów pierwszych zakupów odczynników, płynów systemowych, akcesoriów i materiałów zużywalnych dokonanych przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający w opisie „bezpłatnego pakietu do uruchomienia i wykonania pierwszego badania”, miał na myśli dostarczenie przez Wykonawcę bezpłatnego pakietu do uruchomienia analizatora i przeprowadzenia szkolenia aplikacyjnego.

Pytanie 51

Dotyczy: Odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń - tabela 8. Część VI. Czy Zamawiający może doprecyzować, że podana liczba oznaczeń w Tabeli 8 jest liczbą oznaczeń uwzględniającą kalibrację kontrole, rozcieńczenia, tym samym jest ostateczną liczbą oznaczeń do obliczenia liczby niezbędnych opakowań do ich wykonania. A wymóg podania trwałości odczynników, kalibratorów i kontroli jest wyłącznie dodatkową informacją dla Zamawiającego. Część podanych w tabeli 8, część VI parametrów będzie wykonywanych w stosunkowo małych ilościach, i zakładamy, że Zamawiający zdecyduje sam o sposobie najlepszego zarządzania odczynnikami, zgodnym z przyjętą praktyką w laboratorium i w oparciu o dostarczoną informację o produktach złożoną przez Wykonawcę ofercie. Doprecyzowanie Zamawiającego w tym zakresie jest istotne dla poprawnego przygotowania liczby niezbędnych opakowań, w związku z zapisem Wzoru Umowy §4 ust. 10 o karze nieodpłatnego dostarczenia brakujących odczynników w razie jeśli Wykonawca nie uwzględni wszystkich opakowań.

Odp. Zamawiający potwierdza, że podana liczba oznaczeń w tab. 8 jest liczbą oznaczeń uwzględniającą kalibrację, kontrole, rozcieńczenia.





Pytanie 52

Dotyczy: Czas usunięcia awarii dla analizatora. Część VI. SWZ pkt XVI. Ocena ofert – Opis kryteriów oceny. Prosimy o zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii analizatora do badań białek specyficznych z 36 godzin od momentu jej zgłoszenia maksymalnie, na zapis do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Wykonawca wskazuje, iż analizator do oznaczania białek specyficznych z naszego doświadczenia nigdy nie pracuje w trybie ciągłym 7 dni w tygodniu, ponieważ nie jest on dedykowany do dostarczania badań pilnych, zatem nieznaczne przedłużenie aktualnych terminów usunięcia awarii oraz możliwość wykonania naprawy w dni robocze od poniedziałku do piątku nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo i komfort pracy Zamawiającego. Wykonawca podkreśla, iż przystępując do przedmiotowego postępowania wyraża gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, a co za tym idzie w jego interesie jest zawsze doprowadzenie do sytuacji, w której przedmiot umowy będzie funkcjonował w sposób prawidłowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert.

Pytanie 53

Dotyczy: Termin dostaw - Wzór Umowy §3 ust. 2. Część VI. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu Wzoru Umowy §3 ust. 2 dla analizatora w części VI, poprzez wydłużenie aktualnego terminu realizacji dostaw przedmiotu umowy z 3 dni od daty złożenia zamówienia, na zapis do 5 dni roboczych. Wykonawca wskazuje, iż analizator do oznaczania białek specyficznych nie jest dedykowany do dostarczania badań pilnych, oraz z doświadczenia Wykonawcy nigdy nie pracuje w trybie ciągłym, 7 dni w tygodniu, zatem nieznaczne przedłużenie wymaganych terminów dostaw przedmiotu umowy dla tej części oferty nie wpłynie negatywnie na komfort pracy Zamawiającego. Prosimy o uwzględnienie w zapisie terminu dostaw określenia dni robocze. Dostawy towaru w soboty, niedziele i święta nie mogą być realizowane ponieważ żaden transport powszechnie wykorzystywany do takich dostaw nie dostarcza przesyłek w dni wolne od pracy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 54

Dotyczy: Termin ważności odczynników. Wzór Umowy §3 ust. 7. Tabela nr 8. Część VI. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu we Wzorze Umowy §3 ust. 7. dotyczącego wymaganego terminu ważności odczynników do analizatora do białek specyficznych, część VI, z co najmniej 6 miesięcy, liczony od daty realizacji dostawy, na termin co najmniej 5 miesięcy od daty realizacji dostawy. Zdarza się incydentalnie w okresie pandemii, że producent odczynników dostarcza odczynniki z wspomnianymi 5 miesięcznymi terminami ważności, co wynika z jego polityki zasobami i produkcją w okresie pandemii, na co Wykonawca nie ma wpływu. W oparciu o doświadczenie pracy z oferowanymi odczynnikami do oznaczania białek specyficznych możemy zapewnić, że zmiana ta nie dostarczy jakichkolwiek strat odczynnika, których przyczyną miałyby być brak możliwości wykorzystania odczynnika w terminie jego ważności.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 55

Dotyczy: Termin ważności odczynników Tabela 8, pozycje od 6 do 11. Część VI. Jednocześnie prosimy o zgodę Zamawiającego na zmianę zapisu dotyczącego terminu ważności odczynników wymienionych w Tabeli 8, w pozycji 6-11, dla części VI. W pozycji od 6 do 11 znajdują się





odczynniki IgG kappa, IgG lambda, IgA kappa, IgA lambda, IgM kappa, IgM lambda, które producent w okresie pandemii incydentalnie, co wynika z jego polityki zasobami i produkcją, oferuje z krótszymi terminami ważności, na co Wykonawca nie ma wpływu. Dlatego prosimy o zmianę aktualnego we Wzorce Umowy §3 ust. 7 zapisu terminu ważności dla części VI, z co najmniej 6 miesięcy, liczony od daty realizacji dostawy, na zapis, co najmniej 3 miesięcy od daty realizacji dostawy, wyjątkowo w odniesieniu dla tych 6 odczynników w Tabeli 8. W oparciu o doświadczenie pracy z w/w oferowanymi odczynnikami do oznaczania białek specyficznych możemy zapewnić, że zmiana ta nie dostarczy jakichkolwiek strat odczynnika, których przyczyną miałyby być brak możliwości wykorzystania odczynnika w terminie ważności. Opakowania zestawów tych odczynników są niewielkie tj. 50 testów, to zapewnia użytkownikowi wykorzystanie odczynnika bez strat, mając na względzie podane w formularzu cenowym zapotrzebowanie Zamawiającego. Wobec powyższego wnosimy do dokonanie przedmiotowej zmiany.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu ważności odczynników.

Pytanie 56

Dotyczy: Terminy płatności – Wzór Umowy §6, ust. 1. Cześć VI. Prosimy o zmianę terminu płatności z 60 dni od daty dostarczenia towaru na 40 dni od daty otrzymania faktury. W ocenie Wykonawcy określenie terminu płatności na czas 60 dni licząc od dnia dostawy otrzymania faktury prowadziłoby do faktycznego kredytowania Zamawiającego oraz konieczności doliczenia do oferty „kosztów pieniądza w czasie” co z kolei spowoduje wzrost wartości otrzymanych przez Zamawiającego ofert, a co za tym idzie niesie ryzyko przekroczenia kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 57

Dotyczy: Nieodpłatna dostawa odczynników –Wzór Umowy § 4, ust. 10 Cześć VI. Prosimy o odstąpienie Zamawiającego od zapisu we Wzorce Umowy § 4, ust. 10, w odniesieniu do części VI, dotyczącego bezpłatnych dostaw na koszt Wykonawcy w przypadku niedoszacowania przez wykonawcę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych. Aktualny zapis we Wzorce Umowy brzmi: “ W przypadku jeżeli Wykonawca nie uwzględnił w ofercie wszystkich odczynników laboratoryjnych bądź materiałów eksploatacyjnych do analizatorów wyszczególnionych w § 2 ust.1 pkt. 2 (asortyment i ilość) –niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego ilości badao podanych w SWZ –wówczas Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu, na jego żądanie, brakujących odczynników bądź materiałów eksploatacyjnych, w terminie określonym w § 3 ust.2 umowy.” Rzeczywista sytuacja odnosząca się do stanu pacjenta, a co za tym idzie stężenia badanego markera w próbce którą otrzymuje laboratorium, jak również możliwości czasowej zmiany organizacji pracy w laboratorium, na przykład w okresie pandemii, czasowo większej lub mniejszej liczby przyjętych pacjentów, lub ich braku, z powodu zamknięcia oddziału, czy poradni w okresie kolejnych fal epidemii Covid-19, dłuższe przerwy w wykonywaniu badao, to wszystko może skutkować nieoptymalnym wykorzystaniem odczynników, a tym samym nie pozwala w 100% przewidzieć ostatecznego wykorzystania odczynników materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych w okresie umowy. To wszystko może zmienić zużycie i zapotrzebowanie na poszczególne produkty złożone w ofercie. Dlatego prosimy o odstąpienie od zapisu we Wzorce Umowy § 4, ust. 10 w odniesieniu do części VI.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.





Pytanie 58

Dotyczy: Terminu usunięcia awarii - Wzór Umowy § 4 ust. 11 Wykonawca wnosi o modyfikację Wzoru Umowy § 4 ust. 11, i zgodnie z pytaniem nr 3, zapisów SWZ pkt XVI. Ocena ofert – Opis kryteriów oceny, poprzez wydłużenie aktualnego czasu usunięcia awarii w odniesieniu do części VI. Aktualnie zapis brzmi: „W przypadku awarii analizatora głównego i/lub zastępczego -dostawca zobowiązuje się do usunięcia awarii najpóźniej do 12 godzin, lub zapewni analizator zastępczy na czas trwania naprawy lub zapewni i sfinansuje wykonanie badao w innej placówce do czasu usunięcia awarii.” Wykonawca wskazuje, iż analizator do oznaczania białek specyficznych nie jest dedykowany do dostarczania badao pilnych, a co za tym zwyczajowo nie pracuje 7 dni w tygodniu, zatem nieznaczne przedłużenie aktualnych terminów usunięcia awarii i dostawy równorzędnego aparatu zastępczego nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo i komfort pracy Zamawiającego. Wykonawca podkreśla, iż przystępując do przedmiotowego postępowania wyraża gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, a co za tym idzie w jego interesie jest doprowadzenie do sytuacji, w której przedmiot umowy będzie funkcjonował w sposób prawidłowy. Dlatego prosimy o zmianę aktualnego terminu, najpóźniej do 12 godzin na usunięcie awarii od jej zgłoszenia (Wzór Umowy § 4 ust. 11), w odniesieniu do analizatora do badao białek specyficznych, poprzez wydłużenie terminu usunięcia awarii, na do maksymalnie 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku, gdyby usunięcie awarii w terminie do 5 dni roboczych nie było możliwe, Wykonawca po upływie kolejnych 2 dni roboczych, zobowiązuje się dostarczyć równoważne urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie przekraczającym 5 dni roboczych Wykonawca sfinansuje wykonanie badao w innej placówce. Dlatego proponujemy zapis w następującym brzmieniu w odniesieniu do części VI: „W przypadku awarii analizatora głównego i/lub zastępczego -dostawca zobowiązuje się do usunięcia awarii najpóźniej do 5 dni roboczych, a po kolejnych 2 dniach, w razie braku możliwości usunięcia awarii, dostarczy aparat zastępczy. W razie braku możliwości usunięcia awarii w terminie 5 dni roboczych sfinansuje wykonanie badao w innej placówce do czasu wstawienia aparatu zastępczego.” Z uwagi na skomplikowany charakter przedmiotu umowy oraz ewentualną konieczność dostarczenia urządzenia zamiennego Wykonawca wskazuje, iż do dostarczenia urządzenia zamiennego niezbędny jest dodatkowy czas, który może być zaburzony z obiektywnych przyczyn. Powyższe spowodowane jest koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia logistycznego dostawy, co w sytuacji wystąpienia na terytorium RP stanu epidemii może przejściowo napotykać niedające się przewidzieć trudności. Nadto, Wykonawca zwraca uwagę, iż rozprzestrzenianie się wirusa Sars-Cov2 powoduje ciągle utrzymujące się problemy związane z blokadą lub przerwaniem łaocuchów dostaw w transporcie międzynarodowym oraz może uniemożliwić terminową realizację zamówienia części zamiennych bezpośrednio od producenta urządzenia, wymaganych dla usunięcia awarii i dotrzymania aktualnego terminu usunięcia awarii. Wskazane powyżej okoliczności, jak również ewentualna odpowiedzialność Wykonawcy za zwłokę w realizacji zamówienia, skutkować będzie koniecznością oszacowania dodatkowych ryzyk, a co za tym idzie może w sposób znaczący wpłynąć na ceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Wobec powyższego wnosimy do dokonanie przedmiotowej zmiany.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek

Sporządziła: Dorota Piekarcz
nr telefonu: 74/6489700

