

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 23.07.2021r.

DZPZ-530- Zp/27/PN-27/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa : Espandery , Sizery śródoperacyjne oraz implanty piersi, Klipsy polimerowe, Dreny do laparoskopii, Fartuch operacyjny, Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej, Jednorazowe ssaki neurochirurgiczne, Akcesoria urologiczne, Dreny, drenaż pola i ran pooperacyjnych, Uchwyt elektrod monopolarnych, Tamponada nosowa, Pojemnik do badań histopatologicznych, Uchwyt monopolarny z 3 przyciskami, Serweta do przykrycia pacjenta - Zp/27/PN-27/21

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 4

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczętki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L, XL, XXL i dodatkowo w centymetrach.

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe.


Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H₂O , Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa,

Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa, IB – 2,9,

Rozmiary : 125 cm-M , 135 cm-L, 145 cm-XL, 155 cm-XXL

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiarów podanych w SWZ.



Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 4

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep

Dodatkowo 2 ręczniki do osuszania rąk.

Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczętki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L, XL, XXL i dodatkowo w centymetrach. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H₂O

Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa

Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa

IB – 2,9

125 cm, M

135 cm, L

145 cm, XL

155 cm, XXL

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiarów podanych w SWZ.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuchów z włókniny SMS.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości :

M – 115cm,

L – 127 cm,

XL – 135cm,

XXL – 140cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości fartucha tj. 130 ,150 170 cm.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 13


Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160cm x 200cm?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 6. Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny o gramaturze min. 55g/m²?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga min. gramaturę 60 g/m².



Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny o gramaturze min. 45g/m²?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga min. gramaturę 60 g/m².

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety do okrycia pacjenta, wykonanej z mieszanki włókien wiskozowych i poliestrowych, rozmiar 100x200cm, kolor biały, włókna typu spunlace o lepszych właściwościach cieplnych niż Zamawiający zawarł w wymogach SIWZ- gramatura 100g/m².

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr 13

Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wymaga przedstawienia deklaracji zgodności z MDR? Wyroby klasy I, w których procedurze oceny zgodności nie bierze udziału jednostka notyfikowana, od 26 maja 2021 r. muszą być zgodne z MDR i ich producent musi wystawić deklarację zgodności z MDR.

Odp. Zamawiający w sprawie wyrobów medycznych wymaga przedstawienia deklaracji zgodności MDR.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1-6

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, co może zapobiegać powikłaniom z tym związanym.

Odp. Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie 11. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na pojemniki typu Redon o pojemności 200-250ml, spełniające wszystkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pojemności 200 ml.

Pytanie 12. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 7


Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane pojemniki typu Redon, powinny mieć spłaszczony kształt z harmonijkowym elementem wytwarzającym podciśnienie, dokładne skalowanie oraz uniwersalny, dodatkowo zamykany łącznik do szczelnego połączenia z drenami Redona o CH min. od 8 do 18.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1-7

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Redona i pojemniki typu Redon - ze względu na ich pełną kompatybilność - powinny pochodzić od jednego producenta.

Odp. Nie, oferowane dreny i pojemnik nie muszą pochodzić od jednego producenta.



Pytanie 14. Dotyczy pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarach i długościach:
M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm, XXXL – 170 cm? Tolerancja rozmiaru +/- 3 cm?
Fartuch spełnia pozostałe wymagania.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości fartucha 130 ,150 ,170 .
Zamawiający nie wymaga rozmiaru XXXL 170 cm tylko XXL 170 cm.**

Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do badań o pojemności 150ml?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pojemności pojemnika 100 ml.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 11, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do badań o pojemności 250ml?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pojemności pojemnika 200 ml.

Pytanie 17. Dotyczy pakietu nr 11, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do badań o pojemności 2300ml?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pojemności pojemnika 2500 ml.

Pytanie 18. Dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w kolorze zielonym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19. Dotyczy pakietu nr 13, poz. 1


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 45 g/m²?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga gramatury min. 60 g/m².

Pytanie 20. Dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z włókniny SMS w kolorze niebieskim o gramaturze 35 g/m²?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga gramatury min. 60 g/m².



Pytanie 21. Dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 160x210cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22. Dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 80x200cm?

Odp. Zamawiający nie wyrazi zgody na serwetę w rozmiarze 80x200. Serweta w tym rozmiarze jest za mała.

Pytanie 23. Dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okrycia dla pacjenta wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m² z poliestrowym wypełnieniem o gramaturze 80 g/m², ze szwami ultradźwiękowymi na całej powierzchni, w rozmiarze 110x210cm, w kolorze niebiesko-zielonym?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga gramatury włókniny (zewnątrznej) min. 60 g/m².

Pytanie 24. Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w zad. 2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:


Klipsy z niewchłanialnego polimeru możliwość zamykania naczyń od 2 mm do 16 mm, łukowaty kształt pozwalający objąć większą ilość tkanki, zintegrowane zębki zapewniające stabilność na tkankach, zamek gwarantujący bezpieczeństwo wraz ze zwrótnie wyczuwalnym zamknięciem, uchwyty stabilizujące klips w klipsownicy eliminujące możliwość wypadania, zasobniki po 6 klipsów w 4 rozmiarach z oznaczeniem kolorystycznym, kompatybilne z klipsownicami do chirurgii tradycyjnej i laparoskopowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25. Dotyczy pakietu nr 2

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku, ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej, czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi, Zamawiający w zad. 2 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowie, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 26. Dotyczy pakietu nr 2

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji, muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc naprzeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zad. 2, o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje, zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zewnętrznej część opakowania nie papierową tylko przezroczystą.

Pytanie 27. Dotyczy pakietu nr 11

Wnosimy o dopuszczenie pojemników do badań histopatologicznych o stawce VAT 8% lub 23%. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Produkt objęty stawką VAT w wysokości 8 % powinien spełniać definicję wyrobu medycznego zawartą w ustawie o wyrobach medycznych. Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z póź. zm.).

Pytanie 28. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 9

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika do badań histopatologicznych o pojemności 2300ml, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.


Zaproponowany pojemnik nieznacznie różni się od wymaganego i jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, oraz jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pojemnika o pojemności 2500 ml.

Pytanie 29. Dotyczy pakietu 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarach M 120cm, L 130cm, XL 140 cm, XXL 160 cm

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości fartucha tj. 130 ,150, 170 cm.



Pytanie 30. Dotyczy pakietu 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego kocyka wykonanego z poliestru o gramaturze 80 g/m². Wymiary 152x198 cm, kolor biały. Pakowany po 48 szt/op. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31. Dotyczy pakietu 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego kocyka do przykrycia pacjenta w rozmiarze 110x210 wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m² (warstwa zewnętrzna) i poliestrowej o gramaturze 88g/m² (wypełnienie) z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw. Szwy zgrzewane ultradźwiękowo. I klasa palności, niepyłący. Produkt higieniczny o podwyższonej czystości mikrobiologicznej. Opakowanie jednostkowe torba foliowa, opakowanie zbiorcze karton zawierający 30 szt. Producent spełnia wymogi Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO14001

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga gramatury włókniny (zewnętrznej) min. 60 g/m².

Pytanie 32. Dotyczy pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach:

M - 115 CM

L- 125 CM

XL - 140 CM

XXL - 155 CM

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości fartucha tj. 130 ,150, 170 cm.

Pytanie 33. Dotyczy pakietu dot. projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 34. Dotyczy pakietu dot. projektu umowy


Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 odstąpić od wymogu umieszczenia nr pakietu na fakturze?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 35. Dotyczy pakietu dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych (§ 8) w następujący sposób:

a) 0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na ratunek”,



b) 5 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 36. Dotyczy pakietu dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 37. Dotyczy pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści Serwetę przeznaczoną do przykrycia pacjenta 100x200 cm, kolor biały, włóknina spunlace o min. gramaturze 50 g/m² ?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga gramatury min. 60 g/m².

Pytanie 38. Dotyczy pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści do przetargu prześcieradło do przykrycia pacjenta o wymiarze 101x203cm wykonanego białej wodnoigłowanej włókniny o gramaturze 60 g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39. Dotyczy projektu umowy załącznik 3a, §4 ust.3 b)


W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy w zakresie §4 ust.3 b) zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy dla zamówień na cito do 72 godzin roboczych.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 40. Dotyczy projektu umowy załącznik 3a, §4 ust. 4 i 5

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 5, § 4 oraz o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący: „4. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w ust.3 pkt. a i b, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić te partię towaru u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.



Pytanie 41. Dotyczy projektu umowy załącznik 3 a, §4 ust. 4 i 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący:

„4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt a i b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy. Jednak różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 42. Dotyczy projektu umowy załącznik 3 a, §4 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany do 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 43. Dotyczy projektu umowy załącznik 3a, §9 ust.3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §9 ust. 3 umowy w sposób następujący:

„3. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 44. Dotyczy projektu umowy załącznik 3a

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującej treści:

SIŁA WYŻSZA


1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.



6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 45. Dotyczy pakietu 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny SMMMS, zawiniętych w serwetę włókninową wraz z dwoma ręcznikami o wymiarach 30x40 cm. Rozmiary fartucha jak poniżej:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartuchy M,L,XL,XXL roz. 130cm, 150cm, 170 cm.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek