

Wałbrzych, dnia 19.08.2021r.

DZPZ-530-Zp/35/PN-35/21

Wykonawcy – wszyscy

„Świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu medycznego, będących na stanie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na okres 36 miesięcy” - Zp/35/PN-35/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 10

Pytanie 1 dotyczy SWZ, Pakiet 10

Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie pozycji 17 i 18, tj. monitor rzutów serca Pulsion Picco 2 do osobnego pakietu. Zgoda Zamawiającego pozwoli na udział w postępowaniu jednemu wykonawcy, który posiada wymagane uprawnienia do świadczenia usług serwisowych na terenie Polski.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 17 i 18 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 7, 10

Pytanie 2 dotyczy SWZ, pkt. XI, ust. 9 / Pakiet 7 i 10

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający oprócz oświadczenia będzie wymagał aktualnego certyfikatu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych wydanych przez wytwórcę urządzeń? Należy zauważyć, że to jedyna obiektywna i wiarygodna metoda potwierdzenia deklaracji zawartych w oświadczeniu.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 2

Pytania do pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK15 (pozycje 7-15) ?Wsparcie techniczne dla defibrylatorów LIFEPAK12 oraz



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



LIFEPAK20 zostało już zaprzestane i nie gwarantujemy dostępności wszystkich części zamiennych/ akcesoriów. Takie działanie pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowany serwis techniczny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych do defibrylatorów LIFEPAK oraz dostępu do aktualnych wersji oprogramowania?

Odp. Tak.

**p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Sporządziła: Dorota Piekarz
nr tel.: 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742