

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 24.08.2021r.

DZPZ-530-Zp/31/PN-31/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa: Opatrunki specjalistyczne, akcesoria do bronchofiberoskopii oraz Ebus, akcesoria do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, klisze do mammografii, jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2, cewniki centralne, strzykawki jednorazowego użytku - Zp/31/PN-31/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1

Prosimy o podanie rozmiarów opatrunków, jakie zamawiający oczekuje.

Odp. Zamawiający oczekuje rozmiar opatrunków 10x10 i większe 15x20.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5 sztuk lub a`10sztuk w zależności od rodzaju i rozmiaru opatrunku, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowania po 5 i 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk była zgodna z SWZ.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 5

Jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru w Technologii NELLCOR OxiMax dla noworodków i niemowląt Mając na uwadze, że zamawiane czujniki będą wykorzystywane m.in do badania noworodków w kierunku wrodzonych wad serca (CCHD) czy Zamawiający wymaga aby te czujniki spełniały wymogi polskich wytycznych i amerykańskich protokołów w oparciu o które zostały utworzone polskie wytyczne m.in: - dokładności pomiaru saturacji w standardach FDA: +/-2 dla zakresu SPO2 70-100% - wymagany certyfikat wraz z ofertą? - czujników ze wskazaniem do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją- potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści czujniki chińskiego producenta, niezwalidowane pod względem kompatybilności z Nellcor Oximax przez oryginalnego wytwórcę technologii? W sytuacji uszkodzenia monitora / pulsoksymetru w trakcie stosowania czujników nie zwalidowanych przez oryginalnego wytwórcę, w przypadku urządzeń z ważną gwarancją - następuje jej utrata?


Odp. Zamawiający wymaga czujniki jednorazowego użytku do pomiaru saturacji o



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742



następujących parametrach: czujnik jednorazowy mikrobiologicznie czysty, bezlateksowy, bez ftalanów, technologia OxiMax, cyfrowa i analogowa kalibracja czujnika z minimum dokładnością (% SpO₂) w zakresie 70-100 % +/- 2 , do stosowania w ruchu i przy niskiej perfuzji. W kształcie litery L, długość kabla 45-90 cm, warstwa samoprzylepna wykonana z materiału eliminującego podrażnienia skóry noworodka i wcześniaka. Czujnik prawidłowo zidentyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający oczekuje aby zgodnie ze standardami Nellcor Oximax zaoferowane czujniki posiadały przynajmniej minimalne zabezpieczenia przed interferencjami elektromagnetycznymi emitowanymi przez inne urządzenia na oddziale szpitalnym, takie jak miedziana osłona części optycznych czujnika-fotodetektora?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 6, dot. pakietu nr 5, poz. 1


Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy SWZ i ustawy PZP, czy Zamawiający dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowe, sterylne do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowane analogowo, wyposażone w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, w zestawie z minimum 6 sztukami sterylnych krążków klejowych służących do przeklejania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności w jednym integralnym opakowaniu z czujnikiem, współpracujące ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym <3 kg i >40 kg, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów. Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, że powyższe czujniki były już przedmiotem umowy przetargowej zawartej z Zamawiającym. W przeciwnym wypadku wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż obecna konstrukcja SIWZ stoi stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego, a możliwość złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu ogranicza się do jednego wykonawcy, określonego już na etapie tworzenia SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 5, poz. 2

Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy SWZ i ustawy PZP, czy Zamawiający dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowe, sterylne do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowane analogowo, wyposażone w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, w zestawie z minimum 6 sztukami sterylnych krążków klejowych służących do przeklejania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności w jednym integralnym opakowaniu z czujnikiem, współpracujące ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów





o przedziale wagowym 3 - 20 kg, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów. Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, że powyższe czujniki były już przedmiotem umowy przetargowej zawartej z Zamawiającym. W przeciwnym wypadku wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż obecna konstrukcja SIWZ stoi stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego, a możliwość złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu ogranicza się do jednego wykonawcy, określonego już na etapie tworzenia SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza czujniki w przedziale wagowym 3-20 kg.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 7, poz.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ze skalą co 0,5ml, spełniającą pozostałe wymagania swz?

Odp. Tak, jeżeli spełnia pozostałe wymagania.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 7, poz.12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z dopakowaną igłą 0,4x13mm spełniającą pozostałe wymagania swz?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga strzykawki do insuliny 1 ml/CC U -100, zintegrowana z igłą 0,3x 12,7-13 mm. Jałowa, zbudowana z przezroczystego cylindra i tłoka dobrze uszczelnionego, dopasowanego do cylindra. Wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie tłoka. Dobrze widoczna skala.

Pytanie 10, dot. załącznika nr 3b do SWZ projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie terminu dostawy dla zamówień „na cito”, o których mowa w §4 ust. 3 pkt. b) do 72 godzin w dni robocze?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 11, dot. załącznika nr 3b do SWZ projekt umowy


Zgodnie z zasadą równego traktowania zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §8 ust. 5 na zapis: „ 5. Łączna wartość kar umownych nie może przekraczać 100% łącznej wartości netto przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy” tak jak ma to miejsce w §8 ust. 5 załącznika nr 3a do SWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12, dot. SWZ, rozdział X, pkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek na wezwanie (a nie wraz z ofertą) w przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ?





Odp. Zgodnie z zapisami SWZ - uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Pytanie 13, dot. SWZ, rozdział X, pkt 5

W przypadku braku zgody na pytanie nr 3 zwracamy się z prośbą o podanie informacji, do których pozycji z pakietów wymagane jest złożenie próbek oraz w jakich ilościach.

Odp. Model fizyczny (Próbka) dotyczy pakietu nr 2, 3, 5, 6, 7.

Pytanie 14, dot. Pakietu nr 2, poz.1 i 2.

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie nr 2, pozycja 1 i 2 szczypiec biopsyjnych z zabezpieczającą osłonką z polietylenu zwyczajowo nazywanego teflonem z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia?

Teflon® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy DuPont.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 2, poz.8.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, pozycja 8 zaferowanie jednorazowej igły aspiracyjnej z wymaganą minimalną średnicą kanału roboczego endoskopu 2,0mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16, Dot. zapisów rozdziału XVI SWZ.

W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XVI zwracamy się z prośbą o zmianę terminów dostawy w sposób następujący:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia:

- od 3 do 4 dni - 40 pkt.

- 5 dni – 20 pkt.

- 6 dni – 0 pkt.


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów dostawy.

Pytanie 17 dot. projektu umowy

Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §4 ust.3 b)

W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje





poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy w zakresie §4 ust.3 b) zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy dla zamówień na cito do 72 godzin roboczych
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 18, dot. projektu umowy

Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §4 ust. 4 i 5.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 5, § 4 oraz o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący:

„4.W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w ust.3 pkt. a i b, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić te partię towaru u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanej przez Zamawiającego u innego dostawcy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 19, dot. projektu umowy

Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 4 i 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący:

„4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt a i b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy. Jednak różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 20, dot. projektu umowy

Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany do 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 21, dot. projektu umowy


Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §8

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.

„5. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.5.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.





Pytanie 22, dot. projektu umowy

dot.. wzoru umowy załącznik 3a, §8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie ust.5 o następującej treści:

5.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 23, dot. projektu umowy

Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §9 ust.3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §9 ust. 3 umowy w sposób następujący:

„3. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.


Pytanie 24, dotyczy wzoru umowy załącznik 3a.

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 25, dot. pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 czujnika o zakresie wagowym od 3 kg do 20 kg. Pozostałe wymogi zgodne SWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza czujniki w przedziale wagowym od 3 do 20 kg., przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 26, dot. pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 czujnika o zakresie wagowym poniżej 3kg dla dzieci i noworodków oraz powyżej 40kg dla dorosłych. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza czujniki w przedziale wagowym poniżej 3 kg dla dzieci i noworodków oraz powyżej 40 kg dla dorosłych, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek

Sporządziła: Agnieszka Bieniek
nr telefonu: 74/6489700



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742