

Wałbrzych, dnia 24.08.2021r.

DZPZ-530-Zp/34/PN-34/21

Wykonawcy – wszyscy

„Dostawa procesora tkankowego oraz odczynników dla Zakładu Patomorfologii” - Zp/34/PN-34/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 3

Załącznik nr 1 do SWZ: Asortyment: Alkohol etylowy, odwodniony, skażony: Czy można złożyć ofertę na: Alkohol etylowy odwodniony całkowicie skażony 5L w op. Kanister 5L ?

Całkowite skażenie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (ze zmianami). Wspólna procedura skażania alkoholu etylowego:

Na hektolitr etanolu absolutnego:

- 1,0 litr alkoholu izopropylowego,
- 1,0 litr metyloetyloketonu,
- 1,0 gram benzoesu denatonium.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 3

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 24 miesięcy. Czy Zamawiający może określić wielkość jednorazowej dostawy ? Informacja niezbędna w celu prawidłowego wyliczenia kosztów transportu.

Odp. Przepuszczalna wielkość jednorazowej dostawy ok. 80-120 litrów na okres 2-3 miesięcy.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 3

Załącznik nr 3b do SWZ – §4 pkt. 2. Czy ten punkt dotyczy również pakietu nr 3?

Odp. Nie, Zamawiający odstępuje od wymogu wskazanego w Załączniku nr 3b do SWZ – §4 ust. 2 dot. pakietu nr 3. Zamawiający dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 3

Załącznik nr 3b do SWZ – §4 pkt. 3. Czy zamówienia na cito – do 48 godzin dotyczą również pakietu nr 3 ?

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu wskazanego w Załączniku nr 3b do SWZ – §4 pkt. 3b) dot. pakietu nr 3. Zamawiający dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 5 dot. SWZ rozdział XI

Czy dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca mogą zostać wystawione z datą po otrzymaniu takiego wezwania? Jaki jest termin na dostarczenie dokumentów wymienionych w rozdziale XI?

Odp. Zamawiający wzywa w terminie 10 dni do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia.

Pytanie nr 6 - aparat z systemem automatycznego uzupełniania odczynników

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania urządzenia z systemem automatycznego uzupełniania odczynników z kolejnego pojemnika odczynnikowego w przypadku niewystarczającej ilości odczynnika w pojemniku roboczym (aktualnie pracującym) w obrębie tej samej grupy odczynnikowej (alkohole, ksyleny)?

Odp. Zamawiający wymaga urządzenia z systemem automatycznego uzupełniania odczynników z kolejnego pojemnika odczynnikowego w przypadku niewystarczającej ilości odczynnika w pojemniku roboczym (aktualnie pracującym) w obrębie tej samej grupy odczynnikowej (alkohole, ksyleny).

Pytanie nr 7 -Załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie automatycznego procesora tkankowego o następujących cechach w porównaniu z wymaganymi. Pozostałe wymagania przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SWZ pozostają zachowane :

Pyt. 7a) Zamawiający wymaga :	Wykonawca oferuje
aparat z możliwością przeprowadzenia w jednym cyklu od 150 do 300 kasetek, przy czym przy połowa załadunku (75) z możliwością przeprowadzenia materiału tkankowego w zmniejszonej objętości odczynników,	Aparat z możliwością przeprowadzenia w jednym cyklu od 120 do 360 kasetek, przy czym z możliwością przeprowadzenia materiału tkankowego w zmniejszonej objętości odczynników: 1/3, 2/3 i 3/3
Pyt. 7b) urządzenie wyposażone w oświetlenie LED informujące o statusie pracy oraz alarm lokalny i zdalny informujący o	Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w alarm lokalny i zdalny informujący o błędach

błędach,

oraz wyposażone w informacje o statucie pracy
widniejące na ekranie sterującym ?

Odp. 7a)

Zamawiający wymaga parametrów zgodnych z SWZ. Zamawiający wymaga urządzenia z możliwością przeprowadzenia w jednym cyklu od 150 do 300 kasetek, przy czym ze względu na rodzaj materiału i ilość, zamawiającemu zależy na możliwości włączenia programu 1/2 wsadu komory reakcyjnej z możliwością przeprowadzenia materiału tkankowego do 150 kasetek w zmniejszonej, automatycznie dobranej objętości odczynników bez podawania jakichkolwiek parametrów i proporcji wsadu materiału do objętości odczynników.

Odp. 7b)

Zamawiający wymaga parametrów zgodnych z SWZ. Zamawiającemu zależy na urządzeniu wyposażonym w:

- alarmy lokalny i zdalny informujący o błędach
- wyświetlanie statusu pracy na ekranie procesora
- oświetlenie LED informujące w sposób wizualny użytkownika o statucie pracy urządzenia.

Pytanie nr 8 dot. zapisów SWZ

Czy Zamawiający zgodnie z Rozdziałem V.1 SWZ Zamawiający żąda wykonania co najmniej dwóch dostaw procesora tkankowego na kwotę min. 70 000,00 zł brutto każda z dostaw ?

Odp. Zamawiający żąda wykonania co najmniej dwóch dostaw urządzeń medycznych na kwotę 70 000,00 zł każda z dostaw.

Pytanie nr 9 dot. Załącznik nr 3a do SWZ (pakiet nr 1)

Zamawiający wymaga :

§ 7 pkt 2 : W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 5 dni Wykonawca gwarantuje dostarczenie zastępczego przedmiotu umowy na czas naprawy.

Prosimy o wydłużenie czasu na dostarczenie asortymentu zastępczego z 5 dni na 8 dni roboczych.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 10 dot. Załącznik nr 3a do SWZ (pakiet nr 1)

Zamawiający wymaga :

§ 7 pkt 4. W przypadku czterokrotnej awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy.

Prosimy o usunięcie powyższego zapisu z treści projektu umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.



Pytanie nr 11 dot. Załącznik nr 3a do SWZ (pakiet nr 1)

Zamawiający wymaga :

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

a) 1 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru.

Prosimy o zmniejszenie kary do wysokości 0,5% wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 1

Pakiet 1, Procesor

Prosimy o dopuszczenie procesora o wymiarach 580 x 710 x 1370 mm i wadze 121kg

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 2, Pakiet 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie procesora posiadającego 1 gniazdo USB, złącze RS232 dla połączenia z systemem LIMS, RJ45 dla systemu Netmon, jest to parametr równorzędny do opisanego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga gniazda: 3 x USB, 1 x interfejs sieciowy.

Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 3, Pakiet 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie procesora z łatwym dostępem do zbiorników w celu wymiany odczynników i nie wymagającego od użytkownika utrzymywania czystości butli, w proponowanym procesorze stosowane są ogólnodostępne odczynniki w pojemnikach, jest to parametr lepszy od opisanego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga parametry zgodne ze specyfikacją.





Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 4, Pakiet 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie procesora z łatwym dostępem do pojemników parafinowych z możliwością ich łatwego opróżnienia, nie wymagającego od użytkownika czyszczenia, jest to parametr lepszy od opisanego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga parametry zgodne ze specyfikacją.

Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 5, Pakiet 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie procesora nie wymagającego podświetlanej komory z odczynnikami, w proponowanym urządzeniu, wizualna ocena poziomu odczynnika odbywa się poprzez pokrywę ze szklanym oknem, a także poziom odczynników w komorze wyświetlany jest na kolorowym ekranie, jest to parametr równorzędny do opisanego

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga podświetlenie komory z butlami na odczynniki dla zapewnienia łatwej wizualnej oceny właściwego podłączenia butli oraz poziomu ich napełnienia.

Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 6, Pakiet 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wyposażonego w oświetlenie LED informujące o statusie pracy lecz wyposażonego w kolorowy ekran dotykowy wyświetlający wszystkie wykonywane procesy, procesor wyposażony w alarm informujący o błędach oraz możliwość podłączenia do alarmu zdalnego, jest to parametr równorzędny do opisanego

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga urządzenie wyposażone w oświetlenie LED informujące o statusie pracy oraz alarmy: lokalny i zdalny informujący o błędach.

Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 7, Pakiet 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym stany poziomu odczynników są bezpośrednio wyświetlane graficznie na ekranie zamiast automatycznego sprawdzenia





stacji odczynników przed uruchomieniem programu w proponowanym jest to parametr równorzędny do opisanego

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga parametry zgodne ze specyfikacją.

Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 8, Pakiet 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie urządzenia którego komora reakcyjna wyposażona jest w czujniki optyczne jest to parametr równorzędny do opisanego

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga komory reakcyjnej wyposażonej w ultradźwiękowe czujniki poziomu cieczy.

Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 9, Pakiet 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym pokrywa komory reakcyjnej wykonana jest ze szkła tworzywa oraz stali i jej powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu czystości, jest to parametr równorzędny do opisanego

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 10, Pakiet 1 Procesor

Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego specjalnej blokady, eliminacja błędu czynnika ludzkiego czyli niewłaściwego umieszczenia pojemników została wyeliminowana poprzez automatyczne przestawianie odczynników sterowane komputerowo, jest to parametr lepszy do opisanego „systemu automatycznej blokady uruchomienia przy niewłaściwym umieszczeniu pojemników z odczynnikami”, jest to parametr równorzędny do opisanego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga urządzenie wyposażone w automatyczną blokadę uruchomienia procesu przy niewłaściwym układzie butli z odczynnikami.

Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 11, Pakiet 1 Procesor





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego specjalnego „systemu skróconego automatycznego sprawdzania poprawności pracy urządzenia uruchamianego w sposób automatyczny bezpośrednio przed rozpoczęciem procesu” oferowany przez nas procesor na bieżąco (zarówno w czasie pracy jak i w stanie czuwania) monitoruje wszystkie parametry pracy, jest to parametr lepszy do opisanego.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga parametry zgodne ze specyfikacją.

Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 12, Pakiet 2 Parafina

Prosimy o dopuszczenie parafiny histologicznej o temperaturze topnienia 56-58 st.C. Parafina została wyprodukowana na bazie rafinowanej mieszaniny wysoce oczyszczonych parafin (wosk parafinowy 100%), gotowa do użycia i nie wymaga plastyfikatorów. Nadaje się do przepajania i zatapiania materiału metodami manualnymi i w urządzeniach zatapiających. Granulki w formie płaskich pastylek o średnicy ok. 5mm i grubości 2-3 mm, opakowanie – karton 10kg, zabezpieczenie wewnętrzne – worek foliowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 1

Pytanie nr 13, Dot. zwory umów dla pakietów 1,2,3

W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 8 pkt 1 ppkt a) w taki sposób aby kary umowne były naliczane za „zwłokę” a nie „opóźnienie” jak to zostało sformułowane.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/648970



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742