

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: Dostawa lamp bakteriobójczych wraz z osprzętem oraz odzieży roboczej dla personelu medycznego i pomocniczego - Zp/48/TP-48/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 dot. SIWZ - rozdział V - dotyczy pakietu nr 1 i 2

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu w zakresie wykonania dostaw przedstawienie przez Wykonawcę 2 tych samych referencji o minimalnej wartości 15 000 zł każda na dostawę lamp bakteriobójczych dla pakietu 1 i 2? Czy wymagane jest przedstawienie dwóch referencji dla pakietu 1 i dwóch innych dla pakietu 2?

Odp. Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli otrzyma 2 różne referencje na sumę min. 30 000,00 zł każda.

Pytanie 2 dot. wzoru umowy §8, ust.1a

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w §8 ustępu 1a umowy poprzez zastąpienie terminu „opóźnienie” terminem „zwłoka”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 3 dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy poprzez dodanie następującego zapisu:

SILA WYŻSZA

1.Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3.W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami nabycia zastępczego.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pakiet 1- Lampy bakteriobójcze wraz z osprzętem

Pytanie 4 dot. dot. Poz. 1-4:

Zamawiający w opisie lamp podaje odpowiednio 110 cm, 60 cm. Czy należy rozumieć to jako błąd i powinno być 110 W i 60 W, czyli odpowiednio lampa z dwoma promiennikami 55W i dwoma promiennikami 30W?

Odp. Tak.

Pytanie 5 dot. Poz. 5 (Licznik do lampy bakteriobójczej)

Prosimy o sprecyzowanie i podanie parametrów licznika. Czy ma to być licznik jak w opisie lamp „cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem 4-polowym LED z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika”?

Odp. Tak.

Pytanie 6 dot. Poz. 7 (wkłady do lampy bakteriobójczej)

Prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o promienniki bakteriobójcze? Jeśli tak, to jakiej mocy 55W czy 30 W i w jakich ilościach dla poszczególnych mocy?

Odp. Tak, 24 szt. promienników 30W i 16 szt. promienników 55W.

Pytanie 7 dot. poz.8 (wentylatory do lampy bakteriobójczej)

Ze względu na stosowanie różnych wentylatorów do lamp 60W oraz 110W prosimy o podanie do jakich lamp przepływowych wymagane są wentylatory. Informacja jest niezbędna aby przedmiot zamówienia spełnił oczekiwania Zamawiającego.

Odp. 8 szt. dla lamp 110W i 12 szt. dla lamp 60W.

Pakiet 2- osprzęt do lamp bakteriobójczych

Pytanie 8 dot. poz. 1 (licznik do lampy bakteriobójczej)

Czy Zamawiający wymaga licznika do lampy bakteriobójczej „cyfrowego z mikroprocesorem z wyświetlaczem 4-polowym LED oraz z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika”?

Odp. Tak.

Pytanie 9 dot. poz. 3 (wkłady do lampy bakteriobójczej)

Czy Zamawiający ma na myśli promienniki bakteriobójcze? Jeśli tak to proszę podać moc promienników UVC. Jaka ma być ilość promienników o mocy 30W i jaka ilość promienników o mocy 55W.

Odp. Tak, 184 promienników 55W, 276 promienników 30W.

Pytanie 10 dot. poz. 4 (wentylatory do lampy bakteriobójczej)

Ze względu na stosowanie różnych wentylatorów do lamp NBVE60 oraz NBVE110 prosimy o podanie do jakich lamp przepływowych wymagane są wentylatory. Informacja jest niezbędna aby przedmiot zamówienia spełnił oczekiwania Zamawiającego.

Odp. 66 szt. dla lamp 60W, 44 szt. dla lamp 110W.

Pytanie 11 dot. terminu składania ofert

Z uwagi na fakt, iż odpowiedzi na powyższe pytania mają wpływ na skompletowanie odpowiednich próbek zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 2 dni.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 12 dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści energooszczędne lampy bakteriobójcze przepływowe o następujących parametrach:

dezynfekowana kubatura ok. 90 m³ (ok 36 m²),
Element emitujący promieniowanie: 2x36W (72W)
Wydajność wentylatora 160m³/h?
Wymiary: 600/148/148 mm

oraz

dezynfekowana kubatura ok. 60 m³ (ok 24 m²)
Element emitujący promieniowanie: 2x36W (72W)
Wydajność wentylatora 110m³/h?
Wymiary: 600/148/148 mm

Lampy, które chcielibyśmy zaoferować, to wysokiej jakości urządzenia, spełniające pozostałe wymogi specyfikacji.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.


Pytanie 13 dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści lampy bakteriobójcze przepływowe z licznikiem bez sygnalizacji akustycznej momentu wymiany promiennika? Ze względu na uciążliwość sygnału oraz zakłócanie spokoju pacjentów i personelu, zwłaszcza przy posiadaniu większej ilości lamp, szpitale rezygnują ostatnio z tego wymogu na korzyść zwykłego licznika godzin pracy bez sygnalizacji.

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga lamp z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany licznika.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700*



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742