



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 21.10.2021r.

DZPZ-530-Zp/47/PN-47/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa: endoprotezy piersi i sizery, elektrody do koagulacji, cewnik Nelatona, strzykawki - Zp/47/PN-47/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1-4, 6-12 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 8 wyrazi zgodę na wycenę strzykawki skalowanej co 0,5 ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści, jeżeli spełnia pozostałe parametry zawarte w SWZ.

Pytanie 3. dot. pakietu nr 2.poz.1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający dopuści jednorazowe elektrody igłowe, sterylne do koagulacji o rozmiarze całkowitym 6,9cm i długości aktywnej 1,9 cm, pakowane – 5szt w opakowaniu, 20op w kartonie zbiorczym i zaferowanie 50 kartonów zbiorczych?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 4. dot. pakietu nr 3.poz.2

Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający dopuści jednorazowe elektrody igłowe, sterylne do koagulacji o rozmiarze całkowitym 15cm i długości aktywnej 1,9 cm, pakowane po 10 szt i zaferowanie 50 opakowań?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 5. dot. pakietu nr 3. poz. 3


Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający dopuści jednorazowe elektrody nożowe, sterylne do koagulacji o rozmiarze całkowitym 15,2cm i długości aktywnej 1,9 cm, pakowane po 5szt i zaferowanie 10 opakowań?



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 6. dot. pakietu nr 4, poz. 1 -3

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 7. dot. pakietu nr 4, poz. 2 -4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem posiadającym czterostronne wcięcie w odległości około 1cm od początku cylindra w zależności od pojemności? Spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga stabilnego tłoka.

Pytanie 8. dot. pakietu nr 4, poz.4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 9. dot. pakietu nr 4, poz.5

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 10. pakietu nr 4, poz.6-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 11. pakietu nr 4, poz.9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,5ml, spełniającą pozostałe wymagania swz?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści, jeżeli spełnia pozostałe parametry zawarte w SWZ.

Pytanie 12. dot. pakietu nr 4, poz.9

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?


Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



Pytanie 13. dot. pakietu nr 4, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 14. dot. projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 15. dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b):

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - a) **0,5 %** wartości **brutto** niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części dostawy.**
 - b) 10% wartości **brutto** od niezrealizowanej części – w przypadku rozwiązania umowy przez wykonawcę bądź przez zamawiającego z winy wykonawcy.


Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 16. dot. projektu umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. Zamawiający wskazał w umowie adres e-mail na który można przysłać faktury.





Pytanie 17. dot. projektu umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. §5 ust 6)''

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. Stawka Vat nie jest określona w umowie.

Pytanie 18. dot. pakietu 3 poz. 1-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Nelaton o poniższym opisie:

- wykonane z PCW
- powierzchnia satynowa („zmrożona”)
- jednorazowego użytku
- jałowa, sterylizowane tlenkiem etylenu
- pakowane – opakowanie foliowe
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika

Cewnik nelaton występuje w rozmiarach:

od CH 6 do CH 24 długość 400 mm

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19. dot. pakietu 4 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki trzyczęściowej luer-lock 10 ml skalowanej co 0,5 ml, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści, jeżeli spełnia pozostałe parametry zawarte w SWZ.

Pytanie 20. dot. pakietu 4 poz. 11


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do insuliny ze zintegrowaną igłą w rozmiarze 0,33x12,7, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga igły w rozmiarze 0,3 nie 0,33.

Pytanie 21

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35°C, igieł, cewników, zgłębników 5-37°C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40°C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeżenie tych





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Pytanie 22

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Pytanie 23

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Pytanie 24

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedzi na pytania 21-24

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca dostarcza towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700*



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742