



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 10.11.2021r.

DZPZ-530- Zp/55/TP-55/21

Wynik postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

Dotyczy: Dostawa aparatu USG. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Dopuszczenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021 - Zp/55/TP-55/21

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Kosmed Sp. z o. o., ul. Łazy 30A 25-677 Kielce:

Dostawa aparatu USG. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Dopuszczenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021

– cena brutto **248 886,00 zł**

- Możliwość regulacji wysokości konsoli min 25 cm: 26cm
- Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D – min. 2900 Hz : 2993Hz
- Tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min 40. parametrów za pomocą max. 3 suwaków: TAK
- Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) – min. 400 Hz: 411Hz
- Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań - min. 500 GB : tak, SSD 512GB
- Wbudowane wyjście Display Port do podłączenia dodatkowego monitora : TAK
- Poziom natężenia dźwięku wydawany przez aparat max 36 dB w odległości max 160 cm do aparatu : 34,4dB

Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60pkt


- Możliwość regulacji wysokości konsoli min 25 cm: - **5pkt**
- Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D – min. 2900 Hz : - **5pkt**
- Tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min 40. parametrów za pomocą max. 3 suwaków: - **10pkt**



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



- Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) – min. 400 Hz: - **5pkt**
- Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań - min. 500 GB :- **5pkt**
- Wbudowane wyjście Display Port do podłączenia dodatkowego monitora : - **5pkt.**
- Poziom natężenia dźwięku wydawany przez aparat max 36 dB w odległości max 160 cm do aparatu : - **5pkt**

Razem: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Jedna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta w terminie określonym w art. 308 ust. 3 pkt 1a Pzp.

Zatwierdzam

p.o. Dyrektor Szpitala

Adriana Tomusiak

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Andrzej Nowiński
nr telefonu: 74/6489941



Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742