

Wałbrzych, dnia 23.11.2021r.

DZPZ-530- Zp/44/PN-44/21

Wynik postępowania przetargowego dotyczy pakietu nr 8

Dotyczy: Dostawa sprzętu i materiałów medycznych - Zp/44/PN-44/21

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 8.

Dla Pakietu nr 8: Elektrody do Holtera ekg , prób wysiłkowych - unieważnienie postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp unieważnia postępowanie. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie: Zamawiający niedokładnie i niewyczerpująco opisał przedmiot zamówienia dotyczący elektrody okrągłej. Zamawiający wymaga elektrod dla osób dorosłych natomiast opis przedmiotu zamówienia dotyczy elektrod dla dzieci.

Zatwierdzam

**p.o. Dyrektor Szpitala
Adriana Tomusiak**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Andrzej Nowiński
nr telefonu: 74/6489941