



Wałbrzych, dn. 04.02.2022 r.

## MKJ Radiologia Sp. z o.o. Sp. k.

**1. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści, aby badanie planowe zostało opisane do 3 dni tj. 72 godziny?

**Odpowiedź:** Nie.

**2. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści, aby badanie pilne zostało opisane do 24 godzin?

**Odpowiedź:** Nie.

**3. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści, aby badanie cito zostało opisane do 3 godzin ?

**Odpowiedź:** Nie.

**4. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści, aby oferta została przesłana drogą mailową? np. skanem wszystkich dokumentów podpisanych za zgodność z oryginałem? Albo podpisanych elektronicznym podpisem cyfrowym? Jeśli tak to na jaki adres email?

**Odpowiedź:** Nie.


**5. Pytanie:** Czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie polegające na logowaniu się Zamawiającego na portal teleradiologiczny przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, a portal ten będzie dostępny 24h na dobę 7 dni w tygodniu? W portalu tym będą widoczne wszystkie badania przesłane do opisu do teleradiologii, wszystkie wykonane opisy, a gotowy opis będzie można wydrukować, zapisać, nagrać na płytę itd. (bez integracji HL7). Będzie to wykonane poprzez integrację DICOM oraz za pomocą szyfrowanego łącza VPN.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymóg integracji HL7 na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. elektronicznej dokumentacji medycznej.

**6. Pytanie:** Ile aparatów RTG Zamawiający użytkuje w placówce, które mają mieć podłączenie do teleradiologii? Jakich producentów są to aparaty?

**Odpowiedź:** Obecnie ZDO posiada dziewięć aparatów rtg:

- ❖ „Precision Rx” – prod. GEMS;
- ❖ „Duo Diagnost” – prod. Philips;
- ❖ „Polyrad Premium” – prod. Radiologia;
- ❖ „Transportix B TX – 20 HF – BATT” – prod. Sedecal;
- ❖ „MAC” – prod. Genera Medical Merate S. p. A.;
- ❖ „MAC” – prod. Genera Medical Merate S. p. A.;
- ❖ „Ibis Simply DR” – prod. Ibis S. r. t.;



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

- ❖ „Polymobil II E” – prod. Siemens AG;
- ❖ „Transportix” – prod. Sedecal.

**7. Pytanie:** W załączniku nr 4 Wzór Umowy widnieje treść "Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo po zakończonym miesiącu do dnia 10 następnego miesiąca przesłać Zamawiającemu tzw. Raport zdjęć odrzuconych zawierający wykaz badań odrzuconych przy opisie" - czym jest taki raport i na czym ma polegać odrzucanie badań?

**Odpowiedź:** Raport wymagany przez zamawiającego jest wykazem badań, które zostały odrzucone przy wykonywaniu opisu radiologicznego z różnych powodów określanych przez lekarza opisującego np. niewłaściwe ułożenie, złe parametry techniczne zdjęcia, brak informacji klinicznych.

Ww. raport może być stworzony np. jako arkusz EXCEL, dokument WORD czy w formie PDF.

Raport powinien zawierać ID badania, datę badania, PESEL pacjenta, rodzaj badania, powód odrzucenia, dane (lub identyfikator) lekarza odrzucającego badanie, dane (lub identyfikator) technika wykonującego badanie.

p.o. DYREKTORA SZPITALA

*Dominik Łoziński*



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742