



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. A. Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 01.02.2017 r.

DZPZ-530-Zp/9/PN-8/17

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy narzędzi laparoskopowych – Zp/9/PN-8/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. wydziela z Załącznika nr 1 poz. 2 i 24 zmieniając jego opis i tworzy z niego oddzielny pakiet nr 2. Dodatkowo zmienia opis przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1, poz. 5, 6, 7, 9, 11, 19, 20. Ponadto zmienia treść Rozdziału części XI.A pkt. 7 poprzez dookreślenie pozycja do których w przypadku wątpliwości Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oraz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – pakiet nr 1 oraz pakiet nr 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 1

Narzędzia laparoskopowe

L.P.	Rodzaj pakieru	JEDNOST MIARY	ILOŚĆ	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Optyka laparoskopowa full HD, 30 stopni, śr.10 mm, system soczewek wałeczkowatych, dł. 320mm, 3 stopniowe podłączenie światłowodów firm: np. Storz, Olympus, Aesculap, RZ (odkręcane adaptery), kodowanie kolorem czerwonym	szt.	1					
2.	Trokar laparoskopowy 11 mm z wielofunkcyjną klapką i zaworem do insuflacji, szaft gładki, dł. 100 mm	szt.	2					
3.	Gwóźdź laparoskopowy, zakończenie ostre piramidalne, dł. 100 mm, śr. 11 mm	szt.	1					
4.	Gwóźdź laparoskopowy Hasson, zakończenie tępe, zaokrąglone, dł. 100 mm, śr. 11 mm, atraumatyczny	szt.	1					
5.	Redukcja laparoskopowa 11/5,5 mm, przesuwana, do trokarów firmy RZ	szt.	1					

6.	Uszczelki do trokara 11 mm, kompatybilne z trokarem firmy RZ, komplet 5 szt.	kpl.	10					
7.	Stożek wielorazowy gwintowany do trokara typu Hasson 11 mm, z samoblokującymi się uchwytami na nici, do zastosowania z kompatybilnymi gładkimi trokarami firmy RZ	szt.	1					
8.	Głowica trokara laparoskopowego 5,5 mm, bez zawora do insuflacji, szaft gładki, dł. 100 mm	szt.	2					
9.	Szaft gwintowany, śr. 5,5 mm, dł. 100 mm, koniec dystalny skośny, kompatybilny z głowicą firmy RZ	szt.	2					
10.	Gwóźdź laparoskopowy, zakończenie ostre piramidalne, dł. 100 mm, śr. 5,5 mm	szt.	1					
11.	Uszczelki do trokara 5,5 mm, kompatybilne z trokarem firmy RZ, komplet 5 szt.	kpl.	10					
12.	Kompletne narzędzie laparoskopowe, kleszcze okienkowe grasper typu Gripper #1, obie bransze ruchome, w połowie delikatnie ząbkowane, średnica 5 mm, długość 330 mm, rączka z podwójną funkcją pracy : z zamkiem bądź bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec, z obrotowym pierścieniem; narzędzie rozbieralne, 3 częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka, całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK, narzędzie kodowane kolorem	szt.	2					
13.	Kompletne narzędzie laparoskopowe, nożyczki typ Metzenbaum, długość bransz 15 mm, proste, średnica 5 mm, długość 330, rączka z podwójną funkcją pracy : z zamkiem bądź bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spocznikiem na palec, z obrotowym pierścieniem; narzędzie rozbieralne, 3 częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka; całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK, narzędzie kodowane kolorem	szt.	1					
14.	Kompletne narzędzie laparoskopowe, kleszcze okienkowe typu Bullnose, delikatne okienkowe i płaskie bransze z głębokimi zębami, obie ruchome, średnica 5 mm, długość 330 mm, rączka z podwójną funkcją pracy : z zamkiem bądź bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec, z obrotowym pierścieniem; narzędzie rozbieralne, 3 częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka, całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK, narzędzie kodowane kolorem	szt.	1					

15.	Kompletne narzędzie laparoskopowe, kleszcze typu Debakey, długie 40 mm bransze z delikatnymi atraumatycznymi ząbkami, obie ruchome, średnica 5 mm, długość 330 mm, rączka z podwójną funkcją pracy : z zamkiem bądź bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec, z obrotowym pierścieniem; narzędzie rozbieralne, 3 częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka, całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK, narzędzie kodowane kolorem	szt.	1					
16.	Kleszczyki do kamieni, bransze z mocnymi zębami, obie ruchome, sztywne, rączka pierścieniowa, dł. robocza 360 mm	szt.	1					
17.	Elektroda laparoskopowa monopolarna z ceramiczną końcówką, haczykowa L, długość 340mm, śr. 5 mm	szt.	1					
18.	Rączka do rurki ssąco-płuczącej, z zaworem dwudrożnym, z podłączeniem do ssania i płukania	szt.	1					
19.	Rurka ssąco-płuczaca z czterema otworami na końcu, z zaznaczonym wskaźnikiem głębokości śr. 5 mm, dł. 330 mm, kompatybilna z rączką firmy RZ	szt.	1					
20.	Igła punkcyjna 5 mm, długość 330 mm, średnica igły 1 mm, kompatybilna z rączką firmy RZ	szt.	1					
21.	Klipsowania laparoskopowa śred. 10 mm, długość 330mm, z pierścieniem obrotowym, do klipsów tytanowych medium-large, dwuczęściowa	szt.	1					
22.	Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, średnica 4,8mm, długość 230mm, z kompletem adapterów do światłowodu od strony optyki, typu Storz	szt.	1					
23.	Zestaw dwóch haków Farabeuf o wymiarach: 23x16/26x16 mm oraz 27x16/30x16 mm, dł. 150 mm	szt.	3					
24.	Hak Kocher Langenbeck 80x15mm, rękojeść ażurowa, długość 215mm	szt.	2					
25.	Kleszcze Overholt, model delikatny, dł. 215 mm	szt.	2					
26.	Kleszcze Kocher -Ochsner proste, 1x2 zęby, dł. 200 mm	szt.	1					
27.	Kleszcze Mikulicz, 1x2 zęby, dł. 200 mm	szt.	5					
28.	Pęseta anatomiczna, prosta, delikatna, dł. 200 mm	szt.	2					
29.	Pęseta anatomiczna, zagięty koniec, delikatna, dł. 200 mm	szt.	2					
RAZEM:								

Pakiet nr 2

Kontenery

L.P.	Rodzaj pakieru	JEDNOST MIARY	ILOŚĆ	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Kontener bezobsługowy typ SterisafeDuro, kontener nie wymaga pakowania w papier-folię, dostosowany do sterylizacji parowej do 150 stopni, sterylizacji gazowej i plazmowej, kontener nie posiada uszczelki, wykonany z antracytowego polimeru, wymiana filtra następuje po min. 150 użyciach bądź roku, teflonowy filtr pozostaje w kontenerze podczas mycia ręcznego i maszynowego, posiada zabezpieczenia dodatkowe przed utratą sterylności w postaci przerwanych etykiet i złamanych plomb a także datownika, wymiary zewnętrzne min. 440x100x70mm (dł/wysł/szer), wymiary wewnętrzne 420x80x60mm (dł/wysł/szer), kontener z unieruchomieniem silikonowym	szt.	1					
2.	Kontener bezobsługowy typ SterisafeDuro, kontener nie wymaga pakowania w papier-folię, dostosowany do sterylizacji parowej do 150 stopni, sterylizacji gazowej i plazmowej, kontener nie posiada uszczelki, wykonany z antracytowego polimeru, wymiana filtra następuje po min. 150 użyciach bądź roku, teflonowy filtr pozostaje w kontenerze podczas mycia ręcznego i maszynowego, posiada zabezpieczenia dodatkowe przed utratą sterylności w postaci przerwanych etykiet i złamanych plomb a także datownika, wymiary zewnętrzne min. 450x290x90mm (dł/wysł/szer), wymiary wewnętrzne 420x260x75mm (dł/wysł/szer), kontener z matą silikonową i unieruchomieniem na narzędzia laparoskopowe	szt.	1					
RAZEM:								

2. Rozdział XI.A SIWZ pkt. 7 po zmianie otrzymuje brzmienie:

7.	W przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z pakietu nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku wątpliwości do dostarczenia próbki z poz. nr 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19
----	--

3. Rozdział XIII SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - w terminie do dnia **09.02.2017** r. do godziny **11 : 00**
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Rozdział XIV SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **09.02.2017**r. o godz. **11 : 15**
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.