



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 01.02.2017 r.

DZPZ-530-Zp/9/PN-8/17

### **Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy narzędzi laparoskopowych – Zp/9/PN-8/17*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dotyczy SIWZ Część XIA pkt. 7**

Z objaśnieniami Zgodnie z komentarzem KIO, przy rozpatrywaniu odwołania od zapisów poprzedniej SIWZ dotyczącej zamówienia tych samych narzędzi, prośba o próbki do pozycji w których występuje jedna pozycja może być porównywany do realizacji zamówienia. Dlatego wg naszej opinii w przypadku żądania próbek czas określony na przedstawienie próbek powinien wynosić tyle ile wynosi czas dostawy. W programie większości producentów narzędzi chirurgicznych znajduje się ok. 10-14 tys produktów. Niemożliwością jest posiadanie próbek wszystkich narzędzi, jak również jest to nielogiczne z ekonomicznego punktu widzenia. Dostarczenie identycznie zgodnych z SIWZ narzędzi w terminie jaki stosowali Państwo w poprzednich przetargach (3-5 dni) jest na granicy cudu, lub ociera się o możliwość zaistnienia nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza jeżeli realnie mało prawdopodobne prezentacje dokonuje tylko jedna firma. Przedmiot zamówienia został dość precyzyjnie określony poprzez podanie długości, średnicy. Jedyne co w takim wypadku może być sprawdzone poprzez dostarczenie próbek to kompatybilność z różnymi narzędziami firmy RZ. Dotyczy to tylko pozycji 6,7,8,10,12,20,21 Zamówienia. Dlatego prosimy o określenie jakie narzędzia należy dostarczyć na wezwanie do prezentacji, lub o określenie czasu dostawy próbek na 21 dni (zgodnie z wymogami terminu realizacji zamówienia opisanym w Umowie będącej załącznikiem do SIWZ). **Odp. Zamawiający dookreśla do których pozycji z załącznika nr 1 w przypadku wątpliwości zażąda dostarczenia próbek tj. poz. nr 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 14, 20, które po zmianie SIWZ z dnia 01.02.2017 r. zostały zmienione na pakiet nr 1 poz. nr 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19. W tym wypadku próbka jest dokumentem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i ustawodawca przewidział złożenie tego typu dokumentu w terminie nie krótszym niż 5 dni.**

#### **Pytanie 2, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia**

##### **Poz. 2. i 24. Załącznika nr 1**

Z uwagi na fakt że opis pozycji wskazuje jednoznacznie na jednego producenta (użycie zwrotu ‘typu’ przy braku parametrów ocenianych w tym konkretnym przypadku uniemożliwia innym firmom niż przedstawiciel firmy RZ- i również przedstawiciel firmy SAVUNA- złożenia konkurencyjnej oferty) który posiada tylko jednego przedstawiciela w Polsce prosimy o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu **Odp. Odp. Zamawiający wydziela z Załącznika nr 1 poz. nr 2 i 24 do odrębnego pakietu nr 2. Patrz zmiana SIWZ.**

**Poz. 3. Załącznika nr 1.**

Prosimy o określenie jakie funkcje ma spełniać 'wielofunkcyjna klapka' opisana w tej pozycji **Odp. „Wielofunkcyjna klapka” ma posiadać możliwość otwierania się pod naporem wprowadzanego narzędzia lub za pomocą dźwigni umieszczonej na trokarze. (po zmianie poz. nr 2)**

**Poz. 5. Załącznika nr 1.**

Prosimy o doprecyzowanie „atraumatyczności” tępego gwoźdźdza typu Hassan używanego do wprowadzania osłony trokara np do jamy brzusznej. **Odp. „Atraumatyczny” (tępy) czyli nie powodujący uszkodzenia tkanki i uniemożliwiający uszkodzenie organów wewnętrznych. (po zmianie poz. nr 4)**

**Poz. 6,7,8,10,12,20,21**

Prosimy o doprecyzowanie opisu poprzez podanie konkretnych opisów narzędzi, bądź ich numerów katalogowych. Użycie zwrotu „typu RZ” jest zbyt wieloznaczne (np jak opis samochodu „typu Zaporoziec”) **Odp. Zamawiający dokonuje zmian opisu przedmiotu zamówienia w w/w pozycjach. Patrz zmiana SIWZ.**

**Poz. 7. i 12. Załącznika nr. 1**

Prosimy o doprecyzowanie jakiej konkretnie uszczelki wymaga Zamawiający. Trokar 11,5 mm posiada 3 różne uszczelki. **Odp. Zamawiający wymaga kompletu uszczelki kompatybilnych do redukcji trokarów (po 3 szt.). (po zmianie poz. nr 6, 11)**

**Poz. 9. Załącznik nr 1.**

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod określeniem „Głowica bez zawora” z „szaftem gładkim”. Czy ma to być sama głowica trokara, czy kompletny trokar? **Odp. Głowica bez zawora nie posiada zaworu do insuflacji – Zamawiający wymaga głowicy z szaftem. (po zmianie poz. nr 8)**

**Poz.13 Załącznika nr 1.**

Prosimy o podanie nr katalogowego opisanego narzędzia lub o zdjęcie strony katalogowej z narzędziem typu „Gripper no 1” **Odp. Zamawiający w dodatkowym pliku przesyła zdjęcia narzędzia typu „Gripper no 1.**



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokolowskiego  
ul. A. Sokolowskiego 4  
58-309 Walbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 01.02.2017 r.

DZPZ-530-Zp/9/PN-8/17

### **Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy narzędzi laparoskopowych – Zp/9/PN-8/17*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dotyczy SIWZ Część XIA pkt. 7**

Z objaśnieniami Zgodnie z komentarzem KIO, przy rozpatrywaniu odwołania od zapisów poprzedniej SIWZ dotyczącej zamówienia tych samych narzędzi, prośba o próbki do pozycji w których występuje jedna pozycja może być porównywany do realizacji zamówienia. Dlatego wg naszej opinii w przypadku żądania próbek czas określony na przedstawienie próbek powinien wynosić tyle ile wynosi czas dostawy. W programie większości producentów narzędzi chirurgicznych znajduje się ok. 10-14 tys produktów. Niemożliwością jest posiadanie próbek wszystkich narzędzi, jak również jest to nielogiczne z ekonomicznego punktu widzenia. Dostarczenie identycznie zgodnych z SIWZ narzędzi w terminie jaki stosowali Państwo w poprzednich przetargach (3-5 dni) jest na granicy cudu, lub ociera się o możliwość zaistnienia nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza jeżeli realnie mało prawdopodobne prezentacje dokonuje tylko jedna firma. Przedmiot zamówienia został dość precyzyjnie określony poprzez podanie długości, średnicy. Jedyne co w takim wypadku może być sprawdzone poprzez dostarczenie próbek to kompatybilność z różnymi narzędziami firmy RZ. Dotyczy to tylko pozycji 6,7,8,10,12,20,21 Zamówienia. Dlatego prosimy o określenie jakie narzędzia należy dostarczyć na wezwanie do prezentacji, lub o określenie czasu dostawy próbek na 21 dni (zgodnie z wymogami terminu realizacji zamówienia opisanym w Umowie będącej załącznikiem do SIWZ). **Odp. Zamawiający dookreśla do których pozycji z załącznika nr 1 w przypadku wątpliwości zażąda dostarczenia próbek tj. poz. nr 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 14, 20, które po zmianie SIWZ z dnia 01.02.2017 r. zostały zmienione na pakiet nr 1 poz. nr 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19. W tym wypadku próbka jest dokumentem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i ustawodawca przewidział złożenie tego typu dokumentu w terminie nie krótszym niż 5 dni.**

#### **Pytanie 2, dotyczy opisu przedmiotu zamówienia**

##### **Poz. 2. i 24. Załącznika nr 1**

Z uwagi na fakt że opis pozycji wskazuje jednoznacznie na jednego producenta (użycie zwrotu ‘typu’ przy braku parametrów ocenianych w tym konkretnym przypadku uniemożliwia innym firmom niż przedstawiciel firmy RZ- i również przedstawiciel firmy SAVUNA- złożenia konkurencyjnej oferty) który posiada tylko jednego przedstawiciela w Polsce prosimy o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu **Odp. Odp. Zamawiający wydziela z Załącznika nr 1 poz. nr 2 i 24 do odrębnego pakietu nr 2. Patrz zmiana SIWZ.**

**Poz. 3. Załącznika nr 1.**

Prosimy o określenie jakie funkcje ma spełniać 'wielofunkcyjna klapka' opisana w tej pozycji **Odp. „Wielofunkcyjna klapka” ma posiadać możliwość otwierania się pod naporem wprowadzanego narzędzia lub za pomocą dźwigni umieszczonej na trokarze. (po zmianie poz. nr 2)**

**Poz. 5. Załącznika nr 1.**

Prosimy o doprecyzowanie „atraumatyczności” tępego gwoźdźdza typu Hassan używanego do wprowadzania osłony trokara np do jamy brzusznej. **Odp. „Atraumatyczny” (tępy) czyli nie powodujący uszkodzenia tkanki i uniemożliwiający uszkodzenie organów wewnętrznych. (po zmianie poz. nr 4)**

**Poz. 6,7,8,10,12,20,21**

Prosimy o doprecyzowanie opisu poprzez podanie konkretnych opisów narzędzi, bądź ich numerów katalogowych. Użycie zwrotu „typu RZ” jest zbyt wieloznaczne (np jak opis samochodu „typu Zaporoziec”) **Odp. Zamawiający dokonuje zmian opisu przedmiotu zamówienia w w/w pozycjach. Patrz zmiana SIWZ.**

**Poz. 7. i 12. Załącznika nr. 1**

Prosimy o doprecyzowanie jakiej konkretnie uszczelki wymaga Zamawiający. Trokar 11,5 mm posiada 3 różne uszczelki. **Odp. Zamawiający wymaga kompletu uszczelek kompatybilnych do redukcji trokarów (po 3 szt.). (po zmianie poz. nr 6, 11)**

**Poz. 9. Załącznik nr 1.**

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod określeniem „Głowica bez zawora” z „szaftem gładkim”. Czy ma to być sama głowica trokara, czy kompletny trokar? **Odp. Głowica bez zawora nie posiada zaworu do insuflacji – Zamawiający wymaga głowicy z szaftem. (po zmianie poz. nr 8)**

**Poz.13 Załącznika nr 1.**

Prosimy o podanie nr katalogowego opisanego narzędzia lub o zdjęcie strony katalogowej z narzędziem typu „Gripper no 1” **Odp. Zamawiający w dodatkowym pliku przesyła zdjęcia narzędzia typu „Gripper no 1.**