



Wałbrzych, dnia 25.03.2022r.

DZPZ-530- Zp/12/TP/22

**Wykonawcy – wszyscy**

***Dotyczy: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej, w ramach programu wieloletniego, pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”- Zp/12/TP/22***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści szynę współpracującą z możliwością zapisu danych na kluczu USB?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści szynę bez możliwości zapisu danych na karcie chipowej? Jest to funkcja niestosowana i nie wnosząca nic do terapii, a jednocześnie podnosi koszt urządzenia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści szynę z regulacją prędkości w zakresie 40-150 stopni/min?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Dorota Piekarz  
nr tel.: 74/6489700*

