



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 07.02.2017 r.

DZPZ-530-Zp/9/PN-8/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy narzędzi laparoskopowych – Zp/9/PN-8/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni, Zamawiający wymaga dostawy do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawiania próbek. **Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymogu przekazanie próbek. W dniu 01.02.2017 r. Zamawiający w odpowiedzi na pytania jednego z Wykonawców zamieścił na swojej stronie internetowej wykaz próbek, których zażąda w przypadku wątpliwości czy oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści optykę laparoskopowa full HD, 30 stopni, śr.10 mm, system soczewek wałeczkowatych, dł. 310 mm, 2 stopniowe podłączenie światłowodów firm: np. Karl Storz, Olympus, (odkręcane adaptory), kodowanie kolorem czerwonym? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza długości 310 mm z 2 stopniowymi podłączeniami światłowodów. Zamawiający wymaga optyki laparoskopowej o długości 320 mm wraz z 3 stopniowymi podłączeniami światłowodów.**

Czy Zamawiający dopuści kontener sterylizacyjny MiniSet z MicroStop, kontener nie wymaga pakowania w papier-fole, dostosowany do sterylizacji parowej do 150 stopni, sterylizacji gazowej i plazmowej, teflonowy filtr pozostaje w kontenerze podczas mycia ręcznego i maszynowego, posiada zabezpieczenia dodatkowe przed utratą sterylności w postaci przerwanych etykiet i złamanych plomb a także datownika, wymiar zewnętrzny: 310 x 189 x 65 mm, wymiar wewnętrzny: 283 x 177 x 40 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wymiaru zewnętrznego: 310 x 189 x 65 mm oraz wymiaru wewnętrznego: 283 x 177 x 40 mm. Zamawiający wymaga w poz. 1 pakietu nr 2 kontener o wymiarach zewnętrznych min. 440x100x70mm (dł/wys/szer) oraz wymiar wewnętrzny min. 420x80x60mm (dł/wys/szer), w zakresie poz. nr 2 pakietu nr 2 kontener o wymiarach zewnętrznych min. 450x290x90mm (dł/wys/szer) oraz wymiar wewnętrzny min. 420x260x75mm (dł/wys/szer).**

Czy Zamawiający dopuści trokar laparoskopowy 11 mm z wielofunkcyjną klapką i zaworem do insuflacji, saft gładki, dł. 105 mm ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 11 mm i dł. 105 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza gwoździa piramidalnego, do trokara o śr. 11 mm i dł. 105 mm, Zamawiający wymaga gwoździa laparoskopowego z zakończeniem ostrym piramidalnym, dł. 100 mm.**

Czy Zamawiający dopuści gwóźdź tępy, do trokara o śr. 11 mm i dł. 105 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza gwoździa tępego, do trokara o śr. 11 mm i dł. 105 mm, Zamawiający wymaga gwoździa laparoskopowego z zakończeniem tępym, dł. 100 mm.**

Czy Zamawiający dopuści redukcję 11/5 mm, nasadka na trokar? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza redukcji 11/5 mm, Zamawiający wymaga redukcję laparoskopową 11/5,5 mm, przesuwną, do trokarów firmy RZ.**

Czy Zamawiający dopuści uszczelkę kapturek, do trokara 11 mm i redukcji do instrumentów 10 mm, zielona, opakowanie 10 sztuk? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga uszczelki do trokara 11mm, kompatybilne z trokarem firmy RZ, komplet 5 szt.**

Czy Zamawiający dopuści stożek, do trokara o śr. 11 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga stożek wielorazowy gwintowany.**

Czy Zamawiający dopuści trokar, śr. 6 mm, dł. 105 mm, gwóźdź piramidalny, zawór automatyczny? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza trokar, śr. 6 mm, dł. 105 mm, gwóźdź piramidalny, zawór automatyczny, Zamawiający wymaga głowicę trokara laparoskopowego 5,5 mm, bez zawora do insuflacji, szaft gładki, dł. 100 mm.**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę trokara o średnicy 6 mm, dł. 105 mm, gwintowaną, z przyłączem insuflacji? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga trokar o średnicy 5,5 mm o dł. 100 mm.**

Czy Zamawiający dopuści gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 6 mm i dł. 105 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga gwóźdź piramidalny o średnicy 5,5 mm o dł. 100 mm.**

Czy Zamawiający dopuści uszczelkę kapturek, do trokara 6 mm i redukcji do instrumentów 5 mm i 5,5 mm, czarna, opakowanie 10 sztuk? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga uszczelki do trokara 5,5 kompatybilne z trokarem firmy RZ, komplet 5 szt.**

Czy Zamawiający dopuści Kleszcze ClickLine MOURET, okienkowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm z rączką - uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny, z podłączeniem do koagulacji, ze spocznikiem na palec, z obrotowym pierścieniem; narzędzie rozbieralne, 3 częściowe: wkład roboczy, tubus, rączka; całkowicie autoklawowalne? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza długości roboczej 36cm. Zamawiający wymaga długość 330 mm.**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki ClickLine METZENBAUM, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, z rączką - uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny, z podłączeniem do koagulacji, z obrotowym pierścieniem; narzędzie rozbieralne, 3 częściowe: wkład roboczy, tubus, rączka; całkowicie autoklawowalne? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza długości roboczej 36cm. Zamawiający wymaga długość 330 mm.**

Czy Zamawiający dopuści Kleszcze ClickLine, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, z rączką – uchwyt ClickLine, plastikowy, bez zapinki, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza długości roboczej 36cm. Zamawiający wymaga długość 330 mm.**

Czy Zamawiający dopuści Kleszcze ClickLine DeBAKEY, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, z rączką – uchwyt ClickLine, plastikowy, bez zapinki, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza długości roboczej 36cm. Zamawiający wymaga długość 40 mm.**

Czy Zamawiający dopuści Kleszcze ClickLine, do kamieni, uchwyt metalowy, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga średnicy 5 mm.**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę haczykową typu L, monopolarną, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długość 340 mm.**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt z zaworem dwudrożnym, do zastosowania z rurkami ssąco - płuczającymi o śr. 5 mm, autoklawowalny? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści rurkę ssąco-płuczającą, z bocznymi otworami, śr. 5 mm, dł. 36 cm, do zastosowania z uchwytem? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 4 otwory na końcach o długości 330 mm.**

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną, z przyłączem LUER-lock, śr. igły 1,2 mm, śr. tulei 5 mm, dł. 36 cm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza igły iniekcyjnej o długości 36 cm, Zamawiający wymaga igłę iniekcyjną o długości 330 mm.**

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę laparoskopową, śr. 10 mm, dł. 36 cm, z pierścieniem obrotowym, do zastosowania z klipsami tytanowymi Pilling-Weck, rozmiar średnio-duży? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza klipsownicy laparoskopowej o długości 36 cm. Zamawiający wymaga klipsownicę laparoskopową o długości 330 mm.**

Czy Zamawiający dopuści światłowód o śr. 4,8 mm, dł. 250 cm, kompatybilny z optyką Karl Storz? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści kontener sterylizacyjny MiniSet z MicroStop, kontener nie wymaga pakowania w papier-folię, dostosowany do sterylizacji parowej do 150 stopni, sterylizacji gazowej i plazmowej, teflonowy filtr pozostaje w kontenerze podczas mycia ręcznego i maszynowego, posiada zabezpieczenia dodatkowe przed utratą sterylności w postaci przerwanych etykiet i złamanych plomb a także datownika, wymiar zewnętrzny: 310 x 189 x 65 mm, wymiar wewnętrzny: 283 x 177 x 40 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wymiaru zewnętrznego: 310 x 189 x 65 mm oraz wymiaru wewnętrznego: 283 x 177 x 40 mm. Zamawiający wymaga w poz. 1 pakietu nr 2 kontener o wymiarach zewnętrznych min. 440x100x70mm (dł/wys/szer) oraz wymiar wewnętrzny min. 420x80x60mm (dł/wys/szer), w zakresie poz. nr 2 pakietu nr 2 kontener o wymiarach zewnętrznych min. 450x290x90mm (dł/wys/szer) oraz wymiar wewnętrzny min. 420x260x75mm (dł/wys/szer).**

Czy Zamawiający może wyłączyć do oddzielnego pakietu punkty 25-31? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyłączy do oddzielnego pakietu punkty 25-31.**