



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dn. 22.04.2022 r.

**Odpowiedzi na pytania skierowane przez MKJ Radiologia Sp. z o.o. Sp. K. w związku z postępowaniem konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zdalnego opisu badań RTG**

**Pytanie:**

1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty drogą mailową poprzez elektroniczne podpisanie dokumentów podpisem kwalifikowanym? Jeśli tak to na jaki adres email?

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie:**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opis badania RTG cito w trybie ratunkowym do 3h?

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie:**

3. Czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie polegające na logowaniu się Zamawiającego na portal teleradiologiczny przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, a portal ten będzie dostępny 24h na dobę 7 dni w tygodniu? W portalu tym będą widoczne wszystkie badania przesłane do opisu do teleradiologii, wszystkie wykonane opisy, a gotowy opis będzie można wydrukować, zapisać, nagrać na płytę itd. (bez integracji HL7). Będzie to wykonane poprzez integrację DICOM oraz za pomocą szyfrowanego łącza VPN.

**Odpowiedź:**

NIE





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



ISO 9001

---

**Pytanie:**

4. Czy Zamawiający ma wykupioną licencję protokołu HL7 od firmy Pixel? Oprócz wykonania samej integracji HL7 konieczne jest wykupienie lub posiadanie takiego protokołu.

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie:**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie przez Wykonawcę własnego routera z klientem VPN (zamiast korzystania z routera brzegowego FortGate do zestawienia tuneli szyfrowanych za pomocą dedykowanego oprogramowania lub poprzez IPSEC)?

**Odpowiedź:**

NIE

  
DYREKTOR SZPITALA  
*Mariusz Misiuna*