



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 13.02.2017 r.

DZPZ-530-Zp/10/PN-9/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy cenników centralnych, zestawów do drenażu klatki piersiowej, protez głosowych, błon RTG oraz igieł do iniekcji, siatek do zaopatrywania piersi, elementów do ultradźwiękowego aspiratora, zestawów doszklistikowych oraz fixatorów dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu– Zp/10/PN-9/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 2

Wnosimy o umożliwienie składania ofert w poz. 1 na równoważne zestawy do drenażu klatki piersiowej funkcjonalnie odpowiadające zestawowi czterokomorowemu:

jednorazowego użytku, z wydzieloną komorą na wydzielinę o pojemności 2250ml, z suchą komorą regulacji ssania (regulacja mechaniczna), bezigłowy port do pobierania próbek, sucha zastawka podwodna i balonikowy wskaźnik stanu ciśnienia w jamie opłucnej, zestaw przezroczysty, pracujący bezgłośnie, wyposażony w półprzezroczysty samozasklepiający się dren zabezpieczony przed zaginaniem, zestaw wyposażony w nóżki do postawienia na podłodze oraz haki do mocowania na łóżku i wygodnego przenoszenia. System antyrefluksowy- zapewniający pozostanie płynów w komorze w przypadku zmiany pozycji. Mechaniczny regulator ssania pozwalający na kontrolę ssania bez potrzeby dodawania lub usuwania wody z dodatkowym wskaźnikiem siły ssania faktycznie uzyskiwanej ze źródła próżni **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 zestawów posiadających wydzieloną komorę na wydzielinę o pojemności 2300ml – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 5

poz. 1-7

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się nadruk zgodny z kodem kolorów, odpowiadający rozmiarowi igły. Oferowane przez nas igły są w opakowaniu folia-papier - przez część przezroczystą (foliową) bardzo wyraźnie widać kolor nasadki, który jest zgodny z kodem kolorystycznym, nie sposób pomylić zatem rozmiarów igieł. Ponad to stosujemy nadruk zgodny z kodem kolorów na opakowaniu handlowym a'100 szt. **Odp. Zamawiający dopuszcza, aby na opakowaniach jednostkowych nie znajdował się nadruk zgodny z kodem kolorów.**

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 9

poz.1

Czy celem obniżenia kosztów Zamawiający dopuszcza zastąpienie dwóch pozycji zestawu doszklistikowego:

1 x serweta okulistyczna 160x170cm z 1 kieszenią, otwór 10x10 cm wypełniony folią, z kształtką

1 x nożyczki 13cm, proste ostro tępe

jedną pozycją:

1 x serweta okulistyczna 160x170cm z 1 kieszenią, otwór 10x10 cm wypełniony folią z nacięciem, z kształtką

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia dwóch pozycji jedną. Wymagamy zestawu opisanego do przetargu. Nacięta folia nie zabezpiecza Zamawiającego przed wchodzeniem w pole operacyjne.

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących "kształtki". **Odp. Po odgięciu nie opada i płyn w czasie całego zabiegu spływa do kieszeni.**

poz.3

Czy ze względu na ilość zamawianych noży szafirowych (1 szt.) Zamawiający dopuszcza wydzielenie tej pozycji do osobnej dostawy. **Odp.**

Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 5

poz. 1-7

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

Odp. Zamawiający wymaga zaofiarowania igieł pochodzących od jednego producenta i jednocześnie dopuszcza numer katalogowy na opakowaniu.

poz. 6-7

Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym? **Odp. Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 4

poz. 1-5

W celu prawidłowej wyceny prosimy o doprecyzowanie na jakie światło mają być czułe oferowane w przetargu błony, zielone czy niebieskie? **Odp. Błony powinny współpracować z ekranami wzmacniającymi emitującymi światło niebieskie (niebiesko czułe).**

Czy Zamawiający wymaga aby dane: termin ważności błony, typ błony były widoczne na każdym wywołanym arkuszu błony? **Odp. Na błonach, po wywołaniu powinna być widoczna (nie kodowana) data ważności.**

Pytanie 6, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu umowy z:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- 1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru ;
- 2) 10 % wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”

na:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- 1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru ;
- 2) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.