

Nysa 31.05.2022

Dzień dobry w związku z ogłoszonym przez Państwa konkursem przesyłam zapytania Pana Mirosława Sęka Naszego współpracownika w aspekcie obsługi mammografii, dotyczące Załącznika nr 4 do oferty konkursowej. Odpowiedzi bardzo proszę przesłać zarówno do mnie jak również do Niego/ e-mail powyżej/

Z wyrazami szacunku,

Grażyna Pietrzyk
Prezes Zarządu Onkovit Sp. z o.o.

pyt dot zał. nr 4 określającego Warunki techniczne do tele-mammografii

ad. pyt.5

Zamawiający wymaga, aby zlecenia mogły być przesyłane do Systemu Telemammografii Oferenta drogą elektroniczną oraz odbioru tą samą drogą wykonanych opisów w formacie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Prośba o doprecyzowanie jakie dokładnie zlecenia ma na myśli Zamawiający. Wykonawca jest zobligowany do wykonywania opisów w ogólnopolskim systemie SIMP. W jaki sposób Zamawiający zamierza odbierać wyniki drogą elektroniczną?

ad. pyt.7

W ramach koniecznej integracji systemów RIS/PACS INFINITT oraz Systemu Telemammografii Oferenta do połączenia wykorzystany zostanie protokół DICOM. Zamawiający będzie wysyłał badania mammograficzne na udostępniony przez Oferenta węzeł DICOM.

Z dokumentacji wynika iż Zamawiający posiada system PACS firmy INFINITT. Wobec tego czy Zamawiający udostępni klienta posiadanego systemu PACS celem wyświetlenia badań? Czy zamawiający dopuszcza tylko integrację DICOM z systemem PACS bez udostępnienia klienta firmy INFINITT? Wobec powyższych czy zamawiający posiada niezbędne licencje do podłączenia (kolejny klient INFINITT) oraz integracji DICOM kolejnego węzła?

ad. pyt.9

Zamawiający wymaga zapewnienia, aby dane pomiędzy systemami były wymieniane poprzez szyfrowany tunel komunikacyjny VPN.

Czy Zamawiający udostępni klienta FORTIGATE oraz przeprowadzi jego konfigurację na stacji wykonawcy celem bezpiecznego podłączenia do siedziby Zamawiającego?

ad. pyt.10

10. Zamawiający wymaga zapewnienia od Oferenta wsparcia Helpdesk:

Udzielone wsparcie ma obejmować:

- zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu,
- Co dokładnie Zamawiający zamierza monitorować? Jak ma wyglądać monitoring funkcjonowania systemu?

- instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących system do zmian ustawowych i wymogów, jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) z datą ich wprowadzenia w życie,
- Czy zamawiający zamierza aktualizować system aplikacyjny Wykonawcy? Proszę o doprecyzowanie oprogramowania aplikacyjnego koniecznego do aktualizacji przez Zamawiającego?

- zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00
- W jakim zakresie miałyby funkcjonować HELPDESK? Czego dokładnie miałyby dotyczyć pomoc telefoniczna?

- wraz z dostarczeniem sprzętu i oprogramowania Oferent dostarczy Zamawiającemu licencje obowiązujące w okresie trwania niniejszej umowy, na użytkowanie dostarczonego oprogramowania – jeśli wymaga tego zastosowane rozwiązanie technologiczne,
- Jakie dokładnie Zamawiający licencje ma na myśli. Jeśli komunikacja ma się odbywać poprzez szyfrowany kanał VPN, czy wobec tego Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu oraz oprogramowania?

- Oferent zapewni należyte zabezpieczenie dostępu do transmitowanych danych przed osobami niepowołanymi, w szczególności zobowiązany jest do zakodowania danych tak, by bez stosownego klucza były bezużyteczne i nieczytelne.
- Komunikacja ma się odbywać poprzez szyfrowany kanał VPN konfigurowany na brzegowym urządzeniu Zamawiającego, wobec czy Zamawiający wymaga powtórnego dodatkowego zakodowania danych?