

Wałbrzych 01.06.2022 r.

Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu udziela odpowiedzi na zadane pytania przez firmę Onkovit Sp. z o.o. do załącznika nr 4 do SWKO do ogłoszonego postępowania konkursowego w **zakresie realizacji, obsługi Programu Profilaktyki Raka Piersi w Etapie Podstawowym i Pogłębionym – CPV: 85121200 – 5**

ad. pyt.5

Zamawiający wymaga, aby zlecenia mogły być przesyłane do Systemu Telemammografii Oferenta drogą elektroniczną oraz odbioru tą samą drogą wykonanych opisów w formacie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Prośba o doprecyzowanie jakie dokładnie zlecenia ma na myśli Zamawiający.

Wykonawca jest zobligowany do wykonywania opisów w ogólnopolskim systemie SIMP.

W jaki sposób Zamawiający zamierza odbierać wyniki drogą elektroniczną?

Dla badań przesiewowych mammograficznych Zamawiający będzie wysyłał zleceń w komunikatach HI7 i nie wymaga odbioru zleceń elektronicznych.

ad. pyt.7

W ramach koniecznej integracji systemów RIS/PACS INFINITT oraz Systemu Telemammografii Oferenta do połączenia wykorzystany zostanie protokół DICOM.

Zamawiający będzie wysyłał badania mammograficzne na udostępniony przez Oferenta węzeł DICOM.

Z dokumentacji wynika iż Zamawiający posiada system PACS firmy INFINITT. Wobec tego czy Zamawiający udostępni klienta posiadanego systemu PACS celem wyświetlenia badań?

Czy zamawiający dopuszcza tylko integrację DICOM z systemem PACS bez udostępnienia klienta firmy INFINITT? Wobec powyższych czy zamawiający posiada niezbędne licencje do podłączenia (kolejny klient INFINITT) oraz integracji DICOM kolejnego węzła?

Zamawiający dopuszcza zarówno wysyłanie badań w formie plików DICOM na wskazany węzeł (po zastawieniu kanału VPN), jak i wykorzystanie klienta INFINITT w celu oglądania badań. Zamawiający udostępni licencje systemu INFINITT ale koszty konfiguracji węzła DICOM pokrywa Oferent. W przypadku chęci korzystania z klienta INFINITT, Oferent zobowiązany jest do pokrycia kosztu dodatkowej licencji diagnostycznej.

ad. pyt.9

Zamawiający wymaga zapewnienia, aby dane pomiędzy systemami były wymieniane poprzez szyfrowany tunel komunikacyjny VPN.



Czy Zamawiający udostępni klienta FORTIGATE oraz przeprowadzi jego konfigurację na stacji wykonawcy celem bezpiecznego podłączenia do siedziby Zamawiającego?

Zamawiający udostępni klienta Fortigate i przeprowadzi konfigurację jeśli oferent udostępni dostęp do stacji (osobiście lub zdalnie np. teamviewer, anydesk)

ad. pyt.10

10. Zamawiający wymaga zapewnienia od Oferenta wsparcia Helpdesk:

Udzielone wsparcie ma obejmować:

- zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu,  
- Co dokładnie Zamawiający zamierza monitorować? Jak ma wyglądać monitoring funkcjonowania systemu?

Zamawiający rezygnuje z zapisu o wymogu zdalnego monitoringu.

- instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących system do zmian ustawowych i wymogów, jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) z datą ich wprowadzenia w życie,

- Czy zamawiający zamierza aktualizować system aplikacyjny Wykonawcy? Proszę o doprecyzowanie oprogramowania aplikacyjnego koniecznego do aktualizacji przez Zamawiającego?

Zamawiający rezygnuje z zapisu


- zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00  
- W jakim zakresie miałyby funkcjonować HELPDESK? Czego dokładnie miałyby dotyczyć pomoc telefoniczna?

Pomoc techniczna ma udzielać odpowiedzi na pytania czy badania prawidłowo dotarły do opisującego w przypadku ich wysyłki na wskazany węzeł DICOM

- wraz z dostarczeniem sprzętu i oprogramowania Oferent dostarczy Zamawiającemu licencje obowiązujące w okresie trwania niniejszej umowy, na użytkowanie dostarczonego oprogramowania – jeśli wymaga tego zastosowane rozwiązanie technologiczne,  
- Jak dokładnie Zamawiający licencje ma na myśli. Jeśli komunikacja ma się odbywać poprzez szyfrowany kanał VPN, czy wobec tego Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu oraz oprogramowania?

Zapis dotyczy sytuacji, w której Oferent dostarcza do szpitala bramkę teleradiologiczną (komputer z oprogramowaniem) stanowiącą niezależny węzeł DICOM

- Oferent zapewni należyte zabezpieczenie dostępu do transmitowanych danych przed osobami niepowołanymi, w szczególności zobowiązany jest do zakodowania danych tak, by bez stosownego klucza były bezużyteczne i nieczytelne.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO  
9001:2015

- Komunikacja ma się odbywać poprzez szyfrowany kanał VPN konfigurowany na brzegowym urządzeniu Zamawiającego, wobec czy Zamawiający wymaga powtórnego dodatkowego zakodowania danych?

Zamawiający wymaga, aby dane przesłane poprzez tunel VPN na węzeł DICOM wskazany przez oferenta były odpowiednio zabezpieczone po stronie Oferenta tj. przechowywane w systemie PACS Oferenta w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo poprzez ich zaszyfrowanie lub zaszyfrowanie nośników, na których będą przechowywane

DYREKTOR SZPITALA  
*Mariusz Misjura*

odpowiedź na pytanie  
p. Rafał Kazimierczak.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)  
[www.bip51.lo.pl](http://www.bip51.lo.pl)

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742

