



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu

ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

*tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746*

*www.zdrowie.walbrzych.pl*

*szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

DZPZ-530-Zp/11/ PN-10/17

Wałbrzych, 13.02.2017r.

*Wykonawcy-wszyscy*

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę aparatu ultrasonograficznego» – Zp/11/PN-10/17*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na pytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 1 Opis techniczno-jakościowy**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta wyposażony w cyfrowe wyjście video typu HDMI zamiast analogowego VGA?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 2 Opis techniczno-jakościowy**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta posiadający menu w języku angielskim?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 3 Opis techniczno-jakościowy**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta o wymiarach 300 mm/260 mm/75 mm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 4 Opis techniczno-jakościowy**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta wyposażony w zasilanie bateryjne umożliwiające pracę przez 60 minut?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

a

**Pyt. 5 Opis techniczno-jakościowy**

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf do badań ginekologiczno-położniczych w których niezwykle ważna jest precyzyjna ocena przepływów. Czy w związku z tym Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dostępną na rynku najnowszą generację obrazowania Dopplerowskiego tj. rozszerzonego obrazowania w trybie Color Doppler o wysokiej czułości i rozdzielczości znacznie przewyższającej obrazowanie z wykorzystaniem klasycznego kolorowego Dopplera? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania tego typu, które obecnie jest już standardowym wyposażeniem ultrasonografów najnowszej generacji? Wnosimy o dodanie podpunktu: „Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach”.

**Odp. Pytanie 5 stanowi zawężenie oferty, co nie jest zgodne z podstawowym przeznaczeniem aparatu. Szpital nie wykonuje badań ginekologiczno-położniczych.**

**Pyt. 6**

Czy zamawiający dopuści aparat usg o wymiarach delikatnie większych tzn. 310x250x90 mm ( zamiast 300x250x80 mm ) ,ale który spełnia wymagania wagowe zawarte w podanej specyfikacji?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 7**

Czy zamawiający dopuści aparat usg o bardziej nowoczesnym wyjściu niż podane w specyfikacji? Chcemy zaproponować złącze HDMI zamiast VGA.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-eksploatacyjnych  
mgr inż. Andrzej Stążka