



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 09.06.2022r.

DZPZ-530- Zp/32/TP/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego - głowice ultrasonograficzne typ S31 i C42 dedykowane do aparatu USG Arietta 65 - Zp/32/TP/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczące Głowica Phased Array pediatryczna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy – pkt 15

W całej gamie głowic kardiologicznych kompatybilnych z aparatem ultrasonograficznym Hitachi AlokaArietta 65 nie ma sondy, której kąt skanowania wynosi 100 stopni. Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę, której kąt skanowania wynosi 90 stopni?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. do załącznika nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający będzie wymagał autoryzacji producenta posiadanego aparatu USG na serwis i sprzedaży oferowanej głowicy?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Małgorzata Kuczyńska
nr telefonu: 74/6489941



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742