

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 27.06.2022r.

DZPZ-530- Zp/27/PN/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych na Oddział Onkologii : igły Hubera i przenośny system infuzyjny - Zp/27/PN/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do portów o poniższych parametrach :

Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu aktywowany jedną ręką. Zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta, Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji. Na zacisku informacja o maksymalnym przepływie. Igła przystosowana do podaży kontrastu po ciśnieniu 300PSI. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?


Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie igły nie posiadającej miękkiej podstawy z gąbki w poniższych rozmiarach ?

19Gx19mm 19Gx25mm 19Gx38mm 20Gx19mm 20Gx25mm 20Gx38mm
22Gx19mm 22Gx25mm 22Gx38mm



Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie igieł posiadających miękką podstawę stabilizującą z ergonomicznym uchwytem igły w rozmiarach:
19Gx19mm 19Gx25mm 19Gx38mm 20Gx19mm 20Gx25mm 20Gx38mm
22Gx19mm 22Gx25mm 22Gx38mm?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5. Dotyczy zapisów umowy

Prosimy o doprecyzowanie, w ile próbek Zamawiający oczekuje w tym postępowaniu, gdyż w SWZ nie określono tego jednoznacznie.

Odp. Zamawiający oczekuje po 1 sztuce próbki do każdego pakietu.

Pytanie 6. Dotyczy zapisów umowy

Dot. par. 6 ust. 1.4 wzoru umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary z 20% na 10%?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 2

Czy w trosce o najwyższe bezpieczeństwo Pacjentów otrzymujących leczenie z użyciem 5FU Zamawiający wymaga, aby pompa elastomerowa posiadająca filtr na linii infuzyjnej spełniała normę ISO 28620 dotyczącą przenośnych urządzeń infuzyjnych nienapędzanych elektrycznie, która podkreśla, że wszystkie elementy urządzenia przeznaczone do kontaktu z lekiem stanowią zamknięty, wodoszczelny system?

Odp. Zamawiający zaleca, ale nie wymaga.


Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 2

Czy w trosce o najwyższe bezpieczeństwo Pacjentów otrzymujących leczenie z użyciem 5FU Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie wykazywało się precyzją czasu podania wynoszącą +/-10%?

Odp. Zamawiający zaleca, ale nie wymaga.

Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści zaoferowanie przenośnego, jałowego, apirogenego systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę luer lock, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej



wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h. Urządzenie zapewniające dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Dotyczy zapisów umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... dnia powiadomienia” na „... od dnia uznania reklamacji”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 11. Dotyczy zapisów umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a), b):


1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii Przedmiotu Zamówienia,
- 2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad - w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego przedmiotu zamówienia podlegającego wymianie
- 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek,
- 4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 12. Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. Sposób dostarczania faktur opisany jest szczegółowo w § 5 pkt. 8 projektu umowy.

Pytanie 13. Dotyczy zapisów treści SWZ

W przypadku doprecyzowania ilości żądanych próbek, prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie ich w dowolnym rozmiarze z przedziału podanego w formularzu cenowym.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**