



Wałbrzych, dnia 12.07.2022r.

DZPZ-ZO/4/2022

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa- Łóżka szpitalne z wyposażeniem- 4 sztuki”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z 4 kołami o średnicy 150 mm?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie posiada wbudowanej latarki?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym sterowanie nie jest zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą przycisku aktywującego?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ze względu na bezpieczeństwo pacjenta.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez przycisku bezpieczeństwa?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ze względu na bezpieczeństwo pacjenta.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z tworzywowymi, dzielonymi barierkami bocznymi, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości? Barierki te wykonane są w technologii rozdmuchu, z użyciem nanotechnologii srebra?

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z SWL 280 kg?


Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści koła 150 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.





Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne z funkcją składania za pomocą dźwigni pod leżem od strony nóg oraz z automatyczną blokadą w najwyższym położeniu ?

Argumentujemy to tym, że mechanizm składania w górnej poprzeczce umożliwia pacjentowi złożenie barierki a nie takie ma ona założenie skoro zabezpieczamy pacjenta w łóżku.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści obciążenie do 270 kg co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem za pomocą centralnego panelu sterowania dla personelu oraz pilota przewodowego dla pacjenta bez latarki i podświetlanych przycisków?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem zabezpieczonym przed przypadkowym uruchomieniem w postaci zamykanej klapki?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem bez przycisku bezpieczeństwa?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami pojedynczymi, metalowymi lakierowanymi zabezpieczającymi pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości z dźwignią zwalnającą blokadę w dolnej części barierki?


Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 14

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie przy pomocy panelu centralnego dla personelu oraz pilota przewodowego dla pacjenta (z czytelnymi piktogramami nie wymagającymi latarki oraz podświetlenia).

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.





Pytanie nr 15

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie bez półki na pościel.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie z barierkami chroniącymi pacjenta 3/4 długości łóżka, wykonanymi z aluminium, z systemem odblokowywania na wysokości ręki personelu medycznego od strony nóg pacjenta. Barierki składane, odblokowywane w dwóch ruchach dla bezpieczeństwa pacjenta. Barierki bezpieczne z systemem zabezpieczającym przed zakleszczeniem palców, spełniające normę UNI CEI EN 60601-2-52.

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające sterowanie za pomocą pilota przewodowego, który posiada blokadę funkcji pilota z panelu pielęgniarskiego i za pomocą klucza magnetycznego?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne sterowane pilotem, które nie posiada wbudowanej latarki i podświetlanych klawiszy, obecnie większość sal szpitalnych posiada panele nadwyżkowe, które posiadają wbudowane oświetlenie nocne?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 19


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada sterowanie funkcji Trendelenburga i anty Trendelburga, CPR zabezpieczone kluczem magnetycznym na pilocie natomiast funkcje sterujące na panelu pielęgniarskim zabezpieczone są przyciskiem świadomego użycia włączenie i wyłączenie?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami bocznymi posiadającymi blokady umieszczone w części dolnej od strony nóg, oznaczoną kolorem czerwonym, uniemożliwiająca tym samym samodzielne opuszczenie barierki przez pacjenta?





Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania termin realizacji przedmiotu zamówienia wynoszący 8 tygodni?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z ogłoszonym postępowaniem.

Pytanie nr 22

Czy zamawiający dopuści w ramach równoważności, wysokiej klasy łóżko znanego światowego producenta, które posiada podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym o średnicy 15 cm, dodatkowo łóżko posiada piąte koło?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 23

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko elektryczne, które posiada blokadę funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej. Dodatkowo zablokowane funkcje widoczne są na panelach w poręczach bocznych za pomocą sygnalizacji diodowej LED. ?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 24

Czy zamawiający dopuści łóżko elektryczne, którego barierki boczne są tworzywowe, dwuczęściowe, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, z przyciskiem zwalniającym w dolnej części barierki?. Barierki poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych.


Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 25

Czy zamawiający dopuści łóżko elektryczne z materacem o grubości 12 cm? Materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach. Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2.

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



**Kierownik Działu Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia**
Małgorzata Słomiana

Dział Zamówień i Zaopatrzenia

Sporządziła: Agnieszka Piasecka

nr tel.: 74/6489744



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742