



Wałbrzych, dnia 12.07.2022r.

DZPZ-ZO/3/2022

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa „Chłodziarko- Zamrażarka – 20 °C do badań klinicznych-1 sztuka”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia?

Zamawiający wskaże dokładne miejsce w późniejszym terminie. Budynek wyposażony jest w windy i nie przewiduje się przemieszczania urządzenia po schodach.

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku?

Jest

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia chłodziarek po schodach?

Nie będzie takiej konieczności.

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

90 x 200

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?


Nie

Pytanie nr 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamrażarki

- a. z wnętrzem ze stali nierdzewnej
- b. obciążenie jednej półki 30 kg
- c. wym. zewnętrzne (WxSzxG) 2037x740x830mm
- d. pojemność brutto komory 628L





e. materiał izolacji polioliol + izocyjanian. Jest to ekologiczna substancja spieniająca.

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga chłodziarko-zamrażarki, materiał izolacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu : podtrzymanie baterijne zestaw Efento Cloud?

System umożliwia zdefiniowanie dolnego i górnego progu temperatury i wysyła SMS lub e-maile w przypadku jej przekroczenia, powiadamia także w przypadku utraty zasilania.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Zamawiający nie dopuszcza. W ocenie Zamawiającego komunikacja za pomocą SMS lub e-mail o w/w awariach może być dodatkową funkcją, natomiast urządzenie powinno zapewniać podtrzymanie baterijne min. dla wyświetlacza oraz ewentualnych alarmów.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ tranzyt tył 22mm” ?

Zamawiający pod pojęciem „tranzyt tył 22mm” rozumie dedykowane miejsce na umieszczenie kabli/ przewodów np. dla termometrów.

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie zamrażarki z wymuszonym obiegiem chłodzącego powietrza.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie chłodziarko-zamrażarki o pojemności chłodziarki 361 L brutto, a użytkowej 345 L oraz pojemności zamrażarki 254 L brutto, a użytkowej 240 L?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie chłodziarko-zamrażarki z maksymalnym obciążeniem półki chłodziarki 45kg, a szuflad zamrażarki 24kg?


Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie profesjonalnego urządzenia laboratoryjnego o wadze 88 kg brutto, 83 kg netto?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.





Pytanie nr 9

Czy Zamawiający przez określenie ‘drzwi zabudowane’ miał na myśli drzwi pełne, osobne do części chłodniczej i mroźniczej?

Zamawiający miał na myśli drzwi pełne. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga osobnych drzwi do części chłodniczej i mroźniczej.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia o wymiarach zewnętrznych szer. 601 / głęb. 618 / wysokość 2003 mm?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wymiarów wewnętrznych chłodziarki: (S/G/W) (mm): 440 / 441 / 1105?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wymiarów wewnętrznych zamrażarki: S/G/W) (mm): 433 / 435 / 597

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 13

Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności chłodziarka 321l oraz zamrażarka 195l?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 14

Czy zamawiający dopuści urządzenie z półkami wykonanymi z perforowanej blachy w części chłodniczej?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 15

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych:

-Część chłodnicza 750 x 610 x 740 mm?

-Część mrożąca 650 x 560 x 565 mm?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 16

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 910 x 740 x 1972mm?


Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 17

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze 215kg

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.





Pytanie nr 18

Czy zamawiający dopuści urządzenie z naturalnym czynnikiem chłodzącym R600a?
Zamawiający nie dopuszcza, wymaga Naturalny czynnik chłodniczy R290 (propan).

Pytanie nr 19

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez czujnika położenia?
Zamawiający nie dopuszcza, wymaga czujnik położenia.

Pytanie nr 20

Czy zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami z przeszkleniem w części chłodniczej?
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga..

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający chce chłodziarko-zamrażarkę, czy też zamrażarkę? Nie ma nigdzie w specyfikacji żadnej wspominki i części "lodówkowej" poza samym tytułem postępowania. Jeżeli to ma być chłodziarko-zamrażarka, to jaki ma być podział na część mroźnicza i chłodniczą? Jaka temperatura chłodziarki potrzebna? Co ma być w chłodziarce, co w zamrażarce - półki, szuflady i ile?

Zamawiający miał na myśli chłodziarko-zamrażarkę. Temperatura chłodziarki w zakresie minimum 2-8 stopni C. Minimum 3 półki w chłodziarce, minimum 3 półki lub szuflady w zamrażarce.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 590L (o ile to przetarg na zamrażarkę, a nie chłodziarko-zamrażarkę)?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga chłodziarko-zamrażarkę.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o pojemności sumarycznej 610-640L netto (o ile to przetarg na chłodziarko-zamrażarkę, a nie zamrażarkę)?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści półkę o wymiarach 510 x 670 mm?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 25


Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne 1300x570x790 mm (WxSzxG) z wysokością załadunku 1150 mm?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 1990x670x890 mm (WxSzxG) z wysokością załadunku 1150 mm?





Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 145 kg netto?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści izolację z PU i cyklopentanu o grubości 60 mm?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 29

Proszę o wyjaśnienie, co to znaczy "Tranzyt tył, 22mm"?

Dedykowane miejsce na umieszczenie kabli/ przewodów np. dla termometrów.

Pytanie nr 30

Proszę o wyjaśnienie, o co chodzi w zapisie "Czujnik położenia na górze z tyłu"? Jaki czujnik położenia? Czego?

Czujnik m.in. otwarcia-zamknięcia drzwi, temperatury.

Pytanie nr 31

Proszę o wyjaśnienie, co to znaczy "Kontakt bezpotencjałowy"? Czy tu chodzi o bezpotencjałowy zestyk alarmowy?

Kontakt bezpotencjałowy to bezpotencjałowy zestyk alarmowy.

Pytanie nr 32

Proszę o wyjaśnienie, co to znaczy "drzwi zabudowane"? Czy tu chodzi o drzwi pełne?

Drzwi zabudowane to drzwi pełne.

Kierownik Działu Zamówień

Publicznych i Zaopatrzenia

Małgorzata Słomiana

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sporządziła: Agnieszka Piasecka

nr tel.: 74/6489744

