

Wałbrzych, dnia 12.07.2022r.

DZPZ-ZO/1/2022

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa- Zamrażarka – 80 st.C do badań klinicznych-1 sztuka”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności użytkowej komory 400l?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych głębokość: 69,6cm wysokość: 126,6cm?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3

Co zamawiający ma na myśli pisząc o wymogu ze Smart View?

Zamawiający miał na myśli możliwość monitorowania parametrów, m.in. temperatury, CO2.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 7” dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD?

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści urządzenie działające w oparciu o mix bezpiecznych dla środowiska czynników chłodzących?


Zamawiający nie dopuszcza, wymaga Czynnik chłodniczy R290 (pierwszy etap), mieszanka R170 + R290 (drugi etap).

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 2 sztuki drzwi wewnętrznych?

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia– 5 sztuk drzwi wewnętrznych.





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuści urządzenie głębokość:104,1cm szerokość:78,5cm?
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Kierownik Działu Zamówień

Publicznych i Zaopatrzenia

Małgorzata Słomiana

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sporządziła: Agnieszka Piasecka

nr tel.:74/6489744



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742