



Wałbrzych, dnia 12.07.2022r.

DZPZ-ZO/6/2022

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa- Urządzenie Holter EKG 3- kanałowy-2 sztuki”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę specyfikacji przez usunięcie portu HDMI?
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.


Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny, innowacyjny, komfortowy i niezwykle mały Holter EKG, z dającym bardzo duże możliwości diagnostyczne oprogramowaniem, o podanych parametrach:

REJESTRATOR EKG

- 1-3-kanałowe EKG
- 3 lub 5 elektrod
- pobieranie próbek EKG do 1000 Hz z możliwością regulacji
- rejestracja EKG online (Bluetooth), dająca możliwość obejrzenia zapisu EKG w dowolnym momencie badania
- wodoszczelny, IP67
- próbkowanie przyspieszenia 3D do 100 Hz, z możliwością regulacji
- zasięg Bluetooth do 100 m
- pojemność pamięci: 4 GB, do 180 dni (zależne od ilości kanałów i częstotliwości)
- krótki czas ładowania, ok. 1,5 godziny
- transfer danych: micro-USB






- przycisk zdarzeń
- detekcja zdarzeń stymulatora
- format danych: EDF (Europejski Format Danych)
- czas rejestracji na w pełni naładowanym akumulatorze: do 8 dni
- waga 18 g.
- wymiary maks. 5x3x1,5 cm
- mocowanie rejestratora na pacjencie nie wymagające etui i pasków
- Rejestracja 3 kanałów do 7 dni, bez potrzeby doładowywania

OPROGRAMOWANIE CardiacNavigator

- unikalne i proste panele zarządzania oraz interfejs użytkownika
- precyzyjna i szczegółowa analiza przedsionkowa
- precyzyjna analiza migotania przedsionków z oceną rodzaju migotania i rytmu poprzedzającego
- analiza QT i ST
- analiza zmienności rytmu serca
- analiza arytmii z przeglądem i pasmami zdarzeń
- inteligentne narzędzie do czyszczenia danych
- analiza zdarzeń pacjenta
- analiza widmowa HRV umożliwiającą szybką ocenę układu współczulnego i przywspółczulnego
- działanie lokalne i sieciowe
- formaty DICOM, HL7
- możliwość zmiany ustawień wyświetlanych okien
- raporty w formie informacyjnej i graficznej,
- zautomatyzowana narracja w raportowaniu
- szablony QRS



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



-
- możliwość ustawień parametrów analizy
 - raport końcowy – możliwość tworzenia własnych komentarzy oraz wyboru elementów składowych
 - wbudowany w system czytnik kodów kreskowych i QR
 - opcjonalnie chmura do przechowywania bazy danych pacjentów

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Kierownik Działu Zamówień

Publicznych i Zaopatrzenia

Małgorzata Słomiana

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sporządziła: Agnieszka Piasecka

nr tel.: 74/6489744



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742