



Wałbrzych, dnia 27.07.2022r.

DZPZ-530-Zp/31/PN/22

**Wykonawcy – wszyscy**

***Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych na oddziały szpitalne - Zp/31/PN/22***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1, dot.pak.14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań operacyjnych wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ubrań operacyjnych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze min. 45g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie nr 2, dot.pak.13**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków o długości 185 mm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, długość w Specyfikacji wynosi 200 mm.**

**Pytanie nr 3, dot.pak.13**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków o długości 210 mm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, długość w Specyfikacji wynosi 190 mm.**

**Pytanie nr 4, dot.pak.13**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie worków o długości 200 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne ze Specyfikacją.**

**Pytanie nr 5, dot.pak.13**


Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie worków o długości 240 mm, szerokość 170 mm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, długość w Specyfikacji wynosi 205 mm a szerokość 204 mm.**

**Pytanie nr 6, dot.pak.15**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 15 prowadnice do trudnych intubacji typu Bougie, sterylna, jednorazowa z tęym zakrzywionym końcem,





---

z otworem wentylacyjnym na całej długości, dodatkowo dwa porty boczne. Widoczna w RTG, z oznaczeniem centymetrowym. Rozmiary: Rozmiar 8 Fr, średnica wewnętrzna 1,6 mm, długość 35 cm lub Rozmiar 14 Fr, średnica wewnętrzna 3 mm, długość 70 cm. Dodatkowo 2 adaptery do podaży tlenu 15 mm i luer lock oraz kaniula usztywniająca

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dłuższych przewodnic niż oferowane.**

**Pytanie nr 7, dot.pak.14**

Proszę o dopuszczenie ubrań o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ubrań wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze min. 45g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie nr 8, dot.pak.14**

Proszę o dopuszczenie ubrań o wykonanych z SMS.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ubrań z włókniny SMMS.**

**Pytanie nr 9, dot.pak.14**

Proszę o dopuszczenie ubrań z okrągłym wycięciem pod szyją obszytym lamówką.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ubrań z wycięciem pod szyją w kształcie V obszyte lamówką.**

**Pytanie nr 10, dot.pak.14**

Proszę o dopuszczenie kieszeni dolnych o wymiarach 15 x 16 cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11, dot.pak.14**

Proszę o dopuszczenie kieszeni górnej o wymiarach 12 x 12 cm.


**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kieszeni górnej o wymiarach 18 x 18 (+/- 2 cm).**

**Pytanie nr 12, dot.pak.14**

Proszę o dopuszczenie ubrania bez podwiniętych i obszytych rękawów i nogawek oraz dołu koszuli, mimo to żadne cięcie nie posiada strzępień ani wiszących nitki.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ubrań podwiniętych i obszytych.**





---

**Pytanie nr 13, dot.pak.14**

Proszę o dopuszczenie kieszeni dolnych o wymiarach 14 x 16 cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14, dot.pak.14**

Proszę o dopuszczenie kieszeni górnej o wymiarach 17 x 13 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kieszeni górnej o wymiarach 18 x 18 (+/- 2 cm)**

**Pytanie nr 15, dot.pak.5**

Ze względu na występowanie na rynku Polskim zamienników czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, których używanie może spowodować błędy pomiarowe, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga oryginalnych czujników w technologii Masimo SET oferowanych przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski?

Pragniemy zaznaczyć że podczas awarii sprzętu przy jednoczesnym korzystaniu z zamienników do urządzeń Masimo, producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe podczas stosowania nieoryginalnych komponentów.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania czujników w technologii Masimo przez Autoryzowanych Dystrybutorów którzy posiadają Autoryzowany Serwis na terenie Rzeczypospolitej Polskiej**

**Pytanie nr 16, dot.pak.5**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w opisie przedmiotu zamówienia nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca wagi pacjenta? Czy Zamawiający wymaga czujnika jednorazowego saturacji w technologii Masimo SET, LNCS Neo- dla noworodków i dzieci < 3 kg >40 kg?

**Odp. Zamawiający dopuszcza czujniki Masimo kompatybilne z kablem połączeniowym LNCS w przedziale wagowym <3kg>40kg**

**Pytanie nr 17, dot. projektu umowy**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 18, dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do





---

wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 19. dot. projektu umowy 3 b dot.pak.nr 1**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 20. dot. projektu umowy 3 b dot.pak.nr 1**

Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 21. dot. projektu umowy 3 b do SWZ – § 6 pkt. 1, ust. 1,2,4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,1% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia,
- 2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad - w wysokości 0,1% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,
- 4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**


**Pytanie nr 22. dot. projektu umowy 3 b do SWZ – § 6 pkt. 1, ust. 3**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 23. dot.pak.14 poz. 1**





---

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ubrania operacyjnego (bluza+spodnie) wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga ubrań wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze min. 45g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie nr 24. dot.pak.14 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie bluzy z krótkimi, prostymi, niestrzępiącymi się rękawami, bez dodatkowego obszycia?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga bluzy z krótkim rękawem podwiniętym i obszytym.**

**Pytanie nr 25. dot.pak.14 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie spodni z nogawkami prostymi, niestrzępiącymi się, bez dodatkowego obszycia?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga spodni z długą nogawką bez ściągaczy, podszyte.**

**Pytanie nr 26. dot.pak.15 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie prowadnic do trudnej intubacji w opakowaniach jednostkowych folia-papier pakowanych zbiorczo w karton a'10szt dla bezpiecznego przechowywania?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga prowadnic pojedynczo pakowanych w sterylnym futerale ze względów bezpiecznego przechowywania na stanowisku między innymi znieczulenia.**

**Pytanie nr 27 dot.pak.11**

W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na startowanie na poszczególne pozycje w zadaniu?


**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, w/w pakiet zawiera pozycje od 1 do 6 i stanowi jedną całość.**

**Pytanie nr 28 dot.pak.14**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 40 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ubrań wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze min. 45g/m<sup>2</sup>.**





**Pytanie nr 29 dot.pak.14**

Czy Zamawiający dopuści krótki rękaw bez podwinięcia i podszycia a zakończony cięciem laserowym bez żadnych strzępiń?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga bluzy z krótkim rękawem podwiniętym i obszytym.**

**Pytanie nr 30 dot.pak.14**

Czy Zamawiający dopuści spodnie- długie nogawki bez ściągaczy, zakończone cięciem laserowym?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga spodni z długą nogawką bez ściągaczy ,podszyte.**

**Pytanie nr 31 dot.pak.14**

Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne w których każde cięcie jest wykonane laserowo ( bez żadnych strzępiń) bez podwinięcia i bez podszycia?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ubrań podwiniętych i obszytych.**

**Pytanie nr 32 dot.pak.13**

Czy Zamawiający w pak 13 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Woreczki samorozprężalne do usuwania tkanek w laparoskopii pasujące do trokarów śr.10mm, pojemność 200 ml, długość 190mm, szerokość 90mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 33 dot.pak.13**

Czy Zamawiający w pak 13 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Woreczki samorozprężalne do usuwania tkanek w laparoskopii pasujące do trokarów śr.10mm, pojemność 800ml, długość 190mm, szerokość 150mm?


**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga pojemność 400ml, szerokość 110mm.**

**Pytanie nr 34 dot.pak.13**

Czy Zamawiający w pak 13 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Woreczki samorozprężalne do usuwania tkanek w laparoskopii pasujące do trokarów śr.10mm, pojemność 800ml, długość 190mm, szerokość 150mm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 205mm, szerokość 160mm.**





**Pytanie nr 35 dot.pak.13**

Czy Zamawiający w pak 13 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Woreczki samorozprężalne do usuwania tkanek w laparoskopii pasujące do trokarów śr.10mm, pojemność 1200ml długość 190mm, szerokość 195mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość 205mm, szerokość 204mm.**

**Pytanie nr 36 dot.pak.17**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w miejsce istniejących wymogów swz, rurek intubacyjnych zbrojonych, wiodącego producenta Rusch, wykonanych z medycznej odmiany PCV niesilikonowanego, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, odporne na zaginanie. Rurki posiadają jeden czarny szeroki znacznik wokół pełnego obwodu rurki dla ułatwienia prawidłowego umieszczenia w tchawicy, oczko Murphego, rozmiar rurki na rurce oraz baloniku kontrolnym, na stałe wtopiony, biały łącznik 15 mm. Rurki z przewodnicą, wyprofilowane. Przewodnica o właściwościach poślizgowych, umieszczona wewnątrz rurki, dostosowana rozmiarem i długością. Sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. Oznaczenie numeru rozmiaru i numeru serii na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie folia/papier o profilu ułatwiającym zachowanie pamięci kształtu rurki z przewodnicą. Łatwe otwarcie opakowania. Mankiet rurki oraz skalowanie dopasowane do rozmiaru (producent nie podaje w materiałach marketingowych wartości). Długości rurek odpowiednia dla poszczególnych rozmiarów: R5 321mm, R5,5 322mm, R6 329mm, R6,5 334mm, R7 352mm, R7,5 356mm, R8 364mm, R8,5 388mm, R9 398mm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rurek wykonanych z medycznej odmiany silikonowego PCV oraz innych parametrów zgodnych z opisem w Specyfikacji.**

**Pytanie nr 37 dot.pak.14**


Prosimy o dopuszczenie jednorazowego ubrania chirurgicznego wykonanego z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej, spodnie z trokami w pasie, dostępne w kolorze niebieskim i zielonym. Zgodne z normą EN 13795-2, wyrób medyczny klasy I. Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Pakowane indywidualnie w torebkę foliową PE.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga włókniny SMMS 100% zgodnie z opisem w Specyfikacji.**

**Pytanie nr 38 dot.pak.17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym - niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego





---

nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rurek wykonanych z medycznej odmiany silikonowego PCV oraz innych parametrów zgodnych z opisem w Specyfikacji.**

**Pytanie nr 39 dot.pak.15 poz 1**

Czy Zamawiający odstąpi od pakowania „w sztywnym futerale ze względu na sposób przechowywania” i dopuści zamiast tego przewodnicę pakowaną jednostkowo w ciasne opakowanie foliowo-papierowe, z końcówką zabezpieczoną dodatkowo sztywnym bloczkiem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. Pakowanie zbiorczo po 10 sztuk w sztywny kartonik?

**Odp. Zamawiający nie odstąpi, Zamawiający wymaga sztywnego futerału na całej długości przewodnicy.**

**Pytanie nr 40 dot.pak.17 poz 1-9**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję średnicy mankietu +/- 2mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zakresu średnicy mankietu zgodnie z opisem w Specyfikacji.**

**Pytanie nr 41 dot.pak.17 poz 4**

Czy Zamawiający dopuści skalę głębokości od 15 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne ze Specyfikacją.**

**Pytanie nr 42 dot.pak.17 poz 5**

Czy Zamawiający dopuści skalę głębokości od 16 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne ze Specyfikacją.**

**Pytanie nr 43 dot.pak.17 poz 6**

Czy Zamawiający dopuści skalę głębokości od 16 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne ze Specyfikacją.**

**Pytanie nr 44 dot.pak.17 poz 7**

Czy Zamawiający dopuści skalę głębokości od 17 cm?







---

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne ze Specyfikacją.**

**Pytanie nr 45 dot.pak.17 poz 8**

Czy Zamawiający dopuści skalę głębokości od 17 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne ze Specyfikacją.**

**Pytanie nr 46 dot.pak.17 poz 9**

Czy Zamawiający dopuści skalę głębokości od 17 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne ze Specyfikacją.**

**Pytanie nr 47 dot.pak.17 poz 1-9**

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PCV, niesilikonowanego?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rurki wykonane z medycznej odmiany silikonowego PCV.**

**Pytanie nr 48 dot.pak.14**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompletu z trzema kieszeniami (jedna górna o rozm. szer. 13 cm +/- 1cm x wys. 13cm +/- 1cm; dwie dolne kieszenie o rozm. szer. 18cm +/- 1 cm x wys. 20 cm +/- 1 cm). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru górnej kieszeni. Zamawiający wymaga rozmiaru górnej kieszeni zgodnie z opisem w Specyfikacji. Pozostałe parametry Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 49 dot. zapisów SWZ**


Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z rozdziałem VIII, pkt A.II Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwa zamówienia - minimum 2 dostawy na materiały medyczne jednorazowego użytku (m.in. rękawice medyczne jednorazowego użytku)?

**Odp. Tak, Zamawiający uzna.**

**Pytanie nr 50 dot. zapisów SWZ**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z rozdziałem VIII, pkt A.II Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dla pakietu 14 : - dostawę na kwotę 283 764,60 zł (wyroby z włókniny), 261 709,06 zł (wyroby z włókniny), oraz dostawę na kwotę 550 800,00 zł (fartuchy).





---

**Odp. Tak, Zamawiający uzna.**

**Pytanie nr 51 dot. pak. 7**

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje złożenia próbek produktowych dla pakietu nr 7? W rozdziale nr VIII „Przedmiotowe środki dowodowe” Zamawiający określił próbki jako przedmiotowy środek dowodowy m.in. dla Pakietu nr 7, natomiast w Załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” nie został określony taki wymóg, ani też wymagana ilość próbek.

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 7 pod kątem wymogu złożenia próbek.

**Odp. Zamawiający wymaga próbek dla pakietu nr 7. Zamawiający określił przedmiotowe środki dowodowe w pkt VIII Specyfikacji dla wszystkich pakietów.**

**Pytanie nr 52 dot. zapisów umowy § 2 ust. 5 pkt 2 – załącznik nr 3a**

Ponieważ w umowie jest zapis „(...) minimalny 12 – miesięczny okres ważności od daty dostawy” a pod tabelą asortymentowo-cenową Pakietu nr 7 widnieje zapis: „6 miesięcy od daty dostawy” prosimy o dostosowanie zapisów umowy do zapisów warunków granicznych w załączniku nr 1 dotyczący terminu ważności produktów.

**Odp. Zamawiający zmieni treść załącznika nr 3b.**

**Pytanie nr 53 dot. zapisów umowy § 3 ust. 1 - załącznik nr 3a**

Prosimy o modyfikację § 4 ust. 1 i poprzez dopisanie: „Przedmiot zamówienia (...) transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko **przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto. (.....)**”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odp. Zamawiający nie zmienia treści umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 54 dot. pak. 8,9,10**


Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek do pakietu nr 8,9,10. Prośbę swą motywujemy faktem, iż w.w. postępowaniu nie jest oceniana jakość a produkty te znane są Zamawiającemu.

**Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia próbek do pakietów nr 8,9,10.**

**Pytanie nr 55 dot. wzoru umowy**

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Małgorzata Kuczyńska  
nr tel.: 74/6489941



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742