

Wałbrzych, dnia 28.07.2022r.

DZPZ-530-Zp/40/PN/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy sprzętu do hemodializy oraz dializy otrzewnowej - Zp/40/PN/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 24

Dotyczy pakietu nr 24 - **Do podłączania i odłączania dializy – przetoka.**

Zwracamy się z zapytaniem czy nie nastąpiła omyłka pisarska w części rozłączenie i Zamawiający oprócz opisanych produktów wymaga również 1szt - serwey laminowanej 44g/m² 38x45cm ?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga 1szt. serwey laminowanej 44g/m² 38x45cm.

Pytanie nr 2, dot. pakietu nr 25

Dotyczy pakietu nr 25 - **Do podłączania i odłączania dializy – cewnik.**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w części podłączenie i rozłączenie rękawic nitrylowych bezpydrowych w rozmiarze M?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3, dot. pakietu nr 25

Dotyczy pakietu nr 25 - **Do podłączania i odłączania dializy – cewnik.**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie 2 szt. serwet 38x45cm o gramaturze 44g w części podłączenie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga 1 szt. serwety.

Pytanie nr 4, dot. pakietu nr 25

Dotyczy pakietu nr 25 - **Do podłączania i odłączania dializy – cewnik.**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie 8 szt. kompresów włókninowych 30g, 4w, 7,5x7,5cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5, dot. pakietu nr 2

Dotyczy Pakietu 2 – Linie krwi do aparatu do hemodializy Braun Dialog: Stosowanie ftalanów w wyrobach medycznych niesie ryzyko ujemnego skutku zdrowotnego (zaburzenia płodności i rozrodu u kobiet i u mężczyzn, zwiększone ryzyko zaburzeń neurologicznych, zwiększone ryzyko rozwoju niektórych nowotworów) z uwagi na ich przenikanie do organizmu człowieka i oddziaływanie na układ hormonalny. Biorąc pod uwagę czas narażenia pacjenta na kontakt z tworzywem sztucznym, zawierającym DEHP, który wynosi ok 50 g/tydz. (13 zabiegów miesięcznie) czy Zamawiający, w



troszę o bezpieczeństwo każdego pacjenta, oraz będąc w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 16,poz.74), o wymaganiach zasadniczych dla wyrobu medycznego (punkt 7.5), gdzie jest wskazane, że wyroby medyczne muszą być zaprojektowane i wytworzone w sposób zmniejszający do minimum ryzyko, powodowane uwalnianiem się substancji w czasie używania wyrobu wymaga, żeby zaoferowane w Pakiecie 2 linie krwi nie zawierały ftalanów?

Odp. Zamawiający oczekuje, że wszystkie wyroby medyczne oferowane w przetargu spełniają wymagania zgodnie z rozporządzeniem MZ. Ponadto Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) - zał. nr 9 do SWZ.

Sprostowanie - wyjaśnienie do odpowiedzi na pytanie nr 27, dot. pakietu nr 19 z dnia 27.07.2022r.

Czy Zamawiający dopuści długości dla cewników permanentnych: Dla cewnika o długości 28 cm- oferujemy długość 27cm, dla 33 cm- 31cm lub 35cm, dla 44 cm – 43cm, dla 55 cm - 50cm ?

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że długość 55cm do mufy jest parametrem wykluczającym, tak długi cewnik posiada tylko jeden wykonawca, dlatego uprzejmie prosimy o dopuszczenie długości umożliwiających składanie ofert większej ilości wykonawców i dopuszczenie konkurencji cenowej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestaw cewnik naczyniowy permanentny, miękki, z mufą dakronową, ramiona silikonowe nie załamujące się, końcówki z nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary 14,5Fr i dł. do mufki 19cm, 23 cm, 28 cm, 33 cm, 44 cm ,55 cm.

Zamawiający wyjaśnia, że o ile w przypadku proponowanych przez Państwa cewników, których długość odbiega od oczekiwanych przez Zamawiającego 01-2cm mógłby to zaakceptować, o tyle różnica 5cm jest parametrem wykluczającym oferowany produkt. Podyktowane jest to specyfiką implantacji tak długich cewników. Ponadto Zamawiający nie posiada wiedzy i pełnego przeglądu dostępnego na rynku sprzętu, a w opisach asortymentu zawiera określone wymagania.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Dorota Piekarcz
nr tel.: 74/6489700*

