



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokolowskiego  
ul. A. Sokolowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 602 fax 74/ 64 89 602

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 02.03.2017 r.

DZPZ-530-Zp/15/PN-14/17

### **Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy kaniul do termolezji termicznej i podkładek uziemiających, j.u. zestawów serwet służących do wykonania cystoskopii, końcówek noża harmonicznego, nici okulistycznych oraz środka do dezynfekcji powierzchni dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu – Zp/15/PN-14/17*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 4**

##### **poz. 1-3**

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 4 poz. 1- 3 do odrębnego zadania? **Odp. Tak, patrz zmiana SIWZ z dnia 28.02.2017r.**

Czy w Pakiecie nr 4 poz. 4 Zamawiający dopuści nic 5/0 czarną z igłą o dł. 11mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły o długości 12 mm.**

Czy w Pakiecie nr 4 poz. 5 Zamawiający dopuści nic 6/0 czarną z igłą o dł. 11mm, typu lancet, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły o długości 12 mm.**

Czy w Pakiecie nr 4 poz. 6 - 9 Zamawiający dopuści nici z dwoma igłami o dł. 6,0mm typu szpatułka 140 mikronów, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 6,1 mm microlancet, 150 micronów a nie typu szpatułka.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-3), grupa II (poz. 4-9)? **Odp. Tak, patrz zmiana SIWZ z dnia 28.02.2017r.**

##### **poz. 1 – 3**

Czy Zamawiający dopuści nic wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga okresu podtrzymania 56-70 dni od zaimplantowania.**

Czy Zamawiający dopuści igły bez katalogowego określenia micronów? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga określenia micronów.**

**poz. 1, 3**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igły o długości 6,5 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły o długości 6,6 mm.**

**poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 6,19 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły o długości 6,1 mm.**

**poz. 6-9**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igły o długości 6 mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły o długości 6,1 mm.**

**Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 zestawu do cystoskopii w niżej opisanym składzie:

- 1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm
- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm
- 1 serweta do cystoskopii 100 x 175 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z przyklepionym otworem 9 x 15cm

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania obecnie stosowanego na Bloku Operacyjnym zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm

2 osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm

1 serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do cystoskopii o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**