

Wałbrzych, dnia 05.08.2022r.

DZPZ-530- Zp/44/PN/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa materiałów szewnych – nici dla Bloku Operacyjnego - Zp/44/PN/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-22

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 50% w 21 dniu od zaimplantowania, wchłaniający się w czasie 60-70 dni od zaimplantowania?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point), pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły dwuwkłęsej.

Pytanie nr 3. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem igły wzmocnionej.

Pytanie nr 4. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 23-30

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, bez środka antybakteryjnego – triclosanu, o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 50% w 21 dniu od zaimplantowania, wchłaniający się w czasie 60-70 dni od zaimplantowania?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szwu z powleczeniem antybakteryjnym poliglaktyną, stearynianem wapnia oraz triclosanem.

Pytanie nr 5. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point), pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły dwuwkłęsej.

Pytanie nr 6. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-5


Czy Zamawiający dopuści szwy plecione z kwasu glikolowego, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szwu monofilamentowego.

Pytanie nr 7. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 7, 15

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point), pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły dwuwkłęsej.



Pytanie nr 8. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak , Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaferowania igły progresywnej.

Pytanie nr 9. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 28-34

Czy Zamawiający wykreśli pozycje 28-34 z Pakietu nr 2?

Odp. Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie nr 10. Dotyczy pakietu nr 3, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point), pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły dwuwkleslej.

Pytanie nr 11. Dotyczy pakietu nr 3, poz. 12-21

Czy Zamawiający dopuści nici polipropylenowe bez dodatku polietylenu?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga nici polipropylenowe z dodatkiem polietylenu.

Pytanie nr 12. Dotyczy pakietu 5 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o następującym składzie: mieszanina białego wosku pszczelego (83%), parafiny stałej (5%) i palmitynianu izopropylu (12%) - środka zmiękczającego ? Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować. Gramatura 2,5 g/opakowanie po 12 szt.

Odp. Nie , zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga składu wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 13. Dotyczy pakietu nr 5

- Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić poz. 1 do osobnego pakietu? Owe rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, co umożliwi przystąpienie do przetargu większej ilości firm, a to z kolei pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisem SiWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP. Większa liczba oferentów jest korzystna dla Zamawiającego, gdyż stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 14. Dotyczy pakietu nr 1


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 1 poz. 23-30 i dołączenie tych pozycji do pakietu nr 6.?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie w/w pozycji do innego pakietu.

Pytanie nr 15. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 24 i 25

Czy Zamawiający ma na myśli igłę okrągło- tnącą ?

Odp. Zamawiający ma na myśli tak jak w opisie SWZ okrągłą z krótkim , tnącym końcem.



Pytanie nr 16. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 23

Czy zamawiający dopuści igłę wzmocnioną, pozostałe warunki bez zmian?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igłę 1/2 koła odwrotnie tnąca, 40 mm.

Pytanie nr 17. Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 2 ust. 5 pkt 1 Załącznika nr 3 do SWZ („Umowa”), poprzez wydłużenie wskazanego tam terminu (np. do 14 dni). Wykonawca nadmienia, iż z uwagi na szeroki zakres asortymentu objętego niniejszym postępowaniem, zasadnym jest zapewnienie dłuższego czasu na zebranie oraz przedstawienie wymaganej dokumentacji.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 18. Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 2 ust. 5 pkt 4 poprzez dopuszczenie do przekazania dokumentu (ulotki) również w języku angielskim. Wykonawca nadmienia, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, informacje dotyczące wyrobu wykorzystywanego przez osoby wykonujące zawody medyczne mogą być udostępniane również w języku angielskim.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 19. Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wskazanego w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy z 7 dni na co najmniej 14 dni.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 20. Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 6 ust. 1 pkt 3 Umowy bądź, w przypadku braku zgody na

usunięcie, na ew. modyfikację wskazanego postanowienia poprzez zmniejszenie oznaczonej tam kary umownej z 500 zł do 100 zł. Wykonawca nadmienia, iż nieprzedłożenie Wykonawcy w terminie (np. jednodniowe opóźnienie w zachowaniu terminu) co do zasady nie generuje szkody po stronie Zamawiającego – wobec czego wprowadzenie przedmiotowej sankcji w sposób nieuzasadniony rozszerza potencjalną odpowiedzialność jednej ze stron Umowy. Wykonawca nadmienia, że niezasadne

rozszerzanie potencjalnej odpowiedzialności Wykonawcy (co w ocenie Wykonawcy ma miejsce w niniejszej sytuacji) mające wpływ na konkurencyjność postępowania oraz naruszenie zasady równości stron może prowadzić do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (por. KIO


983/18, KIO 980/18).

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 21. Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 4 Umowy z 20 % do 10 % - co stanowi powszechną wartość kar umownych zastrzeżonych na wypadek rozwiązania umowy w tożsamych gatunkowo przypadkach.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w w/w zakresie.



Pytanie nr 22. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4

W związku z tym, że nie istnieje igła o krzywiznie 3/0 koła prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga krzywizny 3/8 koła?

Odp. Tak Zamawiający potwierdza, nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 23. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 22

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 31

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji - Nici chirurgicznych, syntetycznych, monofilamentowych wykonanych z poli-4-hydroksymaślanu, wchłaniających się 13-36 m-cy od zaimplantowania o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 60% około 90 dnia od zaimplantowania.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 10

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą odwrotnie tnącą z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga igła tnąca 3/8 koła, 24 mm.

Pytanie nr 26. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z woskiem o gramaturze 2,5g z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27. Dotyczy pakietu nr 1-5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek do każdej pozycji przy składaniu oferty, a jeśli Zamawiający będzie miał wątpliwości, że zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SWZ wezwie Oferenta do złożenia próbek do danej pozycji pod rygorem odrzucenia oferty. Takie rozwiązanie ograniczy koszty jakie będzie musiał ponieść Oferent, ale jednocześnie pozwoli na prawidłową ocenę zaoferowanego produktu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**