



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Wałbrzych 21.03.2017 r.

DZPZ-530-Zp/17/PN-16/17

**Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w aparaturę medyczną, sprzęt medyczny oraz zestawy meblowe” – Zp/17/PN-16/17.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

**Załącznik nr 3a do SIWZ (dot. pakietu nr 2)**

**1. Dotyczy umowy § 3 pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrywania przez Wykonawcę ewentualnych reklamacji do 5 dni roboczych? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

**2. Dotyczy umowy § 6 pkt. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zapisu tego punktu o dni robocze: W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny (licząc dni robocze) od daty zgłoszenia awarii. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

**3. Dotyczy umowy § 6 pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zapisu tego punktu: Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 5 dni (roboczych) (i 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) liczony od momentu podjęcia naprawy. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

**4. Dotyczy umowy § 6 pkt. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu tego punktu na: W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 14 dni roboczych Wykonawca gwarantuje dostarczenie zastępczego przedmiotu umowy na czas naprawy. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

**5. Dotyczy umowy § 6 pkt. 7**

Czy Zamawiający może określić jakie awarie przedmiotu umowy będą brane pod uwagę. Czy rozkalibrowanie aparatu i konieczność przeprowadzenia innych regulacji będą liczone jako awaria sprzęt? **Odp.** Pod uwagę będą brane wszelkie awarie, które uniemożliwiają prawidłowe działanie oraz zaburzają ciągłość pracy przedmiotu umowy. Rozkalibrowanie aparatu i konieczność przeprowadzenia innych regulacji będą liczone jako awarie sprzętu.

**6. Dotyczy umowy § 6 pkt. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych, zużywalnych, akcesoriów, osprzętu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy do minimum 8 lat od daty jego dostawy. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.



7. Dotyczy umowy § 7 pkt. 1 ppkt. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do 0,5% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

**Pakiet nr 1 – Cyfrowy mobilny aparat ramię C.**

1. Ramię C, punkt 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Aparat RTG z ramieniem C, którego głębokość ramienia C wynosi 66 cm ? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego sprzętu gdyż zaferowany parametr odbiega od wartości granicznej sprzętu z Zał. nr 1 do SIWZ.

2. Ramię C, punkt 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Aparat RTG z ramieniem C, którego zakres ruchu orbitalnego wynosi 120 ° ? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego sprzętu gdyż zaferowany parametr odbiega od wartości granicznej sprzętu z Zał. nr 1 do SIWZ.

3. Ramię C, punkt 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Aparat RTG z ramieniem C, którego zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej wynosi 10 ° ? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego sprzętu gdyż zaferowany parametr odbiega od wartości granicznej sprzętu z Zał. nr 1 do SIWZ.

4. Ramię C, punkt 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Aparat RTG z ramieniem C, którego waga równa jest 285 kg ? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego sprzętu gdyż masa aparatu znacząco przekracza wartość graniczną co ma znaczenie w aparacie mobilnym.

5. Generator, punkt 26.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Aparat RTG z ramieniem C, w którym maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej wynosi 8 mA ? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego sprzętu gdyż zaferowany parametr odbiega od wartości granicznej sprzętu z Zał. nr 1 do SIWZ.

6. Lampa i kolimatory, punkt 30.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Aparat RTG z ramieniem C, z lampą dwuogniskową o wymiarach ognisk : 0,5 mm /1,4 mm ? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego sprzętu gdyż wymaga lampy jednoogniskowej.

7. Lampa i kolimatory, punkt 38.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Aparat RTG z ramieniem C, o pojemności cieplnej kołpaka równej 953 KHU ? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego sprzętu gdyż wymaga pojemności cieplnej kołpaka równej lub powyżej 1200 KHU.

8. System cyfrowej obróbki obrazu i pamięć, punkt 47.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Aparat RTG z ramieniem C, którego liczba zapamiętanych obrazów w pełnej matrycy wynosi 15 000 ? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego sprzętu gdyż zaferowany parametr odbiega od wartości granicznej sprzętu z Zał. nr 1 do SIWZ.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**9. System cyfrowej obróbki obrazu i pamięć, punkt 49**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Aparat RTG z ramieniem C, który wyświetla mozaikę 12 obrazów? **Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany sprzęt tj. aparat RTG z ramieniem C, który wyświetla mozaikę 12 obrazów.

**10. Wózek z monitorami.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Aparat RTG z ramieniem C, którego dwa monitory diagnostyczne (jeden do prezentacji obrazu Live, drugi do prezentacji obrazu referencyjnego) umieszczone były na jednym wózku z Ramieniem C? Ten kompaktowy system posiada szerokie spektrum zastosowań, idealnie nadaje się do sal o niewielkich rozmiarach oraz optymalizuje pracę operatora. **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego sprzętu gdyż wymaga oddzielnego wózka z monitorami.