



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wałbrzych 28.03.2017 r.

DZPZ-530-Zp/17/PN-16/17

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w aparaturę medyczną, sprzęt medyczny oraz zestawy meblowe” – Zp/17/PN-16/17.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 15 – Kaseton elektryczno-gazowy dwustanowiskowy oraz szyna instrumentalna z półkami pod kardiomonitor.

1. Prosimy o informację czy do miejsca, sali w której będzie zamontowany dwustanowiskowy kaseton elektryczno- gazowy jest doprowadzona instalacja gazów medycznych - tlen, sprężone powietrze i próżnia? **Odp.** Tak, doprowadzona jest instalacja gazów medycznych - tlen, sprężone powietrze i próżnia.
2. Jeżeli w miejscu montażu dwustanowiskowego kasetonu elektryczno-gazowego jest instalacja gazów medycznych prosimy o informację czy ta instalacja ze strony Zamawiającego jest przygotowana do podłączenia- przylutowania z wewnętrzną instalacją gazów medycznych oferowanego kasetonu? **Odp.** Instalacja nie jest przygotowana do podłączenia kasetonu.
3. W przypadku kiedy instalacja gazów medycznych w pomieszczeniu , sali w której ma być zainstalowany kaseton nie jest wykonana prosimy o informację w jaki sposób dostawca będzie miał podłączyć kaseton do instalacji gazów medycznych? Czy Zamawiający przygotowuje, wykona stosowną instalację gazów medycznych? **Odp.** W celu zainstalowania kasetonu Wykonawca winien będzie zdemontować istniejące gniazda elektryczne.
4. Prosimy o informację czy do miejsca, sali w której będzie zamontowany dwustanowiskowy kaseton elektryczno- gazowy jest doprowadzona instalacja elektryczna? **Odp.** Tak, do miejsca, sali w której będzie zamontowany dwustanowiskowy kaseton elektryczno- gazowy jest doprowadzona instalacja elektryczna.
5. Jeżeli w miejscu montażu dwustanowiskowego kasetonu elektryczno- gazowego jest instalacja elektryczna prosimy o informację czy ta instalacja ze strony Zamawiającego jest przygotowana do podłączenia z wewnętrzną instalacją elektryczną oferowanego kasetonu? **Odp.** Instalacja nie jest przygotowana do podłączenia kasetonu.
6. W przypadku kiedy instalacja elektryczna w pomieszczeniu , sali w której ma być zainstalowany kaseton nie jest wykonana prosimy o informację w jaki sposób dostawca będzie miał podłączyć kaseton do instalacji elektrycznej? Czy Zamawiający przygotowuje, wykona stosowną instalację elektryczną? **Odp.** Do miejsca, sali w której będzie zamontowany dwustanowiskowy kaseton elektryczno- gazowy jest doprowadzona instalacja elektryczna
7. W opisanym kasetonie jest 12 gniazd elektrycznych na stanowisko czyli razem w kasetonie będą 24 gniazda elektryczne 230V. Prosimy Zamawiającego o informację na ile obwodów mają być podzielone te 24 gniazda elektryczne? **Odp.** W opinii Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia z Zał. nr 1 do SIWZ

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020*



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



(pakiet nr 15) wyczerpująco określa parametry kasetonu elektryczno-gazowego oraz warunki jego montażu.

8. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że do opisanego kasetonu elektryczno - gazowego będą Zgodnie z opisem doprowadzone wszystkie obwody zasilania oraz obwody do sterowania oświetleniem. **Odp.** W opinii Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia z Zał. nr 1 do SIWZ (pakiet nr 15) wyczerpująco określa parametry kasetonu elektryczno-gazowego oraz warunki jego montażu.
9. Prosimy Zamawiającego o informację z jakiego materiału jest wykonana ściana, podłóże na którym będzie zainstalowany kaseton i akcesoria tj. szyny medyczne? Czy jest to ściana z cegły, betonu czy z tzw. Gk, gipso- kartonu? Jeżeli z tzw. gipso- kartonu prosimy o podanie jaka jest grubość tej ściany? **Odp.** Ściana, podłóże na którym będzie zainstalowany kaseton i akcesoria tj. szyny medyczne jest ścianą ceramiczną w okładzinie z płytek ceramicznych.
10. W przypadku kiedy ściana nie przeniesie obciążeń związanych z montażem kasetonu lub akcesoriów czy Zamawiający dokona stosownych wzmocnień? **Odp.** Z uwagi na fakt, iż ściana jest ceramiczną w okładzinie z płytek ceramicznych nie ma potrzeby dokonywania wzmocnień.
11. Mając na względzie opisane w kasetonie źródła światła w energooszczędnej technologii LED prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie wymagał od dostawcy by w kasetonie były zainstalowane źródła światła w technologii LED a nie w starszej technologii - konwencjonalne fluorescencyjne źródła światła typu świetlówka liniowa czy kompaktowa. **Odp.** Zamawiający potwierdza, iż wymaga od Wykonawcy by w kasetonie były zainstalowane źródła światła w technologii LED.