



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wałbrzych 29.03.2017 r.

DZPZ-530-Zp/17/PN-16/17

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w aparaturę medyczną, sprzęt medyczny oraz zestawy meblowe” – Zp/17/PN-16/17.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 16 – Parawan harmonijkowy 7-skrzydłowy mobilny.

1. Prosimy o dopuszczenie parawanu 14 skrzydłowego o łącznej długości po rozłożeniu 2100 mm i szerokości jednego skrzydła 150 mm. **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza parawanu 14 skrzydłowego o szerokości skrzydła 150 mm. Oczekiwana szerokość to minimum 285 mm. Proponowana szerokość oraz liczba 14 skrzydeł implikuje mniejszą stabilność parawanu. Planowane przez Zamawiającego ustawienie parawanu nie wymaga takiej liczby wąskich skrzydeł.

Pakiet 22 – System grzewczy.

1.Pkt. 2. Prosimy o dopuszczenie cyfrowej jednostki sterującej wyposażonej w wyświetlacz LCD i przyciski do obsługi. **Odp.** Zamawiający dopuszcza cyfrową jednostkę sterującą wyposażoną w wyświetlacz LCD i przyciski do obsługi.

2.Pkt. 3. Prosimy o dopuszczenie wagi jednostki sterującej max. 5,6 kg. **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wagi jednostki sterującej max.5,6 kg. ponieważ prawie dwukrotnie przewyższa ona wagę jednostki sterującej z Zał. nr 1 do SIWZ.

3.Pkt. 4. Prosimy o dopuszczenie napięcia 220-240V. **Odp.** Zamawiający dopuszcza napięcie jednostki sterującej 220-240V

4.Pkt. 5. Prosimy o dopuszczenie napięcia wyjściowego 24V. **Odp.** Zamawiający dopuszcza napięcie wyjściowe systemu 24V.

5.Pkt. 8. Prosimy o dopuszczenie koca grzewczego w rozmiarze 100x190 cm. **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza koca grzewczego w rozmiarze 100x190 cm. ponieważ wymiary koca są zbyt małe do ich optymalnego wykorzystania.

6.Pkt.9. Prosimy o dopuszczenie połączenia koca z modułem sterującym za pomocą kabla dł. 2,5 m z wodoszczelnymi złączami typu gniazdo/wtyk z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozłączeniem. **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza ponieważ długość kabla nie odpowiada optymalnemu wykorzystaniu - co może prowadzić do jego zbyt szybkiego zużycia oraz problemów z bezpiecznym wykorzystaniem.

7.Pkt. 10. Prosimy o dopuszczenie łącznej wagi zestawu około 8 kg. **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza zestawu o wadze ok. 8 kg ponieważ jego waga przekracza przyjęte kryteria co może utrudniać jego bezpieczne



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



i szybkie użycie.

8.Pkt.12. Prosimy o dopuszczenie systemu z możliwością rozbudowania o dodatkowe elementy: koce i materace grzewcze, również na barki, nogi oraz w wersjach pediatrycznych. **Odp.** Zamawiający dopuszcza system z możliwością rozbudowania o dodatkowe elementy: koce i materace grzewcze, również na barki, nogi oraz w wersjach pediatrycznych.

9.Pkt. 13. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania do niezależnego pomiaru temperatury pacjenta przy użyciu czujników powierzchniowych, w postaci modułu wbudowanego w jednostkę sterującą systemem grzewczego. **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza ponieważ w pytaniu brak informacji co do parametrów spełnianych przez wyżej wspomniane rozwiązanie.

Wzór umowy – Załącznik nr 3a do SIWZ.

1.Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ wzór umowy paragraf 6 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał brzmienie: „2. Wykonawca w ramach swego wynagrodzenia zapewnia : serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego, przeglądy okresowe, konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu umowy, przegląd w miesiącu przed zakończeniem gwarancji”? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

2.Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ wzór umowy paragraf 6 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał brzmienie: „3.W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni pn – pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od daty zgłoszenia awarii”? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

3.Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ wzór umowy paragraf 6 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał brzmienie: „4. Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 5 dni robocze rozumiane jak wyżej liczony od momentu podjęcia naprawy.”? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

4.Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ wzór umowy paragraf 6 ust. 5. „5. W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 5 dni Wykonawca gwarantuje dostarczenie zastępczego przedmiotu umowy na czas naprawy.” Prosimy o doprecyzowanie powyższego wymogu i dopisanie, że chodzi o 5 dni roboczych. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy i nie dopisuje słowa „roboczych” Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ wzór umowy paragraf 6 ust. 7. „7. W przypadku 4-krotnej awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy.” Prosimy o rezygnację z tego wymogu ponieważ brak dokładnego określenie o jakiego typu awarie chodzi bez rozróżnienia na awarie istotne oraz proste , spowoduje , że potencjalni oferenci będą zmuszeni podnieść ceny urządzeń niewspółmiernie wysoko w stosunku do korzyści z tego rodzaju zapisu jaką osiągnie Zamawiający pozostawiając ten zapis – w skrajnych sytuacjach możliwe jest doliczenie do oferty wartości drugiego nowego urządzenia .Z związku z tym prosimy o zmianę tego wymogu na zapis: „W przypadku awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji , której wartość przekracza 60% wartości przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy.” **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

6.Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ wzór umowy paragraf 6 ust.10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał brzmienie: „Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych, zużywalnych, akcesoriów, osprzętu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy przez minimum 10 lat od daty jego dostawy, z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres ten wynosi lat 5.”? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

7.Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ wzór umowy paragraf 7 ust.1 a) „1. W przypadku niewykonania bądź



nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: a) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy” Prosimy o określenie, czy chodzi o wynagrodzenie brutto czy netto? **Odp.** Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 umowy jest wynagrodzeniem netto powiększonym o podatek VAT w należnej wysokości.

8.Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ wzór umowy paragraf 7 ust.1 b). Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał brzmienie: a) 0,1 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii łącznie nie więcej niż 10% ww kwoty”? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

9.Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ wzór umowy paragraf 8 ust.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał brzmienie: „1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 –powyżej 14 dni pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych.” **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pakiet nr 7 – respirator transportowy + akcesoria do respiratora transportowego.

1.Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zasilacz 230V z kablem ładującym do respiratora transportowego zamiast płyty ściennej ze zintegrowanym zasilaniem? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego rozwiązania gdyż w ocenie Zamawiającego nie jest ono rozwiązaniem równoważnym.

Wzór umowy – Załącznik nr 3a do SIWZ.

1.Dotyczy zapisów umowy § 6 : Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów w punktach :

3.W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 96 godzin od daty zgłoszenia awarii. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

4. Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 14 dni liczony od momentu podjęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 21 dni. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

5. W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 14 dni Wykonawca gwarantuje dostarczenie zastępczego przedmiotu umowy na czas naprawy. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

6. Po trzykrotnej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego wymienić go na nowy. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

7.Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zapisu : W przypadku 4-krotnej awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.