



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, 12.09.2022

Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych

## ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na:

### Stół operacyjny – 1 sztuka

#### 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w formie elektronicznej. Link do zapytania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie\\_walbrzych](https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych) oraz na stronie internetowej Zamawiającego: [bip.zdrowie.walbrzych.pl](http://bip.zdrowie.walbrzych.pl)

Ofertę wraz z załącznikiem nr 1 prosimy kierować na: [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia :

Stół operacyjny blat pięciosegmentowy z elektryczną regulacją przechyłu wzdłużnego, wypiętrzeniem ławeczki nerkowej regulowanym napędem elektrohydraulicznym, podstawa w kształcie litery "T". Podstawowa struktura:

- Stół operacyjny wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, w technologii InteliProtect Plus™
- Podstawa przejezdna z blokadą uruchamianą dźwignią nożną (w wersji z podstawą w kształcie litery T blokowanie przy pomocy czterech mechanicznie wysuwanych stopek)
- Materace odejmowane są od segmentów blatu, wykonane z pianki poliuretanowej, bezszwowe, antystatyczne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.
- Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG, umożliwiają wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta ramieniem C
- Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych
- Możliwość zamiany miejscami podgłówka z podnózkami stołu

#### Funkcje:

- Regulacje wysokości blatu, przechyłów bocznych, przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga, nachylenie oparcia pleców, wypiętrzenie ławeczki nerkowej oraz poziomowanie blatu realizowane z pilota przewodowego za pomocą układu elektrohydraulicznego, zasilanego bateryjnie napięciem 24 VDC. Pilot wykonany w technologii bbSafe™ posiada wskaźnik naładowania



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



akumulatorów.

- Przesuw wzdłużny blatu realizowany przez napęd elektromechaniczny.
- Regulacja podgłówekka wspomagana sprężyną gazową z blokadą.
- Regulacja podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą.
- Ręczne odwodzenie podnóżków.
- Funkcja flex / reflex (elektrohydraulicznie)

#### Akcesoria:

Podpórka ręki z uchwytem wielopozycyjnym służy do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, wyposażona w poliuretanowy materac o wymiarach: 25 mm x 160 mm x 500 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej.

Wieszak kroplówki z korpusem zaciskowym służy do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. Składa się ze sztycy z podwójnym hakiem, całość wykonana jest ze stali nierdzewnej. Ramka anestezjologiczna z uchwytem wielopozycyjnym posiada regulację wysokości i obrotu wokół osi pionowej. Ramka jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym.

Uchwyty nóg typu goepel z uchwytem. wielopozycyjnym 2xWS-17.6 służą do podpierania kończyny dolnej w pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażone w poliuretanowy materac o wymiarach: 25 mm x 190 mm x 295 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowne ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości podpórki.

Przystawka urologiczna składa się z miski wykonanej ze stali nierdzewnej, o wymiarach: 65 mm x 265 mm x 325 mm i pojemności 4 litrów z odpływem śr. 18 mm zakończonym węzłem igielitowym oraz szkieletu metalowego wykonanego w całości ze stali nierdzewnej o wykończeniu matowym. Szkielet przystawki umożliwia zamontowanie jej do stołu operacyjnego oraz obrót wokół osi pionowej. Adaptor podgłówekka specjalistycznego montaż wszystkich podgłóweków specjalistycznych do stołów. Wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym.

Pas brzuszny służy do unieruchamiania ciała pacjenta na stole operacyjnym. Pas z dwóch nierdzewnych zaczepów montowanych na listwach bocznych po obu jego stronach oraz dwóch pasów o szerokości 100 mm łączonych za pomocą taśmy z rzepami.

### 3. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto.



**4. Termin i miejsce złożenia ofert:**

20.09.2022 r. do godziny 12:00 na: platformazakupowa.pl

Oferta winna być złożona w formie załączonego pliku (preferowany plik PDF). Oferta przedłożona jedynie w tabelach na Platformie Zakupowej będzie podlegała odrzuceniu.

**5. Warunki płatności – przelew w ciągu 60 dni.**

**6. Termin realizacji zamówienia:**

Do 6 tygodni od złożenia zamówienia

**7. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniodawcami jest :**

Referent administracyjny– Adrian Styrkacz, tel. 74/64-89-710

**8. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona i podpisana umowa.**

**9. Bardzo prosimy o podanie w ofercie:**

- a) numer oferty
- b) data oferty
- c) płatność ( forma płatności – preferujemy przelew 60 dni)
- d) termin realizacji zamówienia
- e) ważność oferty
- f) warunki reklamacji
- g) warunki dostawy
- h) okres gwarancji
- i) warunki konserwacji
- j) warunki i terminy wykonywania przeglądów.

**Oferta winna zawierać wszystkie w/w punkty. Ich brak będzie skutkować odrzuceniem oferty.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



---

**Oferta oraz Załączniki:**

1. Oferta złożona w formie pliku (preferujemy plik PDF).
2. Foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim.
3. Załącznik nr 1- Oświadczenie związane z agresją Rosji na Ukrainę. Należy dołączyć do oferty.
4. Załącznik nr 2- Informacja Administratora.

***Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych  
Małgorzata Słomiana***



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742