



Wałbrzych, dnia 13.09.2022r.

DZPZ-530-Zp/51/PN/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Serwis pogwarancyjny akceleratorów liniowych, systemu zarządzania danymi MOSAIQ v. 2.83, systemu planowania leczenia MONACO v. 5.11.03, systemu konturowania Monaco SIM v. 5.11.03 - Zp/51/PN/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ II Opis przedmiotu zamówienia pkt 3

Całość hardware'u do systemu Mosaiq, tj. serwery i stacje robocze, nie były dostarczane przez Elekta i po takim okresie użytkowania nie mogą być włączone do umowy bez gruntownej modernizacji. Czy Zamawiający potwierdza, iż wymieniając „hardware i software” ma na myśli oprogramowanie Mosaiq oraz sekwencery Mosaiq tj. hardware dostarczony przez Elekta i zlokalizowany przy konsoli akceleratora?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” – Wykaz i zakres usług serwisowych

W tym punkcie wymieniono częstotliwość i czas trwania przeglądów konserwacyjnych poszczególnych systemów oraz podsystemów. Część z tych przeglądów (chodzi głównie o podsystemy) jest wykonywana w tym samym okresie co urządzenie główne np. akcelerator. Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądów w podanym zakresie dni, czy traktuje to jako wartość maksymalną i akceptuje możliwość skrócenia do zakresu wymaganego/zalecanego przez producenta w tym zakresie?

Odp. Zamawiający wymaga wykonania przeglądów zgodnie z zalecaniami producenta.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ pkt 4 (SWZ str. 22)

Harmonogramy przeglądów okresowych uzgadniamy z Użytkownikami na koniec roku kalendarzowego na kolejny rok. Ze względu na odległość terminów i potrzebę rozplanowania z innymi Użytkownikami wnosimy o dopisanie do ww punktu „...na 1-szy rok trwania umowy”. Harmonogramy na kolejne lata dostarczymy przed rozpoczęciem roku kalendarzowego na który przeglądy są planowane.





Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty harmonogramu przeglądów okresowych na pierwszy rok trwania umowy, na kolejne lata po uzgodnieniu z zamawiającym przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego.

Pytanie nr 4

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ pkt. 5 c) (SWZ str. 23)

Panele dozymetryczne Iview i XVI są najdroższymi częściami zamiennymi do akceleratora. Z uwagi na cenę są odnawiane fabrycznie przez producenta. Odnowione panele spełniają takie same testy jakości obrazowania jak panele nowe. W przypadku umowy serwisowej wymóg użycia paneli nowych zwiększa wartość umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na użycie oryginalnych, pełnowartościowych paneli odnawianych fabrycznie?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na instalację paneli rekondycjonowanych.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ „Wzór Umowy”, §5

Ze względu na symetryczność zobowiązań wykonana praca- zapłata, wnosimy o dopisanie kolejnego punktu do paragrafu §5 o treści: „W przypadku opóźnienia w realizacji płatności przez Zamawiającego na rzecz Elekta o kolejne 14 dni ponad termin określony w §5 pkt 3, Dostawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług Serwisowych do dnia uiszczenia całości należności, za uprzednim zawiadomieniem Zamawiającego w formie pisemnej o planowanym zawieszeniu świadczenia Usług Serwisowych. Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości za okres zawieszenia świadczenia Usług Serwisowych z przyczyny, o której mowa powyżej. W przypadku zawieszenia świadczenia Usług Serwisowych na podstawie niniejszego punktu, czasu zawieszenia nie wlicza się do czasu użytkowania, zaś Dostawcy nie obciążają żadne negatywne skutki, określone w §6 Umowy.” Zachowanie wynagrodzenia jest tu warunkiem, ze względu na koszty napraw (części + robocizna) wynikłych w czasie zawieszenia, a koniecznych do wykonania po jej wznowieniu.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ „Wzór Umowy”, §6 pkt 1 mówiącego o karach umownych

Zgodnie z §2 pkt.7 umowy Minimalny Czas Użytkowania liczony jest dla każdego urządzenia osobno w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych, natomiast kary dotyczą wartości całości umowy. Ze względu na okres trwania umowy i kompleksowość wnosimy o zmianę zapisów treści podpunktów 1,2 i 3 niniejszego pkt 1. Zamiast: „wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1” proponowana treść: „rocznego wynagrodzenia netto produktu, którego dotyczy przekroczenie”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 7

Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ „Wzór Umowy”, §10 pkt 1 ppkt 3

Wskaźnik inflacji jaki obserwowaliśmy w poprzednich latach oscylował wokół 2-3 procent, jeśli będzie on 2-3-krotnie wyższy, wpływa to znacząco na koszty wykonania umowy. Wnosimy o zmianę minimalnego wskaźnika uprawniającego do waloryzacji na 8% lub możliwość bezkosztowego





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



rozwiązania umowy przez Wykonawcę. W obecnej formie 14% inflacja w każdym roku nie uprawnia do waloryzacji umowy, a jej kontynuacja mogłaby działać na szkodę Wykonawcy.

Odp. Zamawiający dokona zmiany SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznik nr 3 „Wzór Umowy”, §10 pkt 1 ppkt 6

Ze względu na symetryczność, wnosimy o usunięcie 5% ograniczenia waloryzacji ceny umowy i połączenie jej bezpośrednio z ogłaszanym przez GUS wskaźnikiem wzrostu/obniżki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Odp. Zamawiający dokona zmiany SWZ.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sporządziła: Dorota Piekarcz

nr tel.: 74/6489700



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742