



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 21.03.2017 r.

DZPZ-530-Zp/10/PN-9/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy cenników centralnych, zestawów do drenażu klatki piersiowej, protez głosowych, błon RTG oraz igieł do iniekcji, siatek do zaopatrywania piersi, elementów do ultradźwiękowego aspiratora, zestawów doszkliskowych oraz fixatorów dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu– Zp/10/PN-9/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 4 koszuli z włókniny poliestrowej? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza oferowanego materiału, gdyż podano zbyt mało parametrów odnośnie tej włókniny.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach pakietu nr 4 koszuli w kolorze żółtym lub różowym lub białym? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza koszul w kolorze żółtym lub różowym. Zamawiający dopuszcza koszule w kolorze białym, który można traktować jako uniwersalny.**

Proszę o sprecyzowanie wymiarów wymaganych dla poszczególnych rozmiarów koszuli wymaganej w ramach pakietu nr 4. **Odp. Rozmiar L – obwód kl. piersiowa : 136 cm., dł. 110 cm., rozmiar XL – obwód kl. piersiowa : 146 cm., dł. 110 cm., rozmiar XXL – obwód kl. piersiowa : 156 cm., dł. 110 cm.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowej higienicznej koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny typu SMS, o gramaturze 35 g/m², pozostałe wymagania zgodnie w SIWZ. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza włókniny o gramaturze 35 g/m², ponieważ włóknina o proponowanej gramaturze jest lżejsza, cieńsza, bardziej rozciągliwa. Pacjenci ubrani w koszulę z włókniny o niższej gramaturze mieliby zapewniony mniejszy komfort.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy termin dostawy ma być rozumiany jako dni robocze czy kalendarzowe? **Odp. Termin dostawy rozumiany jako dni kalendarzowe.**

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 4

poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza obłożenie pacjenta z nacięciem zamiast nożyczek w zestawie. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza obłożenia pacjenta z nacięciem. Zamawiający wymaga zestawu z nożyczkami.**

Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 8

poz. 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci zestawu do przeskrónej nefrostomii z cewnikiem pigtail:

- Cewnik pigtail c-flex 8 lub 10 fr i długościach 30 cm,
- Trokar / igła 21G zew. Śred. 0,813 mm/ wew. Śred. 0,495 mm
- trokar/ igła 19G zew. Średnica 3,404 mm/ wew. Śred. 2,692 z płaszczem 5 Fr/1,7 mm
- poszerzacze (od 6 Fr do 10 Fr)
- urządzenie retencyjne do cewników
- drut prowadzący sztywny PTFE, z końcówką „J” 0,97 mm x 150 cm
- Dren łączeniowy z odłączanym zaworem
- Skalpel jednorazowy



Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji l.p. 1 w pakiecie 8 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 8 poz. 1.**

poz. 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci stentu obustronnie otwartego percuflex plus wykonanego z materiału percuflex z powłoką hydrofilową w celu łatwiejszego wprowadzenia, mogącego przebywać w ciele pacjenta do 12 miesięcy? Stent ten charakteryzuje się zwiększonym światłem przepływu w stosunku do stentów klasycznych. Możliwe odległości między pętlami 10-30 cm, możliwe wielkości: 4,8 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr.

W zestawie wraz ze stentem występuje jego pozycjoner długości 45 cm, drut prowadzący prosty, w pełni hydrofilowy sztywny 0,89 mm średnicy z elastyczną końcówką.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji l.p. 2 w pakiecie 8 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 8 poz. 2.**

Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 10

poz. 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci stentu obustronnie otwartego percuflex plus wykonanego z materiału percuflex z powłoką hydrofilową w celu łatwiejszego wprowadzenia, mogącego przebywać w ciele pacjenta do 12 miesięcy? Stent ten charakteryzuje się zwiększonym światłem przepływu w stosunku do stentów klasycznych. Możliwe odległości między pętlami 10-30 cm, możliwe wielkości: 4,8 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr.

W zestawie wraz ze stentem występuje jego pozycjoner długości 45 cm, drut prowadzący prosty, w pełni hydrofilowy sztywny 0,89 mm średnicy z elastyczną końcówką.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 12

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł z haczykiem lokalizacyjnym typu Kopans, rozmiar igły 20, 21G, dł. igły 5, 9, 15cm i igieł typu X rozmiar igły 18, dł. 5, 9 cm oraz 19.5G dł. igły 5, 9, 15 cm, długość prowadnicy z haczykiem odpowiednio 26, 30cm oraz 26, 30, 36 cm. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby igła oprócz szlifującego zwiększającego widoczność w USG posiadała również na końcu 3 ringi znacznie polepszające widoczność w USG **Odp. Może, ale nie musi.**

Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 8

poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii zawierających : cewnik typ pigtail wykonanych z poliuretanu pokrytego hydrożelem w dystalnej do-nerkowej części , igłę typu Chiba 17,5G dł. 20cm bardzo dobrze widoczną w USG, łącznik do worka na mocz , kranik. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania zawierających cewniki w rozmiarach 4,8F, 6F, 7F dł. 28cm oraz 30 cm. Pozostałe zgodnie z siwz. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zakresu tolerancji rozmiaru cewnika 4,7-5CH? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierające : cewnik typ Pigtail wykonany z poliuretanu , worek na mocz 2 L , trokar . Rozmiary 8F, 11F , 14F **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Wykonawca prosi Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydzielenie pozycji nr 3 do odrębnego pakietu **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. nr 3 do odrębnego pakietu.**

poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników 3-drożnych, wykonanych ze 100% silikonu pokrytego hydrożelem , z balonem 50ml, Koniec typ Dufour lub Couveliair do wyboru przez Zamawiającego **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 8, dotyczy pakietu nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania zawierających cewniki w rozmiarach 4,8F, 6F, 7F dł. 28cm oraz 30 cm. Pozostałe zgodnie z siwz. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 9, dotyczy pakietu nr 5

poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu opatrunkowego z pianką o wymiarach 25 x 15 x 3,3 cm wyposażony w port ze specjalną, dwuświatłową konstrukcją uniemożliwiającą zablokowanie się drenu? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania portu z miękkim drenem, który dopasowuje się do każdej części ciała i minimalizuje ryzyko wystąpienia ucisku punktowego ze specjalną, dwuświatłową konstrukcją uniemożliwiającą zablokowanie się drenu? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**