

Wałbrzych, dnia 11.10.2022r.

DZPZ-530- Zp/67/TP/22

*Wykonawcy – wszyscy*

**Dotyczy: Dostawa masek termoplastycznych, zagryzaka dla Centrum Radioterapii -  
Zp/67/TP/22**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1 dot. poz.1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści maski z perforacją micro?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga maski z perforacją maxi.**

**Pytanie 2 dot. poz.3**

Czy Zamawiający dopuści maski jednowarstwowe o grubości 3,2mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga maski termoplastycznej do radioterapii otwartej, na głowę, podwójną, micro perforacją, grubość 4mm.**

**Pytanie 3 dot. poz.4**

Czy dla zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający wydzieli akcesoria do radioterapii stereotaktycznej do oddzielnego pakietu?

**Odp. Zamawiający nie wydzieli akcesoriów do radioterapii stereotaktycznej do oddzielnego pakietu.**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz  
nr telefonu: 74/6489700