

Wałbrzych, dnia 31.10.2022r.

DZPZ-530- Zp/56/PN/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa sprzętu oraz wyrobów medycznych - Zp/56/PN/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1. Dotyczy projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia powiadomienia o wadze” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 2. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 3. Dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia

2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad - w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia

3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek,

4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 4. Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5 sztuk lub a`10 sztuk (w zależności od rozmiaru i rodzaju opatrunku) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5. Dotyczy pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, w jakich rozmiarach Wykonawca powinien zaoferować opatrunki?

Odp. Zamawiający nie stawia wymogów w zakresie rozmiarów.

Pytanie nr 6. Dotyczy pakietu nr 12

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie (pakiet 12) nowoczesnego aparatu do hemodializy:

- z zasilaniem wodnym 1,5 – 8 bar
- z ustawieniami lecz bez wyświetlania proporcji mieszania bikarbonatu i koncentratu kwaśnego
- z możliwością zaprogramowania ultrafiltracji, oraz z automatycznymi funkcjami dostosowania ultrafiltracji do konkretnego pacjenta
- z regulacją przepływu krwi w zakresie 0, 10-500 ml/min
- z regulacją przepływu płynu dializacyjnego w zakresie 300 do 800 ml/min regulowanego co 50 ml/min
- z ciągłym, objętościowym pomiarem ultrafiltracji metoda elektromagnetyczną
- z ograniczonym zużyciem wody oraz koncentratów w trybie oczekiwania na pacjenta
- z automatyczna dezynfekcją ssawek koncentratu poza dołączanymi bagnetami po każdym zabiegu
- z archiwizacją 50 ostatnich dezynfekcji wraz z błędami odczywane z poziomu użytkownika
- z programem serwisowym umożliwiającym wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępne z poziomu przeszkolonego serwisanta?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekują sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7. Dotyczy pakietu nr 2 pkt.1

Czy zamawiający dopuści:

Trokar optyczny 12mm, długość 100mm lub 150mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi, z uszczelką obsługującą instrumenty o średnicy od 5 mm do 12 mm. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bez lateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację; oraz trokar optyczny 12mm, długość 100mm lub 150mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach w postaci odwrócenego gwintu. Dwustopniowy zawór gazowy. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Długość trokara do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia; Opakowanie 6 szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis jest niezgodny ze specyfikacją zamawiającego. W ocenie zamawiającego różnice podane w opisie są istotnie i mają niekorzystny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów. Wszystkie troakary muszą być wyposażone w fiksacji w powłokach w postaci kotwiczki (ewentualnie balonu) oraz dysku retencyjnego.

System fiksacji w powłokach w postaci odwróconego gwintu nie spełnia wymogów zamawiającego.

Pytanie nr 8. Dotyczy pakietu nr 2 pkt.2

Czy zamawiający dopuści:

Trokar optyczny 11mm, długość 100mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi, z uszczelką obsługującą instrumenty o średnicy od 5 mm do 11 mm. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bez lateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację; oraz trokar optyczny 11mm, długość 100 mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach w postaci odwróconego gwintu. Dwustopniowy zawór gazowy. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację; Opakowanie 6 szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszczają. Opis jest niezgodny ze specyfikacją zamawiającego. W ocenie zamawiającego różnice podane w opisie są istotnie i mają niekorzystny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów. Wszystkie troakary muszą być wyposażone w fiksacji w powłokach w postaci kotwiczki (ewentualnie balonu) oraz dysku retencyjnego. System fiksacji w powłokach w postaci odwróconego gwintu nie spełnia wymogów zamawiającego.

Pytanie nr 9. Dotyczy pakietu nr 2 pkt.3

Czy zamawiający dopuści:

Trokar optyczny 5mm, długość 75mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bez lateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację; oraz trokar optyczny 5mm, długość 100 mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach w postaci odwróconego gwintu. Dwustopniowy zawór gazowy. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację; Opakowanie 6 szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszczają. Opis jest niezgodny ze specyfikacją zamawiającego. W ocenie zamawiającego różnice podane w opisie są istotnie i mają niekorzystny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów. Wszystkie troakary muszą być wyposażone w fiksacji w powłokach w postaci kotwiczki (ewentualnie balonu) oraz dysku retencyjnego. System fiksacji w powłokach w postaci odwróconego gwintu nie spełnia wymogów zamawiającego.

Pytanie nr 10. Dotyczy pakietu nr 2 pkt.4

Czy zamawiający dopuści:

Jednorazowa igła Veressa o długości 120 mm oraz 150 mm do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia; Opakowanie 20 szt.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11. Dotyczy pakietu nr 4 pkt.1

Czy zamawiający dopuści:

Sterylny Retraktor i protektor do ran zapewniający całkowitą separację powłok, składający się z dwóch obręczy o średnicy 13 cm (dolna dystalna do wnętrza rany oraz sztywna górna obręcz proksymalna zapewniająca maksymalną retrakcję) połączonych rękawem o długości 18 cm . Długość linii cięcia 5-9 cm (rozmiar M), bez lateksu, opakowanie 5 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12. Dotyczy pakietu nr 4 pkt.2

Czy zamawiający dopuści:

Sterylny Retraktor i protektor do ran zapewniający całkowitą separację powłok, składający się z dwóch obręczy o średnicy 24 cm (dolna dystalna do wnętrza rany oraz sztywna górna obręcz proksymalna zapewniająca maksymalną retrakcję) połączonych rękawem o długości 34 cm . Długość linii cięcia 11-17 cm (rozmiar XL), bez lateksu, opakowanie 5 szt.

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem długość rękawa powinna wynosić 20 cm. Różnica w rozmiarze jest zbyt duża dla zamawiającego.

Pytanie nr 13. Dotyczy pakietu nr 8 poz.1

Proszę o dopuszczenie przyrządu w opakowaniu foliowym

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 14. Dotyczy pakietu nr 7 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15. Dotyczy pakietu nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 60cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 16. Dotyczy pakietu nr 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 50cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 17. Dotyczy pakietu nr 8 poz.1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 18. Dotyczy pakietu nr 8 poz.1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19. Dotyczy pakietu nr 8 poz.1

Pak. 8 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 20. Dotyczy pakietu nr 8 poz.1-2

Pak. 8 poz. 1 - 2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

Pytanie nr 21. Dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowy układ oddechowy Emergency do respiratora EVE posiadanego przez Szpital o dł.180 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści trokar optyczny 12mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrzana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) – wbudowana redukcja 5mm-12mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis jest niezgodny ze specyfikacją zamawiającego. W ocenie zamawiającego różnice podane w opisie są istotne i mają niekorzystny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów. Wszystkie troakary muszą być wyposażone w fiksacji w powłokach w postaci kotwiczki (ewentualnie balonu) oraz dysku retencyjnego. System fiksacji w powłokach w postaci gwintu nie spełnia wymogów zamawiającego.

Pytanie nr 23. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści trokar optyczny 11mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrzana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami) – wbudowana redukcja 5mm-11mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis jest niezgodny ze specyfikacją zamawiającego. W ocenie zamawiającego różnice podane w opisie są istotne i mają niekorzystny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów. Wszystkie troakary muszą być wyposażone w fiksacji w powłokach w postaci kotwiczki (ewentualnie balonu) oraz dysku retencyjnego. System fiksacji w powłokach w postaci gwintu nie spełnia wymogów zamawiającego.

Pytanie nr 24. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści trokar optyczny 5 mm ze ściętą kaniulą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie trokaru na grocie i kaniuli – grot trójkątnie zakończony w kształcie stożka (ze skrzydełkami)?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis jest niezgodny ze specyfikacją zamawiającego. W ocenie zamawiającego różnice podane w opisie są istotne i mają niekorzystny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów. Wszystkie troakary muszą być wyposażone w fiksacji w powłokach w postaci kotwiczkii (ewentualnie balonu) oraz dysku retencyjnego. System fiksacji w powłokach w postaci gwintu nie spełnia wymogów zamawiającego.

Pytanie nr 25. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje oferty na retraktory o długości nacięcia 5.0-9.0cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

Pytanie nr 26. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje oferty na retraktory o długości nacięcia 11.0-17.0cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

Pytanie nr 27. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowego szyjący, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty; półzamknięty; zamknięty - zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony), z wymiennymi ładunkami, aplikuje podwójny, naprzemiennie ułożony rząd tytanowych zszywek, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością 8-krotnego wystrzelenia. Możliwość automatycznego lub ręcznego przesuwania sworzni stabilizującego tkanę. Długość linii szwu: 30mm, 45mm, 60mm, 90 mm, zamawiający określi długość szwu i wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis jest niezgodny ze specyfikacją zamawiającego. Zamawiający wymaga wskaźnik szycia. W ocenie zamawiającego różnice podane w opisie są istotne i mają niekorzystny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów.

Pytanie nr 28. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do liniowego staplera automatycznego 30mm, 45mm, 60mm lub 90 mm. Ilość zszywek: 11 dla ładunku w rozmiarze 30 mm; 15 dla ładunku w rozmiarze 45 mm; 21 dla ładunku w rozmiarze 60 mm; 33 dla ładunku w rozmiarze 90 mm, pozostałe parametry wg SWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis jest niezgodny ze specyfikacją zamawiającego. Zamawiający wymaga wskaźnik szycia. W ocenie zamawiającego różnice podane w opisie są istotne i mają niekorzystny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów.

Pytanie nr 29. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z dwoma rzędami tytanowych zszywek. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Stapler wyposażony w zabezpieczenie zewnętrzne i wewnętrzne pozwalające uniknąć błędnego wystrzelenia ładunku.

- rozmiar 24 mm, linia cięcia 15 mm, regulowana wysokość zamknięcia zszywek w zakresie 1,4-2,2 mm, wysokość zszywki otwartej 4,5 mm
- rozmiar 26 mm, linia cięcia 17 mm, regulowana wysokość zamknięcia zszywek w zakresie 1,6-2,4 mm, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm
- rozmiar 29 mm, linia cięcia 20 mm, regulowana wysokość zamknięcia zszywek w zakresie 1,6-2,4 mm, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm
- rozmiar 32 mm, linia cięcia 22 mm, regulowana wysokość zamknięcia zszywek w zakresie 1,8-2,6 mm, wysokość zszywki otwartej 5,0 mm

Pokrętło regulacyjne „motyłkowe„ ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Opis jest niezgodny ze specyfikacją zamawiającego. Zamawiający wymaga 3 rzędów zszywek. W ocenie zamawiającego różnice podane w opisie są istotnie i mają niekorzystny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów.

Pytanie nr 30. Dotyczy pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużaczy bursztynowych o średnicy wewnętrznej drenu 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego.

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje maksymalnego wypełnienia do 2,5 ml przy długości 150 cm.

Pytanie nr 31. Dotyczy pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftalanów (w tym DEHP) i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 32. Dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości min. 60 mm w części przezroczystej

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

Pytanie nr 33. Dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania aparatu do infuzji/przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wolną od PCV

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

Pytanie nr 34. Dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania aparatu do infuzji przetaczania płynów infuzyjnych z igłą bioczną dwukanałową ściętą dwupłaszczyznowo, co uniemożliwia wysuwanie się przyrządów z pojemników i wypływ z miejsca połączenia oraz umożliwia szybkie opróżnienie pojemnika z płynem i wstępne wypełnienie komory

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

Pytanie nr 35. Dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do infuzji/przetaczania płynów infuzyjnych ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu.

Odp. Zamawiający oczekuje, zaciskacza rolkowego z miejscem na podwieszenie drenu.

Pytanie nr 36. Dotyczy pakietu nr 8, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby aparat do przetoczeń krwi był wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu

Odp. Zamawiający oczekuje, zaciskacza rolkowego z miejscem na podwieszenie drenu.

Pytanie nr 37. Dotyczy pakietu nr 8, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaofiarowania aparatu do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

Pytanie nr 38. Dotyczy pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego drenu przedłużającego 150 cm bursztynowy z zakończeniem Luer Lock stałym, średnica wewnętrzna 3mm, obydwie końce zabezpieczone koreczkami, oznakowanie o braku lateksu i ftalanów, obj. wypełnienia na opakowaniu jednostkowym, obj. wypełnienia 10,75ml, opakowanie foliowe, z numerem serii i datą ważności na każdym pojedynczym opakowaniu, napisy w języku polskim, pakowane po 25 szt.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt dużą objętość wypełnienia.

Zamawiający wymaga wypełnienia maksymalnego do 2,5 ml przy 150 cm długości drenu.

Pytanie nr 39. Dotyczy pakietu nr 8, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 40. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar optyczny o średnicy 12 mm. Kaniuła karbowana o dł.100 mm, samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z przezroczystym plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielanie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Opakowanie 6 sztuk.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis jest niezgodny ze specyfikacją zamawiającego. W ocenie zamawiającego różnice podane w opisie są istotnie i mają niekorzystny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów. Wszystkie troakary muszą być wyposażone w fiksacji w powłokach w postaci kotwiczki (ewentualnie balonu) oraz dysku retencyjnego. System fiksacji w powłokach w postaci karbowania nie spełnia wymogów zamawiającego.

Pytanie nr 41. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar optyczny o średnicy 11 mm. Kaniula karbowana o dł. 100 mm, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z przezroczystym plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielanie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Opakowanie 6 sztuk.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis jest niezgodny ze specyfikacją zamawiającego. W ocenie zamawiającego różnice podane w opisie są istotnie i mają niekorzystny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów. Wszystkie trokary muszą być wyposażone w fiksacji w powłokach w postaci kotwiczki (ewentualnie balonu) oraz dysku retencyjnego. System fiksacji w powłokach w postaci karbowania nie spełnia wymogów zamawiającego.

Pytanie nr 42. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar optyczny o średnicy 5 mm. Kaniula karbowana o dł. 100 mm. Trokar z przezroczystym plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielanie tkanek. Trokar posiadający dwustopniowy zawór do insuflatora. Opakowanie 6 sztuk.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opis jest niezgodny ze specyfikacją zamawiającego. W ocenie zamawiającego różnice podane w opisie są istotnie i mają niekorzystny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów. Wszystkie trokary muszą być wyposażone w fiksacji w powłokach w postaci kotwiczki (ewentualnie balonu) oraz dysku retencyjnego. System fiksacji w powłokach w postaci karbowania nie spełnia wymogów zamawiającego.

Pytanie nr 43. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Igły Veressa pakowane po 12 sztuk?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie opakowań innej wielkości z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 44. Dotyczy pakietu nr 2

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie do jakiej pozycji w pakiecie 2 Zamawiający wymaga dostarczenia próbki w ilości 1 sztuki?

Odp. Zamawiający dopuszcza aby dla poz. 1-3 dostarczona została 1 próbka oraz dla poz. 4 jedna próbka. Ogólnie 2 próbki.

Pytanie nr 45. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na aparaturę medyczną w kształcie kuli o wymiarach 80 cm x 40 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że średnica kuli będzie zgodna z SWZ.

Pytanie nr 46. Dotyczy zapisów rozdziału XXVIII SWZ

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów zawartych w rozdziale XXVIII SWZ, pkt. 9 dotyczącą terminów dostawy, mając na uwadze ujednoczenie z zapisami zawartymi we wzorze umowy (zał. 3a), §3, ust.1 na następujące:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia:

- do 3 dni roboczych - 40 pkt.

- 4 dni robocze – 20 pkt.

- 5 dni roboczych – 0 pkt.

Odp. Zamawiający uściśla:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu złożenia zamówienia:

- do 3 dni roboczych - 40 pkt.

- 4 dni robocze – 20 pkt.

- 5 dni roboczych – 0 pkt.

Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 47. Dotyczy wzoru umowy załącznik 3a, §3 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §3 na następujący:

„7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego. Jednak różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego

asortymentu z umowy. Dokonanie przez Zamawiającego zakupu od podmiotu trzeciego wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej.”

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 48. Dotyczy pakietu nr 3

W związku z tym, że brak kryterium oceny jakości czy walorów użytkowych, które by wymagały dostarczenia próbek sterylnych, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie próbek niesterylnych, które również dadzą możliwość sprawdzenia czy zaoferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49. Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu składania próbek w sytuacji kiedy otrzymał już dany produkt jako próbkę w niedalekiej przeszłości bądź produkt ten był bądź jest sukcesywnie dostarczany do placówki Szpitala?

Odp. Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu składania próbek. Zamawiający wymaga próbek.

Pytanie nr 50. Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (płytki stomijne pooperacyjne pakowane po 5 szt. w opakowaniu)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sporządził: Andrzej Nowiński

nr telefonu: 74/6489941