

Wałbrzych, dnia 02.11.2022r.

DZPZ-530-Zp/71/TP/22

*Wykonawcy – wszyscy*

*Dotyczy: Dostawa 8 szt. cytoskopów giętkich na realizację programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna w ramach zadania: "Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego"- Zp/71/TP/22*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

### **Pytanie nr 1**

Czy ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 5 lat?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 2**

Czy zapis zamieszczony w załączniku nr 3 do SWZ Umowa §8 pkt. 12 „Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych, zużywalnych, akcesoriów, osprzętu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Zamówienia przez minimum 10 lat od daty jego dostawy” stanowi integralną część zamówienia w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu definicji z art. 7 pkt 32 p.z.p.?

**Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania przez wykonawców nowoczesnego Przedmiotu Zamówienia, tak aby w sytuacji gdy w okresie 10 lat od dnia jego dostawy zaistnieje konieczność jego naprawy lub wymiany zużywalnych akcesoriów lub osprzętu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Zamówienia, to Zamawiający będzie miał taką możliwość korzystając z dostępnych na rynku części zamiennych, zużywalnych akcesoriów lub osprzętu.**

### **Pytanie nr 3**

Czy w sytuacji gdy wymóg „Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych, zużywalnych, akcesoriów, osprzętu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Zamówienia przez minimum 10 lat od daty jego dostawy” opisany w załączniku nr 3 do SWZ Umowa §8 pkt. 12 jest zdaniem Zamawiającego częścią zamówienia w rozumieniu definicji z

art. 7 pkt 32 p.z.p., należy przyjąć, że umowa z wykonawcą zostanie zawarta na co najmniej 10 lat?

**Odp. Zamawiający nie zawiera z wykonawcą umowy na okres 10 lat. Realizacja Umowy i dostawa Przedmiotu Zamówienia ma nastąpić w terminie wskazanym w § 4 ust. 1, zaś okres gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 1 zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy.**

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wymaga wobec warunku przez niego opisanego w załączniku nr 3 do SWZ Umowa §8 pkt. 12 uwzględnienia w cenie oferty każdego wykonawcy kosztów zapewnienia wszystkich bez wyjątku możliwych części zamiennych w tym okresie?

**Odp. Po okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji, naprawy lub wymiany zużywalnych akcesoriów lub osprzętu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Zamówienia następować będą na podstawie odrębnych umów, więc nie ma potrzeby ich wyceniania.**

#### **Pytanie nr 5**

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 4 jest twierdząca to w związku z dyspozycją z art. 99 ust. 1 p.z.p. prosimy Zamawiającego o podanie w ramach treści SWZ zamkniętej listy części zamiennych wraz z ich ilością, tak aby wszyscy wykonawcy w sposób równy (art. 16 ust. pkt 1 p.z.p.) mogli prawidłowo (bez narażenia się na zarzut ceny rażąco niskiej) wycenić koszty utrzymania niezbędnych części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat.

**Odp. Po okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji, naprawy lub wymiany zużywalnych akcesoriów lub osprzętu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Zamówienia następować będą na podstawie odrębnych umów, więc nie ma potrzeby ich wyceniania.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Małgorzata Słomiana  
nr tel.: 74/6489700*