

Wałbrzych, dnia 07.11.2022r.

DZPZ-530- Zp/63/PN/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy odczynników laboratoryjnych do mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów w zakresie mikrobiologii - Zp/63/PN/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ Rozdz II Wymagania dla pakietu nr 3 znacznik 5ty – Czy Zamawiający odstąpi od przeglądu aparatu jeżeli zgodnie z zaleceniem producenta aparatu nie jest on wymagany? Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne oświadczenie.

Odp. Tak.

Pytanie nr 2

Dotyczy SWZ Rozdz. II Wymagania znacznik 8 – Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy analizatorów w pakiecie 1-3 do 48 godzin w dni robocze?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu naprawy analizatorów, Zamawiający w przypadku awarii analizatora wymaga jego naprawy w ciągu 24 godz. od zgłoszenia awarii lub wstawienie analizatora zastępczego do czasu jej usunięcia lub zapewni i sfinansuje wykonanie badań w innej placówce do czasu usunięcia awarii.

Pytanie nr 3

Dotyczy Rozdz. III Informacje ogólne - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby tylko produkty, które zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym podlegają Ustawie o wyrobach medycznych były dopuszczone do obrotu na terenie RP? Wykonawca proponuje, że przedstawi dodatkowe oświadczenie dotyczące produktów, które nie zostały sklasyfikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne wskazując pozycje.

Odp. Tak.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 1 wymagania dla podłoży pkt 13-14, dla Pakietu 2 podłoża, testy pkt 3 i 4- Czy Zamawiający wyrazi odstąpi od dostarczenia certyfikatów jakości do podłoża oraz karty charakterystyki, ulotek i wyrazi zgodę udostępnienie strony Wykonawcy na której będą one dostępne do samodzielnego pobrania?

Odp. Tak.

Pytanie nr 5

Dotyczy Formularzy cenowych pakiet 1-3– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie kolumny z numerem katalogowym produktu celem łatwiejszej identyfikacji przy składaniu zamówień?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 1 – czy w punkcie 3 tabeli asortymentowo-cenowej Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zaoferował podłoża pediatryczne zwalidowane tylko do posiewu krwi? Zamawiający ma możliwość posiewu jałowych płynów ustrojowych do pozostałych butelek.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu nr 2 Wymogi graniczne dla testów pkt 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników z terminem ważności min. 4-6 miesięcy od dnia dostawy? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu nr 2 Wymogi graniczne dla podłoży pkt 6 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podłoży z terminem ważności min. 4-6 tygodni od dnia dostawy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Dotyczy formularza cenowego dla pakietu 2 testy i podłoża – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie kolumny z ceną jednostkową za opakowanie, ilością opakowań i wyliczenie wartości netto poprzez pomnożenie ceny jedn. netto za op x ilość opakowań? Pozwoli to na rzetelne wyliczenie kosztów oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zdalnego serwisu dla oferowanego analizatora w celu zapewnienia szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji programowania?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą dodanie paragrafu w umowie:

§ X

„Zamawiający udostępni łącze internetowe w celu umożliwienia Wykonawcy zdalnego połączenia się z analizatorem poprzez własne oprogramowanie, które pozwoli na udzielenie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania. Każdorazowy zdalny dostęp do analizatora będzie odbywał się na prośbę lub po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium/użytkownikiem aparatu i wymaga jego akceptacji poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie komputera obsługującego analizator. Wszelkie zdalne działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy, Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 2 - WYMOGÓW GRANICZNYCH DLA TESTÓW STOSOWANYCH Z ZASTOSOWANIEM ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW – czy Zamawiający uzna spełnienie wymogu z pozycji 5, jeśli będzie to możliwe, kiedy aparat będzie podłączony do systemu LIS?

Odp. Tak.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 2 - WYMOGÓW GRANICZNYCH DLA PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW - czy Zamawiający wymaga, aby certyfikat kompatybilności w przypadku pozycji 7 był dokumentem utworzonym przez producenta podłoży?

Odp. Tak.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 7 certyfikatów kompatybilności producenta tylko dla podłoży chromogennych, z których jest możliwość bezpośredniego pobrania kolonii na test do analizatora, co pozwoli Zamawiającemu na obniżenie kosztów związanych z koniecznością przesiewania kolonii na dodatkowe podłoża?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Pytania do Umowy (zał. nr 3b):

§2 ust. 5 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do 4 dni roboczych liczonych od zgłoszenia takiego żądania?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

§2 ust. 5 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie instrukcji na stronie Wykonawcy do samodzielnego pobrania i dopisanie w niniejszym paragrafie:... lub udostępni adres strony internetowej gdzie dokumenty będą dostępne do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 16

§3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad Przedmiotu Zamówienia lub Przedmiotu Dzierżawy, Wykonawca wymieni wadliwy Przedmiot Zamówienia na wolny od wad w terminie 4 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji lub naprawi bądź usunie usterkę Przedmiotu Dzierżawy w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia powiadomienia o wadzie. Zawiadomienia o stwierdzonych wadach będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 17

§3 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub niezasadnego nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 7, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca po uprzednim udokumentowaniu poniesionych przez Zamawiającego kosztów pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej. Skorzystanie z tego uprawnienia nie wymaga zgody sądu.”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 18

§6 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 400 zł (czterystu złotych) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 ?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 19

§6 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3% miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego w § 5 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 20

§6 ust. 1 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 9 do 2 % miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego w § 5 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 21

§6 ust. 1 pkt 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% niezrealizowanej części wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2,”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 22

§6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 30 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2 Umowy.”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 23

§7 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę przez które rozumie się pięciokrotną zwłokę w realizacji dostaw przekraczających każdorazowo 72 godziny w trakcie każdego roku obowiązywania umowy, albo też pięciokrotną dostawę Przedmiotu Zamówienia niezgodnego z zamówieniem lub pięciokrotną zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad w trakcie każdego roku obowiązywania umowy,”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 24

Dotyczy PAKIET NR 3 - Dzierżawa aparatu do diagnostyki infekcji układowych metodą multiplex PCR, testy diagnostyczne do stosowania wraz z aparatem

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie nowego pakietu pt. Dzierżawa aparatu do diagnostyki infekcji układowych metodą multiplex PCR, testy diagnostyczne do stosowania wraz z aparatem, który będzie zawierał następujące testy do diagnostyki infekcji układowych metodą multiplex PCR

- Zestaw do identyfikacji bakterii, wirusów, wybranych drożdżaków bezpośrednio z płynu mózgowo-rdzeniowego
- Zestaw do identyfikacji bakterii (w tym Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae), wirusów (w tym grypy A i B, paragrypy, RSV) z wymazów z nosogardzieli
- Zestaw do identyfikacji bakterii, wirusów i wybranych pasożytów z próbki kału ludzkiego

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie nowego pakietu.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania na minimum 6 oznaczeń?

Odp. Zamawiający wymaga wielkość opakowania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści testy diagnostyczne zawierające materiał do kontroli wewnętrznej pełnego procesu — znane stężenie mikroorganizmu *Schizosaccharomyces pombe*? Materiał do kontroli wewnętrznej służy do weryfikacji wszystkich etapów procedury analitycznej, na którą składa się homogenizacja próbki, liza struktur wirusowych i komórkowych, oczyszczenie i odwrotna transkrypcja kwasu nukleinowego oraz przeprowadzenie reakcji PCR w czasie rzeczywistym. Pozytywny sygnał otrzymany dla kontroli wewnętrznej oznacza, że wszystkie etapy przetwarzania próbki wykonywane przez kasetę zostały zakończone powodzeniem i jest wystarczającą metodą weryfikacji i kontroli całego procesu analitycznego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga produktu zgodnego z parametrami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Dorota Piekarz
nr tel.: 74/6489700*