

Wałbrzych, dnia 10.11.2022r.

DZPZ-530-Zp/73/TP/22

*Wykonawcy – wszyscy*

**Dotyczy: : Dostawa lamp bakteriobójczych wraz z osprzętem - Zp/73/TP/22**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

### **Pakiet nr 1 – Lampy bakteriobójcze wraz z osprzętem**

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści technologię dezaktywującą wszystkie patogeny w obecności pacjenta i personelu w sposób ciągły?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w najnowszej technologii niskoenergetycznej plazmy, która to technologia jest zdecydowanie skuteczniejsza (niszczy wirusy i patogeny w czasie 0,002s), a jednocześnie charakteryzuje się mniejszym poborem mocy tj. 20W?

**Odp. Zamawiający nie dopuści, obecnie na terenie całego Szpitala eksploatowane są przepływowe lampy bakteriobójcze.**

#### **Pytanie nr 3**

W przypadku lampy z generatorem niskoenergetycznym plazmy, licznik czasu pracy jest zbędny, gdyż lampa/generator plazmy pracuje 10 lat nie tracąc swoich właściwości jego wymiana jest zbędna w czasie jego pracy. Czy wobec tego Zamawiający dopuści urządzenie bez licznika czasu pracy?

**Odp. Zamawiający nie dopuści, obecnie na terenie całego Szpitala eksploatowane są przepływowe lampy bakteriobójcze.**

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści obudowę urządzenia pokrytą farbą proszkową bakteriobójczą i wirusobójczą?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z promiennikiem (generatorem plazmy), którego trwałość wynosi 10 lat nieprzerwanej pracy? Technologia plazmowo-przepływowa jest sprawdzona i wielokrotnie zbadana, a jest skuteczność jest zdecydowanie lepsza niż promieniowanie UV-C?

**Odp. Zamawiający nie dopuści, obecnie na terenie całego Szpitala eksploatowane są przepływowe lampy bakteriobójcze.**

#### Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w poz.1 i poz.3 urządzenie o wymiarach 36.5 cm(wysokość) +/- 5% x 36.5 cm(szerokość) +/- 5% x 11.5 cm(głębokość) +/- 5% ?

**Odp. Zamawiający nie dopuści, istniejąca zabudowa lamp nie pozwala na bezkolizyjną zabudowę w/w opraw.**

#### Pytanie nr 7

Czy Zamawiający będzie wymagał lampę bakteriobójczą produkcji europejskiej?

**Odp. Zamawiający wymaga lamp zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w pakiecie 1 SWZ.**

#### Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści lampę przepływową – rok produkcji 2021?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści.**

#### Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści w poz.1 i poz.3 lampę bakteriobójczą o wadze (masie) 4,5kg?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie energooszczędne – pobór mocy 20W?

**Odp. Zamawiający dopuści, pod warunkiem że kubatura dezynfekcji spełnia wymagania dla poz. 1,2,3,4, pakietu nr 1 SWZ.**

#### Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższej wydajności wentylatora:

**PRZEPIY W POWIETRZA Z WENTYLATORA**

Szybkość I: 220 m<sup>3</sup>/h

Szybkość II: 260 m<sup>3</sup>/h ?

**Odp. Zamawiający dopuści, pod warunkiem że kubatura dezynfekcji spełnia wymagania dla poz. 1,2,3,4, pakietu nr 1 SWZ.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1,2,3,4 z pakietu nr 1 i utworzy nowy, odrębny pakiet 1a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji do nowego pakietu.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści w poz.2 i poz.4 lampę bakteriobójczą o wadze (masie) 3,4kg?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści w poz.2 i poz.4 urządzenie o wymiarach 28,3 cm (wys.) x 13,2 cm (szer.) x 10,8 cm (gł.)

**Odp. Zamawiający nie dopuści, istniejąca zabudowa lamp nie pozwala na bezkolizyjną zabudowę w/w opraw.**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Małgorzata Słomiana  
nr tel.: 74/6489700*