



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 700 fax 74/ 64 89 700

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 11.04.2017 r.

DZPZ-530- Zp/23/PN-21/17

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/23/PN-21/17**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 1.** Czy Zamawiający dopuści, aby oferowany mobilny aparat RTG z ramieniem C posiadał natężenie prądu radiografii konwencjonalnej i cyfrowej o wartości 13 mA, mając na uwadze, iż natężenie na poziomie 13mA jest wystarczające w procedurach klinicznych?

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C, który będzie posiadał natężenie prądu radiografii konwencjonalnej i cyfrowej o wartości 13 mA.**

**Pyt. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny aparat RTG z ramieniem C wyposażony w dwa monitory o rozdzielczości 1280x1024? Pozostałe parametry oferowanych monitorów spełniają wymagania Zamawiającego.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny aparat RTG z ramieniem C wyposażony w dwa monitory o rozdzielczości 1280x1024.**

**Pyt. 3.** Czy w odniesieniu do punktu 7. tabeli Zamawiający dopuści, aby skala szarości w procesingu wynosiła 12 bit? Matryca obrazu zapamiętanego spełnia wymagania Zamawiającego.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści, aby skala szarości w procesingu wynosiła 12 bit.**

**Pyt. 4.** Czy w odniesieniu do punktu 10. tabeli Zamawiający dopuści archiwizację obrazów w rozszerzeniach JPG oraz BMP, z możliwością archiwizacji poprzez USB w formacie DICOM? Archiwizacja obrazów w rozszerzeniach JPG, BMP oraz DICOM to rozwiązanie najbardziej uniwersalne i mające częstsze zastosowanie w placówkach niż format TIFF.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści archiwizację obrazów w rozszerzeniach JPG oraz BMP, z możliwością archiwizacji poprzez USB w formacie DICOM.**

**Pyt. 5.** Czy w odniesieniu do zapisów zawartych w §7 pkt 1, ppkt b Zamawiający przychylił się do prośby i zmniejszył wartość kar umownych za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy z wymaganego obecnie 1% na sugerowane 0,2%?

**Odp. Nie, Zamawiający nie przychylił się do prośby i nie zmniejszył wysokości kar umownych.**

**Pyt. 6.** Czy w odniesieniu do zapisów zawartych w §7 pkt 1, ppkt b Zamawiający przychylił się do prośby i zmniejszył wartość kar umownych za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii z wymaganego obecnie 1% na sugerowane 0,2%?

**Odp. Nie, Zamawiający nie przychylił się do prośby i nie zmniejszył wysokości kar umownych.**

**Pyt.7.** Czy Zamawiający dopuścił aparat który wyposażony jest w dwa kolorowe ekrany z interfejsem użytkownika znajdujący się z obu stron wózka ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z podglądem obrazu żywego na monitorach? Rozwiązanie to jest w pełni równoważne a nawet przewyższające wymagania zamawiającego. Dodatkowo chcemy zaznaczyć iż jakość podglądu obrazu żywego na ekranach dotykowych jest nieporównywalnie niska w stosunku do obrazowania na monitorach specjalnie do tej funkcji dedykowanych. Stawiając taki warunek faworyzują Państwo w sposób jednoznaczny i nieuzasadniony ofertę jednego wykonawcy nie dając możliwości złożenia oferty pozostałym dostawcą.

**Odp. Nie dopuszczamy. Zamawiający wymaga oddzielnego bloku (wózka) z monitorami, ze względu na przewidywane warunki użytkowe przedmiotu zamówienia.**

**Pyt. 8.** Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 4, III Lampa RTG pkt. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie filtracji całkowitej aparatu 2,8 mm Al zamiast >3,9 mm Al?

**Odp. Tak. Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie filtracji całkowitej aparatu 2,8 mm Al zamiast >3,9 mm Al**

**Pyt. 9.** Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 4, IV Wózek z ramieniem C pkt. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z zakresem ruchu obrotu ramienia C wokół osi pionowej 12,5°?

**Odp. Nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zakresu obrotu powyżej 20°.**

**Pyt. 10.** Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 4, IV Wózek z ramieniem C pkt. 16

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z szerokością wózka ramienia C 86 cm?

**Odp. Tak. Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu z szerokością wózka ramienia C 86 cm.**

**Pyt. 11.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych II/9

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z zakresem napięć fluoroskopii i radiologii 40 – 110 kV? Zakres poniżej 40 kV i tak nie ma zastosowania podczas używania aparatu.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z zakresem napięć fluoroskopii i radiologii 40 – 110 kV.**

**Pyt. 12.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych II/11

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z mniejszą częstotliwością fluoroskopii pulsacyjnej: 1 impuls/sek? Większa ilość pulsów w tym trybie nie dają więcej korzyści a tylko większe dawki promieniowania dla lekarza, operatora i pacjenta. Aparat posiada też tryb fluoroskopii ciągłej i tam możemy uzyskiwać obrazy z częstotliwością ok. 25 impulsów/sek.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z mniejszą częstotliwością fluoroskopii pulsacyjnej: 1 impuls/sek.**

**Pyt. 13.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych IV/3

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z odległością SID 95 cm? Różnica zaledwie 3cm zupełnie nie ma znaczenia podczas używania aparatu.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z odległością SID 95 cm.**

**Pyt. 14.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych IV/5

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z zakresem ruchu pionowego 42 cm. Różnica zaledwie 1cm zupełnie nie ma znaczenia podczas używania aparatu.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z zakresem ruchu pionowego 42 cm.**

**Pyt. 15.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych IV/10

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C o wadze wózka z ramieniem C 283 kg? Jest to tylko nieznacznie więcej niż jest wymagane.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C o wadze wózka z ramieniem C 283 kg.**

**Pyt. 16.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych IV/13

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z pojedynczą dźwignią służącą do sterowania kołami aparatu, do hamowania kół i do aretażu kół? Jest to rozwiązanie o wiele praktyczniejsze niż osobne dźwignie i blokady do sterowania i hamowania kół aparatu.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z pojedynczą dźwignią służącą do sterowania kołami aparatu, do hamowania kół i do aretażu kół.**

**Pyt. 17.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych IV/16

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z szerokością wózka ramienia C 80 cm? Różnica zaledwie 1cm zupełnie nie ma znaczenia podczas używania aparatu.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z szerokością wózka ramienia C 80 cm.**

**Pyt. 18.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych V/5

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z rozdzielczością poszczególnych pól 23-15-10 cm: 49-56-60 lp/cm?

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z rozdzielczością poszczególnych pól 23-15-10 cm: 49-56-60 lp/cm.**

**Pyt. 19.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych VI/2

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z wózkiem z monitorami o wadze 112 kg? Jest to tylko nieznacznie więcej niż jest wymagane.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z wózkiem z monitorami o wadze 112 kg.**

**Pyt. 20.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych VI/8

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z pojemnością dysku na 10 000 obrazów? Oprócz tego aparat posiada możliwość archiwizacji na nośnikach USB i w sieci DICOM.

**Odp. Nie. Zamawiający wymaga pojemności powyżej 15 000 obrazów.**

**Pyt. 21.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych VI/13

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z ZOOM x4? Większe zakresy powiększeń i tak nie mają zastosowania podczas operacji/zabiegów ponieważ obraz robi się nieczytelny.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z ZOOM x4.**

**Pyt. 22.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych VI/16

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C ze sterowaniem wszystkimi funkcjami aparatu poprzez klawisze membranowe umieszczone na wózku z ramieniem C. Jest to rozwiązanie dużo bardziej praktyczniejsze i prostsze podczas obsługi aparatu.

**Odp. Nie. Zamawiający wymaga ekranu dotykowego.**

**Pyt. 23.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych VII/1

Czy Zamawiający dopuści do wzięcia udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C bez napędu dysków CD-R/DVD. Oferowany aparat posiada możliwość archiwizacji wewnętrznej, na dyskach USB oraz w sieci DICOM.

**Odp. Nie. Zamawiający wymaga nagrywarki CD/DVD.**

**Pyt. 24.** Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet 4 - Zestawienie parametrów technicznych I/3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia testów specjalistycznych. Wyjaśniamy, że nie ma potrzeby wykonywania testów specjalistycznych, które są wykonywane przez akredytowane firmy w szczególnych przypadkach np. na zlecenie COK itp.. Wiązą się z tym również dodatkowe wysokie koszty, które należy wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia. Podkreślamy, że przy uruchomieniu jak i na etapie gwarancji w pełni wystarczające są testy akceptacyjne, które potwierdzają parametry techniczne przedmiotu zamówienia i tym samym dopuszczają aparat do dalszej eksploatacji.

**Odp. Nie. Zamawiający wymaga przeprowadzenia testów specjalistycznych.**

**Pyt. 25.** Dotyczy Załącznika 3 do SIWZ, Umowa §5 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

**Odp. Zamawiający nie skróci okresu oczekiwania na płatność za dostawy.**

**Pyt. 26.** Dotyczy Załącznika 3 do SIWZ, Umowa §6 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w czasie przewidzianym na usunięcie wady naprawy bez wymiany części zamiennych oraz naprawy z wymianą sprowadzaną od producenta zagranicy części zamiennych. W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na następujący zapis w/w punktu:

*„Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 5 dni liczony od momentu podjęcia naprawy bez wymiany części i nie dłuższy niż 7 dni dla napraw z wymianą części”*

Wyjaśniamy, że czas naprawy uzależniony jest od rodzaju uszkodzenia; w przypadku konieczności wymiany części zamiennej, która jest sprowadzana od producenta z zagranicy termin 5 dni od daty zgłoszenia jest niewystarczający ze względu na czas niezbędny na sprowadzenie (transport) danej części. Natomiast za nieterminową naprawę Wykonawcy grożą kary umowne za każdy dzień opóźnienia.

W związku z tym prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez uwzględnienie ww. propozycji.

**Odp. Nie wyrażamy zgody. Zamawiający nie uwzględni takiego zapisu, ze względu na specyfikę pracy Szpitala.**

**Pyt. 27.** Dotyczy Załącznika 3 do SIWZ, Umowa §6 ust. 5

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

**Odp. Nie wyrażamy zgody. Zamawiający nie odstąpi od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego.**

**Pyt. 28.** W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 27 (odstąpienia od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego), prosimy o modyfikację zapisu w §6 ust. 5 Umowy na:

*„ W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 7 dni roboczych Wykonawca gwarantuje dostarczenie zastępczego przedmiotu umowy na czas naprawy.”*

**Odp. Nie wyrażamy zgody. Zamawiający nie uwzględni takiego zapisu, ze względu na specyfikę pracy Szpitala.**

**Pyt. 29.** Dotyczy Załącznika 3, Umowa §7, ust. 1b)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

**Odp. Nie wyrażamy zgody. Zamawiający nie zmniejszy kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy.**

**Pyt. 30.** Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie zapisu w dniach roboczych tj. od pn - pt (w wyłączeniu dni ustawowo wolnych od pracy).

**Odp. Nie wyrażamy zgody. Zamawiający nie uwzględni takiego zapisu, ze względu na specyfikę pracy Szpitala.**

**Pyt. 31.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG z ramieniem C z parametrem całkowitego zakresu obrotu ramienia wokół osi poziomej wynoszącym  $\pm 225^\circ$ ?

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG z ramieniem C z parametrem całkowitego zakresu obrotu ramienia wokół osi poziomej wynoszącym  $\pm 225^\circ$ .**