



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 700 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 12.04.2017 r.

DZPZ-530- Zp/23/PN-21/17

Wykonawcy – wszyscy

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/23/PN-21/17**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 Dotyczy Pakiet nr 3 – Koagulacja, punkt 3,4

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada certyfikaty:

- [EN ISO 13485:2012](#)
- [EN ISO 9001:2008](#)
- [Certyfikat EC](#)

A także posiada pozwolenie na dopuszczenie do rynku zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych, wraz ze zmianami 2007/47/WE z dnia 5 września 2007r.

Odp. Tak. Zamawiający dopuści aparat, który posiada certyfikaty:

- [EN ISO 13485:2012](#)
- [EN ISO 9001:2008](#)
- [Certyfikat EC](#)

A także posiada pozwolenie na dopuszczenie do rynku zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych, wraz ze zmianami 2007/47/WE z dnia 5 września 2007r.

Pyt. 2 Dotyczy Pakiet nr 3 – Koagulacja, punkt 7

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada 10,4" ekran dotykowy?

Odp. Zamawiający nie dopuści aparatu, który posiada 10,4" ekran dotykowy – wymagany ekran 7 calowy LCD.

Pyt. 3 Dotyczy Pakiet nr 3 – Koagulacja, punkt 9

Czy Zamawiający dopuści aparat, który wykonuje 16mln operacji logicznych na sekundę oraz co 2ms mierzy oporność koagulowanej tkanki?

Odp. Zamawiający nie dopuści aparatu, który wykonuje 16mln operacji logicznych na sekundę oraz co 2ms mierzy oporność koagulowanej tkanki – wymagany 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki.

Pyt. 4 Dotyczy Pakiet nr 3 – Koagulacja, punkt 11a

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada na panelu przednim 4 uniwersalne wyjścia mono/bipolarne, gniazdo elektrody neutralnej oraz gniazdo argonu?

Odp. Zamawiający nie dopuści aparatu który posiada na panelu przednim 4 uniwersalne wyjścia mono/bipolarne, gniazdo elektrody neutralnej oraz gniazdo argonu – brak gniazda do do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej.

Pyt. 5 Dotyczy Pakiet nr 3 – Koagulacja, punkt 11b

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada na panelu tylnym:

- gniazdo włącznika nożnego uniwersalnego, obsługującego wszystkie wyjścia,
- gniazdo włącznika nożnego, obsługującego jedno z wyjść - domyślnie przypisane do wyjścia trzeciego,
- wejście serwisowe typu RS,
- wejście serwisowe USB,
- moduł odbiornika bezprzewodowego włącznika nożnego,
- dodatkowy bolec przewodu ochronnego,
- gniazdo zasilania argonem I,
- gniazdo zasilania argonem II,
- gniazdo przewodu zasilającego z sieci energetycznej,
- gniazdo bezpieczników,
- przełącznik sieciowy główny.

Odp. Zamawiający nie dopuści takiego aparatu - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG.

Pyt. 6 Dotyczy Pakiet nr 3 – Koagulacja, punkt 12

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada możliwość jednoczesnego używania dwóch elektrod, posiadający następujące tryby:

Cięcie	Koagulacja
Mono Cut – cięcie czyste Precise Cut – cięcie precyzyjne Mixed Cut – cięcie mieszane Cięcie specjalistyczne: Muco Cut Polipo Cut Palillo Cut Artro Cut Uro Cut Hystero Cut	Soft Coag – koagulacja łagodna Froced Coag – koagulacja forsowna Spray Coag – koagulacja natryskowa Hybrid Coag Uro Coag Endo Spray Artro Coag Hystero Coag

Odp. Zamawiający nie dopuści takiego aparatu – brak koagulacja wyżarzanie.

Pyt. 7 Dotyczy Pakiet nr 3 – Koagulacja, punkt 13

Czy Zamawiający dopuści aparat, bez możliwości jednoczesnego używania dwóch pęset, który posiada tryby: Bi-Cut i Soft Bi-Coag z możliwością ustawienia maksymalnej mocy w zakresie 1-120W? Aparat posiada również tryby specjalistyczne: Uro Bi-Cut, Artro Bi-Cut, , Forced Bi-Coag, Uro Bi-Coag, Artro Bi-Coag, SCISS BI-COAG?

Odp. Zamawiający nie dopuści takiego aparatu – wymagany jednoczesnego używania dwóch penset bipolarnych.

Pyt. 8 Dotyczy Pakiet nr 3 – Koagulacja, punkt 18

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada tryb cięcia mieszanego o mocy max. 150W ?

Odp. Zamawiający nie dopuści takiego aparatu – wymagany tryb cięcia mieszanego moc max. 200 W.

Pyt. 9 Dotyczy Pakiet nr 3 – Koagulacja, punkt 19

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada tryb cięcia mieszanego o mocy 150 W z możliwością regulacji czasu cięcia i koagulacji w cyklu?

Odp. Zamawiający nie dopuści takiego aparatu – wymagany tryb cięcia mieszanego moc max. 200 W.

Pyt. 10 Dotyczy Pakiet nr 3 – Koagulacja, punkt 22

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada system zamykania naczyń o mocy max. 300W?

Odp. Zamawiający nie dopuści takiego aparatu – wymagany system zamykania naczyń moc max. 350 W.