

DZPZ-ZO/13/2022

Wałbrzych dnia 16.11.2022 r.

Wykonawcy- wszyscy

Dotyczy: „ Dostawa- Detektor węzłów wartowniczych- 1 sztuka.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu odpowiada na pytania Wykonawcy.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia SG-04 z sondą przewodową firmy Crystal Photonics spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SWZ, ale charakteryzującego się odmiennymi parametrami w zakresie:

- urządzenia z sygnalizacją dźwiękową i liczbową bez wyświetlacz słupkowy

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez wyświetlacza słupkowego .

- urządzenia wyposażonego w duży wyświetlacz w technologii OLED (niebieska czcionka wyświetlacza na żółtym tle) o przekątnej 5,5 cala

Zamawiający dopuszcza.

- urządzenia wyposażonego w sondę bezprzewodową osiowo prostą na całej długości z wbudowanym kolimatorem średnica głowicy 15 mm

Zamawiający nie dopuszcza innej średnicy sondy, nie dopuszcza urządzenia z sondą bezprzewodową .

-urządzenia wyposażonego kryształ scyntylacyjny GAGG. Jest to aktualnie najnowszy kryształ bardziej trwały i niezawodny od technologii (CdZnTe)

Zamawiający nie dopuszcza.

- jaki jest najkrótszy wymagany okres gwarancji?

Zamawiający informuje iż najkrótszy wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Kierownik Działu Zamówień

Publicznych i Zaopatrzenia

Małgorzata Słomiana

Dział Zamówień i Zaopatrzenia

Sporządziła: Agnieszka Piasecka

Nr tel.: 74/6489744