

Wałbrzych, dnia 18.11.2022r.

DZPZ-530- Zp/80/TP/22

Wykonawcy – wszyscy

**Dotyczy: System trójwymiarowego obrazowania powierzchni pacjenta dla techniki IGRT
- Zp/80/TP/22**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 dotyczy pozycji nr 24

Prosimy o potwierdzenie, iż w pkt. 24 zał. 1 SWZ Zamawiający wymaga, aby integracja akceleratora z systemem trójwymiarowego obrazowania powierzchni pacjenta z wykorzystywaną przez Zamawiającego linią terapeutyczną, zapewniała możliwość realizacji procedur na jednym akceleratorze Elekta Synergy. Pragniemy wyjaśnić, iż jeden system trójwymiarowego obrazowania powierzchni pacjenta można zintegrować tylko z jednym akceleratorem

Odp. Zamawiający potwierdza – integracja systemu SGRT z jednym akceleratorem Elekta Synergy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 45 dni od daty podpisania umowy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 45 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zmieni SWZ.

**Zatwierdził
Zastępca Dyrektora
Ds.. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Małgorzata Kuczyńska
nr telefonu: 74/6489941