

Wałbrzych, dnia 21.11.2022r.

DZPZ-530- Zp/76/PN/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Serwis pogwarancyjny aparatu HDR Flexitron FT00030 wraz z systemami i wymianą źródeł Ir – 192 - Zp/76/PN/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ „Wzór Umowy”, §5

Ze względu na symetryczność zobowiązań wykonana praca- zapłata, wnosimy o dopisanie kolejnego punktu do paragrafu §5 o treści:

„W przypadku opóźnienia w realizacji płatności przez Zamawiającego na rzecz Elekta o kolejne 14 dni ponad termin określony w §5 pkt 3, Dostawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług Serwisowych do dnia uiszczenia całości należności, za uprzednim zawiadomieniem Zamawiającego w formie pisemnej o planowanym zawieszeniu świadczenia Usług Serwisowych. Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości za okres zawieszenia świadczenia Usług Serwisowych z przyczyny, o której mowa powyżej. W przypadku zawieszenia świadczenia Usług Serwisowych na podstawie niniejszego punktu, czasu zawieszenia nie wlicza się do czasu użytkowania, zaś Dostawcy nie obciążają żadne negatywne skutki, określone w §6 Umowy.” Zachowanie wynagrodzenia jest tu warunkiem, ze względu na koszty napraw (części + robocizna) wynikłych w czasie zawieszenia, a koniecznych do wykonania po jej wznowieniu.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 2

Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ „Wzór Umowy”, §6 pkt 1 mówiący o karach umownych

Zgodnie z §2 pkt.7 umowy Minimalny Czas Użytkowania liczony jest dla każdego urządzenia osobno w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych, natomiast kary dotyczą wartości całości umowy. Ze względu na okres trwania umowy i kompleksowość wnosimy o zmianę zapisów treści podpunktów 1,2 i 3 niniejszego pkt 1. Zamiast: „wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1” ,proponowana treść: „rocznego wynagrodzenia netto produktu, którego dotyczy przekroczenie”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 3

Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ „Wzór Umowy”, §10 pkt 1 ppkt 3

Wskaźnik inflacji jaki obserwowaliśmy w poprzednich latach oscylował wokół 2-3 procent, jeśli będzie on 2-3-krotnie wyższy, wpływa to znacząco na koszty wykonania umowy. Wnosimy o zmianę minimalnego wskaźnika uprawniającego do waloryzacji na 8% lub możliwość bezkosztowego rozwiązania umowy przez Wykonawcę. W obecnej formie 14% inflacja w każdym roku nie uprawnia do waloryzacji umowy, a jej kontynuacja mogłaby działać na szkodę Wykonawcy.

Odp. Zamawiający dokona zmiany SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy załącznik nr 3 „Wzór Umowy”, §10 pkt 1 ppkt 6

Ze względu na symetryczność, wnosimy o usunięcie 5% ograniczenia waloryzacji ceny umowy i połączenie jej bezpośrednio z ogłaszanym przez GUS wskaźnikiem wzrostu/obniżki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 5

Dotyczy SWZ II Opis przedmiotu zamówienia punkt b) dotyczące systemu monitorowania pacjenta

Ze względu na wyeksploatowanie systemu monitorowania pacjenta i to że nie jest on produkowany przez Elekta, może okazać się niemożliwym utrzymanie go w sprawności przez okres trwania umowy. Czy Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w cenie serwisu aparatu jego wymiany na nowy o podobnych parametrach?

Odp. Tak.

Pytanie 6

Dotyczy SWZ II Opis przedmiotu zamówienia punkt e) dotyczące systemu dozymetrycznego

Ze względu na wyeksploatowanie systemu dozymetrycznego i to że nie jest on produkowany przez Elekta, może okazać się niemożliwym utrzymanie go w sprawności przez okres trwania umowy. Czy Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w cenie serwisu aparatu jego wymiany na nowy o podobnych parametrach?

Odp. Tak.

Pytanie 7

Dotyczy propozycji Umowy §2 pkt. 6)

Naprawy zdalne zwłaszcza w przypadku systemów informatycznych, przyczyniają się do szybszej naprawy systemu. Prosimy o zdjęcie ograniczenia 12 godzin od zgłoszenia, które w przypadku zgłoszeń w późnych godzinach popołudniowych skutkowałyby brakiem możliwości podjęcia działań zdalnych następnego dnia roboczego lub zastępnie sentencji „w terminie 12 godzin od zgłoszenia” przez „w terminie 12 godzin od zgłoszenia liczone w godzinach pracy serwisu”.

Odp. Zamawiający zgodnie z SWZ dopuszcza naprawę wykonaną zdalnie o ile nastąpi w terminie 12 godzin od zgłoszenia.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Dorota Piekarz
nr tel.: 74/6489700*