

Wałbrzych, dnia 05.12.2022r.

DZPZ-530- Zp/74/PN/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa jednorazowego wyposażenia Pracowni Cytostatycznej - Zp/74/PN/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odp. Zamawiający nie wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi.

Pytanie nr 2, pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardego blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3, pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zbiorcze korków umożliwiała wyciągnięcie pojedynczej sztuki?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 4, pakiet nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardego blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 5, pakiet nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zbiorcze korków umożliwiała wyciągnięcie pojedynczej sztuki?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 6, pakiet nr 1, poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego długość robocza zaworu 2-25 cm, długość całkowita zaworu 3-3,3 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 7, pakiet nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania łącznika między strzykawkami w systemie zamkniętym - system do transferu leków między strzykawkami, złożony z połączonych ze sobą dwóch łączników bezigłowych, zespolonych podstawami korpusów. Łączniki posiadają jednoelementową, silikonową membranę z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych, umożliwiają przepływ 150 – 160 ml/min. Łączniki działające w systemie podzielnej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą. Długość robocza łącznika 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Objętość wypełnienia systemu 0,15 ml. Zestaw nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odp. Zamawiający nie wymaga łącznika w systemie zamkniętym.

Pytanie nr 8, pakiet nr 4, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka luer lock z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, który umożliwi bezpieczną i intuicyjną aplikację, gdyż wskazuje kierunek nakładania

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga trzpienia poniżej zewnętrznej krawędzi.

Pytanie nr 9, pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do infuzji grawitacyjnych o poniższych parametrach
Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy - do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości Bisfenolu A (BPA), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, odpowietrznik zaopatrzone w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakteryjnej (BFE) min 99.99. zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, .opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, opakowanie 200 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość drenu 180cm.

Pytanie nr 10, pakiet nr 11

- **Poz. 2 i 3.** Prosimy Zamawiającego o podanie liczby sztuk strzykawk w opakowaniach. Jest to konieczne do ustalenia wartości dla każdej z pozycji.

Odp: Zamawiający wymaga: pozycja nr 2 opakowanie 200szt., pozycja nr 3 opakowanie 125sztuk.

- **poz. nr 2, pyt. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki, jak wcześniej stosowana, pakowanej po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu ofertowym, z logo producenta zamiast marki strzykawki, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości opakowań, z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę. Zamawiający dopuszcza logo producenta.

- **poz. nr 3, pyt. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki, jak wcześniej stosowana, pakowanej po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu ofertowym, z logo producenta zamiast marki strzykawki, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości opakowań, z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę. Zamawiający dopuszcza logo producenta.

- **poz. nr 4, pyt. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki, jak wcześniej stosowana, o charakterystyce: 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia, jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ.

- **poz. nr 5, pyt. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jak wcześniej stosowana, o charakterystyce: 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock - 20 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia, jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ.

- **poz. nr 6, pyt. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jak wcześniej stosowana, o charakterystyce: 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock, 30 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ.

- **poz. nr 6, pyt. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jak wcześniej stosowana, o charakterystyce: 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock 50/60 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, skalowanie co 1 ml do 60 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia, kompatybilność z lekami cytostatycznymi

potwierdzona oświadczeniem producenta jednorazowego użytku sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ.

- **poz. 1,2,3,4,5,6** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie jednostkowe strzykawki ma mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne), co ułatwia bezpieczne i aseptyczne otwarcie strzykawki zawsze od strony tłoka.

Odp. Opakowanie jednostkowe strzykawki nie musi mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Pytanie nr 11, pakiet nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego przyrządu z Luer lock o objętości wypełnienia całego systemu 0,10 ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 12, pakiet nr 2, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do pobierania z pojemników zbiorczych, z odpowietrzeniem - filtrem hydrofobowym wlotu powietrza (na boku przyrządu okrągły filtr zabezpieczony klapką), możliwość użycia 7 dni lub 200 aktywacji, wyposażony w zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji, umożliwiającą bezigłowe dostrzyknięcie i pobieranie płynu, kolec standardowy, bez ścięcia i rynienki, z filtrem bakteryjnym, objętość wypełnienia 0,5ml. Bez zawartości DEHP, lateksu, PCV, Bisfenola, pakowany pojedynczo, jałowy, sterylizowany EO.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga micro kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości.

Pytanie nr 13, pakiet nr 2, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego zamkniętego adaptera luer męski tworzącego po połączeniu ze strzykawką luer-lock zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych, z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. Objętość wypełnienia 0,12 ml, długość 2,19cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogeny, sterylizowany radiacyjnie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga urządzenia o zupełnie innej funkcji.

Pytanie nr 14, pakiet nr 4, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie koreczka z trzpieniem powyżej zewnętrznej krawędzi, w opakowaniu typu blister, na pasku po 4 szt.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga trzpienia poniżej zewnętrznej krawędzi.

Pytanie nr 15, pakiet nr 5, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie alternatywny zestaw grawitacyjny bursztynowy, precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca), wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny, Spike ABS, igła ścięta czterostronnie /stożek Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A łącznik luer lock rotacyjny (obrotowy) na końcu drenu do łatwego wpięcia do wkłucia, długość drenu 150 cm, objętość wypełnienia drenu 12 ml, złącze luer lock obrotowe ,dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym priming cap, sterylny - EO, na opakowaniu jednostkowym, oznaczenie o braku latexu i DEHP?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość drenu 180cm.

Pytanie nr 16, pakiet nr 11, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej strzykawki 3 częściowej 1 ml, skala co 0,01 ml, tyłu Luer Lock. Wykonana z poliwęglanu, specjalna powłoka silikonowa zapewniająca płynny ruch tłoka, bez oringu na cylindrze nie pozwalającego na wypadanie tłoka. Średnica cylindra taka sama, jak w strzykawkach 3 ml (mniejsze ciśnienie podaży), skalowana co 0,01 ml. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie 100 szt.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymaga oringu zabezpieczającego przed wypadnięciem tłoka.

Pytanie nr 17, pakiet nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem powyżej zewnętrznej krawędzi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga trzpienia poniżej zewnętrznej krawędzi.

Pytanie nr 18, pakiet nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę koreczków pakowanych a'250 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości opakowań, z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 19, pakiet nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o odporności na przenikanie cieczy 132 cm H₂O, pylenie 2,20 log₁₀, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 73/73 kPa, chłonność 500%?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 20, pakiet nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet sterylizowanych radiacyjnie?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 21, pakiet nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm, o gramaturze laminatu 60g/m² +/- 2g/m², o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, pylenie 1,85 log₁₀, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa, chłonność 600%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, maksymalna wysokość to 45cm ze względu na rozmiar łóży.

Pytanie nr 22, pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę posiadającą cylinder z poliwęglanu i tłokiem z polipropylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 23, pakiet nr 11, poz. 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawkę pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem ilości? Jakiej ilości opakowań oczekuje Zamawiający przy wycenie a'100?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości opakowań, z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 24, pakiet nr 11, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml ze stopniowaniem co 0,5 ml

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 25, pakiet nr 11, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawkę 20 ml pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości opakowań, z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 26, pakiet nr 11, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawkę 30 ml pakowanych a'50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości opakowań, z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 27, pakiet nr 11, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawkę 50 ml pakowanych a'25 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości opakowań, z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Dorota Piekarz
nr tel.: 74/6489700*