

Wałbrzych, dnia 08.12.2022r.

DZPZ-530- Zp/70/PN/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych na Oddziały Szpitalne Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/70/PN/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści czytelnie i wyraźnie opisane opakowanie z podanym rozmiarem łyżki, bez kodowania kolorami?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza kodowania wyłącznie numerami, zgodnie z opisem w SWZ oczekuje opakowań kodowanych kolorami w celu szybkiej i łatwej identyfikacji.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 22

Zwracamy się uprzejmie z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 22, kliszy do mammografii pakowanych po 100 sztuk. Prośbę naszą dokumentuje fakt, iż powyższe klisze występują tylko w takim formacie. W związku z tym prosimy również Zamawiającego o zmianę ilości sztuk w pozycji nr 2, ponieważ nie jesteśmy w stanie przy podanej ilości skalkulować ceny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opakowań po 100 szt. Zamawiający podtrzymuje wymóg 125 szt. w opakowaniu. Zgodnie z posiadaną wiedzą do modelu drukarki Dry View 5950 dedykowane są filmy DVM pakowane po 125 szt., a nie filmy DVM+ pakowane po 100 szt. Istnieje prawdopodobieństwo, że drukarka Dry View 5950 nie będzie pracowała na tych filmach.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 24 poz 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 24 w poz 1 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy zapisów w SWZ

Prosimy o uściślenie ilości próbek (ilość sztuk), które mają być dostarczone przed terminem składania ofert w poszczególnych pakietach.

Odp. Zamawiający wymaga po 1 sztuce próbek.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 23

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do podawania leków w opakowaniach po 75 sztuk z przeliczeniem na 8.000 pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Dotyczy pakietu nr 12 poz 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do EKG Ascard 612 o rozmiarze 210mm 25m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 16 sztuk.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza papieru do aparatu EKG o wymiarach 210 mm x 25m, ponieważ nie będzie kompatybilny z innym aparatem EKG używanym w szpitalu. Jest dłuższy o 5 metrów co spowoduje niedopasowanie z innym urządzeniem.

Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 13 poz 1

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Obecny zapis daje możliwość zaoferowania 3 różnych papierów. Zgodnie z informacją na stronie producenta:

https://pro.sony/pl_PL/products/medical-printers/up-d897



UPP-110HD

Papier do wykonywania czarno-białych wydruków o wysokiej gęstości w formacie A6 (typ II) przeznaczony do drukarek UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860

UPP-110HG

Papier do wykonywania czarno-białych wydruków o wysokim połysku w formacie A6 (typ V) przeznaczony do drukarek UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860.

UPP-110S

Papier do wykonywania czarno-białych wydruków o wysokiej jakości w formacie A6 (typ I) przeznaczony do drukarek UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860

Wszystkie 3 typy papierów mogą być stosowane w drukarkach D897 i D898MD

Zatem czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papiery do USG Sony o czułości :

- S(tonacja matowa), rozmiar 110mm x 20m
- HD(tonacja z połyskiem, wysoki kontrast) , rozmiar 110mm x 20m
- HG(tonacja z połyskiem, bardzo wysoki kontrast) , rozmiar 110mm x 18m

Odp. Zamawiający dopuści papier do drukarek D897 i D898D pod warunkiem, że będą kompatybilne również z drukarką Mitsubishi Electric P95. Zamawiający wymaga papieru zarówno do drukarek Sony jak i Mitsubishi Electric P95 w tonacji połysk o wysokim kontraście oraz dopuszcza papier o bardzo wysokim kontraście. Papier o wymiarach 110 x 20mm oraz 110 x 18 mm.

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 13 poz 2

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru Sony 84S czy 84HG?

Odp. Zamawiający dopuszcza papier rejestracyjny do drukarki Sony Digital Graphic Printer UP odpowiadający wymiarom podanym w SWZ czyli 84 mmx 12,5 m w tonacji połysk o wysokim kontraście oraz dopuszcza papier o bardzo wysokim kontraście.

Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr 14 poz 3

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być gładki czy w kratkę?
Zapis pod tabelą wskazuje co prawda kratkę ale z doświadczenia wiemy powyższy papier powinien być gładki.

Odp. Zamawiający wymaga papier w kratkę zgodnie z opisem w SWZ. Aparat typu defibrylator z wbudowaną drukarką ma możliwość wydruku zapisu EKG. Aktywność elektryczna serca i wychylenie poszczególnych odcinków oraz amplitudę załamek na papierze w kratkę pozwolą precyzyjnie odczytać pracę serca i wszelkie jego zaburzenia. Papier gładki nie ma takiej możliwości może jedynie służyć do wydruku testu defibrylatora.

Pytanie 10. Dotyczy SWZ pkt XV.8.3 Przedmiotowe środki dowodowe

Prosimy o odstępianie od wymogu składania próbek w miejsce katalogu/ karty technicznej, na podstawie której bez problemu można stwierdzić zgodność asortymentu z wymogami.

Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu składania próbek.

Pytanie 11. Dotyczy Projekt umowy- §6 pkt. 1.4)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstępianie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1.4) projektu umowy zamiast zwrotu „wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w par 5 ust. 2” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 20.% całkowitej wartości umowy za odstępianie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 12. Dotyczy pakietu nr 7 poz 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw miał status wyrobu medycznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga statusu wyrobu medycznego.

Pytanie 13. Dotyczy pakietu nr 11 poz 1

Czy Zamawiający oczekuje, żeby butelki sterylne miały status wyrobu medycznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga statusu wyrobu medycznego.

Pytanie 14. Dotyczy pakietu nr 11 poz 1

Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie skali pojemności butelek od 80-150 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza butelki o pojemności 80-150 ml.

Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 15 poz 1

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 Wymazówka z tworzywa z wacikiem wiskozowym, wyrób jałowy, nietoksyczny, pakowany jednostkowo, w próbce transportowej, w kartonowym opakowaniu a' 100szt?

Odp. Zamawiający wymaga wymazówkę z tworzywa z wacikiem wiskozowym, wyrób jałowy, nietoksyczny, pakowany jednostkowo w opakowaniu papier -folia, w próbce transportowej. Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze - opakowanie karton 100 szt.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o równoważnej konstrukcji ; specjalnie ostrzone, trójplaszczynowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem, prosta intuicyjna obsługa - aktywacja nakłuwacza poprzez dociśnięcie do opuszka palca, igły sterylizowane promieniami gamma, mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku, używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17. Dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 200 sztuk?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18. Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści butelkę 140 ml, pakowaną w małe, higieniczne opakowania zbiorcze po 15 sztuk, z wielokrotnym otwarciem na taśmę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza butelek pakowanych w małe higieniczne opakowanie zbiorcze z wielokrotnym otwarciem, ponieważ oczekuje sterylnych butelek, które mają zastosowanie również u dzieci przedwcześnie urodzonych.

Pytanie 19. Dotyczy pakietu nr 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 1, 3, 4, z pakietu nr 26 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu.

Pytanie 20. Dotyczy pakietu nr 26 poz 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek nakrywkowych o wymiarach 24 x 60 mm

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, jednak szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x55mm są najbardziej optymalne dla Zamawiającego. Szkiełka 24x60mm częściowo zakrywają szlifowanie, matowione pole szkiełka podstawowego, co zmniejsza pole opisu.

Pytanie 21. Dotyczy pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści kodowanie numeryczne na opakowaniu zamiast kodowania kolorystycznego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza kodowania wyłącznie numerami, zgodnie z opisem w SWZ oczekuje opakowań kodowanych kolorami w celu szybkiej i łatwej identyfikacji.

Pytanie 22. Dotyczy pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści opakowanie folia-folia?

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie folia-folia.

Pytanie 23. Dotyczy pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści łyżki metalowe z podstawą z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza łyżki z podstawą z tworzywa sztucznego.

Pytanie 24. Dotyczy pakietu nr 25 poz 1

Czy zamawiający dopuści pojemność 0,25L wraz z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza pojemności 0,25l, Zamawiający wymaga pojemności 0,5l.

Pytanie 25. Dotyczy pakietu nr 21 poz 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 80x90cm z otworem 10x10 cm i z kieszenią?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rozmiaru zgodnego z opisem w SWZ.

Pytanie 26. Dotyczy pakietu nr 21 poz 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 150x140cm z otworem 10x10 cm i z dwoma kieszeniami?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rozmiaru zgodnego z opisem w SWZ.

Pytanie 27. Dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści cewniki silikonowe z końcówką Dufour, w rozmiarach 18,20,22 i 24F?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28. Dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający wymagając cewników z końcówką typu Nelaton ma na myśli silikonowe cewniki pooperacyjne z końcówką typu Couvelaire (prostą, otwartą, zakończoną wyżłobieniem), w rozmiarach 18,20,22 i 24F?

Odp. Zamawiający wymaga końcówek cewnika typu Nelaton nr 16,18,20,22 zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 29. Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści obwody o długości 120 cm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza obwodu o długości 120 cm. Zamawiający wymaga obwodu o długości co najmniej 150 cm w celu prowadzenia resuscytacji noworodka w inkubatorze, bez konieczności przekładania go do inkubatora otwartego z Neopuff, dotyczy przede wszystkim skrajnego wcześniaka.

Pytanie 30. Dotyczy pakietu nr 2 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższej jednorazowej, sterylnej osłonki na adaptery uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierze ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w osłony przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z opisem w SWZ.

Pytanie 31. Dotyczy pakietu nr 2 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na uchwyt lampy operacyjnej o parametrach: Wysokość samego uchwytu: 8 cm Wysokość całkowita: 8,5 cm Średnica otworu: 3 cm Średnica kołnierza: 13 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na zbyt krótką wysokość i średnicę.

Pytanie 32. Dotyczy pakietu nr 12 poz 5

Czy Zamawiający dopuści papier EKG o wymiarach 114mmx150mmx75?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33. Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego, zapewniającego wysoką jakość i trwałość wydruku?

Odp. Zamawiający wymaga papieru zgodnego z opisem w SWZ, nie wymaga papieru oryginalnego.

Pytanie 34. Dotyczy pakietu nr 14 poz 1

Czy Zamawiający dopuści papier rejestracyjny o wymiarach 50mmx30m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza papieru rejestracyjnego o wymiarach 50mm x 30m ponieważ nie będzie on kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami wymienionymi w SWZ.

Pytanie 35. Dotyczy pakietu nr 16 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę elektrod pakowanych a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę elektrod pakowanych a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 36. Dotyczy pakietu nr 18 poz 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójdrożny wyłącznie z końcówką typu Nelaton, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga cewników balonowych trójdrożnych z końcówką Nelaton i końcówką Dufour.

Pytanie 37. Dotyczy pakietu nr 23 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kieliszków pakowanych a'90 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38. Dotyczy pakietu nr 23 poz 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o średnicy dna 2,7cm i średnicy górnej krawędzi 4 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39. Dotyczy pakietu nr 24 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę nakłuwaczy pakowanych a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40. Dotyczy pakietu nr 1 poz 2e

Czy Zamawiający dopuści płytę o rozmiarze 12x20mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza płytę w rozmiarze 12x20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z opisem w SWZ.

Pytanie 41. Dotyczy zapisów projektu umowy, załącznik nr 3b

Czy Zamawiający w §2 ust. 5 pkt. 4 wyrazi zgodę na ulotki do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego z witryny internetowej zamiast wersji papierowej w opakowaniu wyrobu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42. Dotyczy zapisów projektu umowy, załącznik nr 3b

Czy Zamawiający w §6 ust. 1 pkt 3) zmieni wysokość kary umownej z 500 zł na 100zł?

Odp. . Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 43. Dotyczy zapisów projektu umowy, załącznik nr 3b

Czy Zamawiający zmieni w §6 ust. 2, iż łączna wysokość kar nie może być wyższa niż 10 % wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 2 oraz czy Zamawiający zmieni w §6 ust. 1 pkt 4 z 20% na 10%? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353¹k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Odp. . Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 44. Dotyczy zapisów projektu umowy, załącznik nr 3b

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 45. Dotyczy zapisów projektu umowy, załącznik nr 3b

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §7 ust. 1 pkt 2 z „48 godzin” na „4 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony

w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 46. Dotyczy zapisów projektu umowy, załącznik nr 3b

Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1 pkt 2, iż pięciokrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w kolejnych po sobie dostawach?

Odp. Pięciokrotna zwłoka nie musi wystąpić w kolejnych po sobie dostawach.

Pytanie 47. Dotyczy pakietu nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku bądź podanie ceny za opakowanie handlowe z przeliczeniem ilości dla Pakietu nr 26?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych tj. np. szkiełka, kasetki itp., wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 48. Dotyczy realizacji umowy

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Zamawiający będzie składał zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pytanie 49. Dotyczy pakietu nr 26

Prosimy o potwierdzenie jakiej ilości próbek oczekuje Zamawiający w zakresie Pakietu nr 26 czy np. po 1 najmniejszym opakowaniu dla każdej pozycji?

Odp. Zamawiający oczekuje po jednym najmniejszym opakowaniu próbek dla każdej pozycji.

Pytanie 50. Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 26:

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 40% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odp. Zamawiający nie dokona modyfikacji w/w zapisu umowy.

Pytanie 51. Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 26:

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6 mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 52. Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 26:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odp. . Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 53. Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 26:

Zamawiający w projekcie umowy, pisze: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

„...1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2...”

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Wysokość kar umownych winna pozostawać w korelacji ze szkoda, co zgodne jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC), a nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony

umowy.

Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

Odp. . Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 54. Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odp. . Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 55. Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty

organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Odp. . Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 56. Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 26:

Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i wiążących się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług.

Odp. . Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 57. Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 26:

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę postanowień § 6 ust. 1 „wzoru umowy”, w taki sposób, aby uzyskał on brzmienie:

„...1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia
- w wysokości 0,1% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia,
- 2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad
- w wysokości 0,1% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,
- 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 200 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek,...

W ocenie wykonawcy procentowo i kwotowo określone kary mają charakter wygórowany i poprzez ich wysokość nie mają charakteru prewencyjnego ale charakter represyjny, a w razie ich naliczenia prowadziłyby do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, który w przypadku uchybienia w obowiązkach wykonawcy nie ponosi szkody.

W zakresie niedopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jako rażąco wygórowanej odwołać należy się poglądu zaprezentowanego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie KIO 2219/17, gdzie wskazano, że:

„Nie jest przy tym dozwolone zastrzeżenie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej (tak też: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt: I CSK 484/06). O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za

rażąco wygórowaną. Kara umowna może być „rażąco wygórowana” już w chwili jej zastrzeżenia lub stać się taką w następstwie późniejszych okoliczności, do których można przykładowo zaliczyć to, że szkoda wierzyciela jest znikoma, skutkiem czego zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy jej wysokością a wysokością należnej kary (tak też: Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013). Izba zważyła, że Zamawiający konstruując postanowienia dotyczące kar umownych wypaczył w istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym naruszył przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie Zamawiającego do konstruowania zapisów umownych w sprawie zamówienia publicznego nie może być nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych.

Odp. . Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 58. Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces. Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesiące z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

Dodatkowo z uwagi na ogólnoswiatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

Odp. . Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 59. Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 26:

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wskazanie dokumentów, jakich będzie oczekiwał od Wykonawcy w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia, spowodowanego sytuacją, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 455 PzP).

Odp. Zapis dotyczący zmiany wynagrodzenia znajduje się w załączniku 3b do SWZ w § 9. Każdy przypadek zmiany wynagrodzenia będzie rozpatrywany indywidualnie przez Zamawiającego.

Pytanie 60. Dotyczy pakiet nr 26 poz 1:

Czy w związku z wymogiem otrzymania szkiełek o niskiej zawartości tlenku żelaza (0,03%), Zamawiający wymaga szkiełek o składzie chemicznym: SiO₂ - 72,2%, MgO – 4,3%, Na₂O – 14,3%, Al₂O₃ – 1,2%, K₂O – 1,2%, Fe₂O₃ – 0,03%, CaO – 6,4%, SO₃ – 0,3%?

Odp. Zamawiający wymaga szkiełek o podanym składzie chemicznym.

Pytanie 61. Dotyczy pakiet nr 26 poz 2-4:

Czy w związku z wymogiem złożenia oferty na szkiełka borosilikatowe o wysokiej jakości, Zamawiający oczekuje szkiełek wykonanych ze szkła borosilikatowego D263M? Na rynku coraz częściej pojawiają się szkiełka wykonane z tańszego i różnej jakości szkła borosilikatowego innego typu. Oczekując wyrobów ze szkła D263 M Zamawiający otrzyma szkiełka wysokiej jakości, zarazem nie ograniczając konkurencji, gdyż szkiełka te są ogólnodostępne na polskim i europejskim rynku.

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje wyżej wymienionych szkiełek o wysokiej jakości.

Pytanie 62. Dotyczy pakiet nr 24:

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,8 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63. Dotyczy pakiet nr 2 poz 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony uchwyty lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15 mm do max. 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwyty oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwyty o średnicy max. 46 mm i długości do 15 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64. Dotyczy pakiet nr 21 poz 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby zaferowane serwety posiadały 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 65. Dotyczy pakiet nr 21 poz 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety okulistycznej o wymiarach 122x157 cm z oknem 13x10cm wypełnionym folią operacyjną z otworem 11,5x8cm, z obustronną torbą na płyny 48x28 cm ze sztywnikiem ze zintegrowanym podwójnym uchwytem na przewody.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rozmiaru zgodnego z opisem w SWZ.

Pytanie 66. Dotyczy pakiet nr 23:

Prosimy o dopuszczenie kieliszków do podawania leków - firmy Margomed, pojemność 25 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający nie zna parametrów kieliszków do podawania leków firmy Margomed. Zamawiający dopuszcza pojemność 25 ml.

Pytanie 67. Dotyczy pakiet nr 9:

W związku z faktem iż wielu producentów potwierdza pomiar saturacji przy niskiej perfuzji bez określenia jej wielkości zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymagając czujników wskazujących pomiar przy niskiej perfuzji ma na myśli pomiar przy perfuzji sięgającej do 0,02 % z potwierdzeniem w oryginalnym folderze producenta?

Odp. Zamawiający w SWZ nie określił dokładności pomiaru przy niskiej perfuzji, jak również nie żądał potwierdzenia Certyfikatem/Oświadczeniem oryginalnego wytwórcy technologii Masimo SET, jednocześnie sama technologia Masimo Set wykazuje cechy czujników.

Pytanie 68. Dotyczy pakiet nr 9:

Czy zamawiający wymagając pomiaru saturacji podczas ruchu pacjenta ma na myśli pomiar saturacji w ruchu z dokładnością 1,5% z potwierdzeniem w oryginalnym folderze producenta.

Odp. Zamawiający w SWZ nie określił dokładności pomiaru podczas ruchu, jak również nie żądał potwierdzenia Certyfikatem/Oświadczeniem oryginalnego wytwórcy technologii Masimo SET, jednocześnie sama technologia Masimo Set wykazuje cechy czujników.

Pytanie 69. Dotyczy pakiet nr 9:

Technologia Masimo SET - eliminacja sygnałów płynących z krwi żyłnej jest objęta prawem patentowym a jej podrabianie jest niezgodne z prawem. W związku z tym, że zdarzają się sytuacje, iż inne firmy oferują zamienniki czujników w technologii Masimo SET, produkcji chińskiej, koreańskiej lub tureckiej dodatkowo produkty te nie są kompatybilne z urządzeniami firmy Masimo i z całą pewnością nie pracują w technologii Masimo SET a ich użycie może powodować błędy pomiaru jak również utratę gwarancji urządzenia.

Czy w związku z tym, Zamawiający oczekuje zaoferowania czujników Masimo SET przez Autoryzowanego Dystrybutora, posiadającego autoryzowany serwis Masimo na terenie Polski?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga czujników Masimo SET oferowanych przez Autoryzowanego Dystrybutora, posiadającego autoryzowany serwis Masimo na terenie Polski.

Zatwierdzam
Zastępcą Dyrektora
Ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Małgorzata Kuczyńska
nr tel.: 74/6489941

