



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 700 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 28.04.2017 r.

DZPZ-530- Zp/29/PN-28/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na, Dostawy gazów medycznych na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przez okres 48 miesięcy - Zp/29/PN-28/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1. Czy w zał. Nr 1 do siwz pakiet 1 Zamawiający wymaga zbiorników o pojemnościach dotychczas użytkowanych?

Odp. Tak. Zamawiający wymaga zbiorników o pojemnościach dotychczas użytkowanych.

Pyt. 2. Czy w zał. Nr 1 do siwz pakiet 1 Zamawiający w kolumnie cena jednostkowa netto wiersz 2 dzierżawa zbiorników wymaga podania ceny za 2 zbiorniki?

Odp. Tak. Zamawiający w kolumnie cena jednostkowa netto wiersz 2 dzierżawa zbiorników wymaga podania ceny za 2 zbiorniki.

Pyt.3. Czy w zał. Nr 1 do siwz pakiet 2 dzierżawa butli Zamawiający w kolumnach cena jednostkowa netto i cena jednostkowa brutto wymaga podania ceny dzierżawy 1 sztuki butli w okresie 48 miesięcy, a wartość brutto będzie obliczona cena jedn. brutto x ilość butli?

Odp. Tak. Zamawiający w kolumnach cena jednostkowa netto i cena jednostkowa brutto wymaga podania ceny dzierżawy 1 sztuki butli w okresie 48 miesięcy, a wartość brutto będzie obliczona cena jedn. brutto x ilość butli.

Pyt.4. Czy w zał. Nr 1 do siwz pakiet 4 dzierżawa butli Zamawiający w kolumnach cena jednostkowa netto i cena jednostkowa brutto wymaga podania ceny dzierżawy 1 sztuki butli w okresie 48 miesięcy, a wartość brutto będzie obliczona cena jedn. brutto x ilość butli?

Odp. Tak. Zamawiający w kolumnach cena jednostkowa netto i cena jednostkowa brutto wymaga podania ceny dzierżawy 1 sztuki butli w okresie 48 miesięcy, a wartość brutto będzie obliczona cena jedn. brutto x ilość butli. Zamawiający w tym Pakiecie będzie dzierżał po 1 sztuce butli 2 litowej i 10 litowej.

Pyt.5. W zał. Nr 1 do siwz pakiet 6 prosimy o podanie czy Zamawiający posiada własne zbiorniki na ciekły azot i jakiej są wielkości.

Odp. Zamawiający posiada własne zbiorniki na ciekły azot. Lokalizacja Sokołowskiego 2 szt. po 35 kg., lokalizacja Batorego 5 szt. po 25 kg.

Pyt.6. W zał. Nr 1 do siwz pakiet 8 prosimy o podanie do jakich zabiegów Zamawiający będzie używał dwutlenku węgla z wiersza 3?

Odp. Do zabiegów laparoskopowych (woreczek żółciowy)

Pyt.7. W zał. Nr 1 do siwz pakiet 8 prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga dostaw dwutlenku węgla zarejestrowanego jako wyrób medyczny i dopuszcza dostawy w butlach Wykonawcy.

Odp. Wymagamy dostaw dwutlenku węgla zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Zamawiający dopuszcza dostawy w butlach Wykonawcy, bez ich dzierżawy – na wymianę.

Pyt.8. W zał. Nr 1 do siwz pakiet 8 oraz zał. nr 3 do siwz (pakiet 5,6,8 i 9) prosimy o dopuszczenie aby dwutlenku węgla posiadał termin ważności 12 miesięcy od daty produkcji i nie krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy.

Odp. Wymagamy dostarczany gaz posiadał termin ważności 12 miesięcy od daty dostawy ze względu na specyfikę pracy szpitala.

Pyt.9. W zał. nr 3 do siwz (pakiet 5,6,8 i 9) – umowa – w § 3 ust. 1 prosimy o dopisanie treści: Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.10. W zał. nr 3 do siwz (pakiet 5,6,8 i 9) – umowa – w § 3 ust. 4 prosimy o dopisanie treści (...) w dni robocze.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.11. W zał. nr 3 do siwz (pakiet 5,6,8 i 9) – umowa – w § 4 ust. 2 prosimy o dopuszczenie aby dwutlenku węgla posiadał termin ważności 12 miesięcy od daty produkcji i nie krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.12. W zał. nr 3 do siwz (pakiet 5,6,8 i 9) – umowa – w § 4 ust. 4 prosimy o dopisanie treści: o pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.13. W zał. nr 3 do siwz (pakiet 5,6,8 i 9) – umowa – w § 8 ust. 1pkt 2 prosimy o zmianę na brzmienie: 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.14. W zał. nr 3 do siwz (pakiet 5,6,8 i 9) – umowa – w § 13 prosimy o zmianę na brzmienie: sądu powszechnego właściwego dla siedziby powoda.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.15. W zał. nr 3 ” a” do siwz (pakiet 2,4, i 7) – umowa – w § 3 ust. 1 prosimy o dopisanie treści (...):Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.16. W zał. nr 3 ” a” do siwz (pakiet 2,4, i 7) – umowa – w § 3 ust. 4 prosimy o dopisanie treści (...) w dni robocze.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.17. W zał. nr 3 ” a” do siwz (pakiet 2,4, i 7) – umowa – w § 4 ust. 4 prosimy o dopisanie treści: pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.18. W zał. nr 3 ” a” do siwz (pakiet 2,4, i 7) – umowa – w § 5 ust. 2 prosimy o zmianę na brzmienie: faktura za dzierżawę butli wystawiana będzie z dołu za okres 1 miesiąca i uwzględnia rzeczywiste ilości tzw. butlodni dzierżawionych butli. UWAGA!!! System księgowy automatycznie nalicza dzierżawy i faktura drukowana jest z datą ostatniego dnia miesiąca. W tej kwestii liczymy na zrozumienie specyfiki naszej branży i obrotu butlami na gazy sprężone.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.19. W zał. nr 3 ” a” do siwz (pakiet 2,4, i 7) – umowa – w § 8 ust. 1 pkt 2 prosimy o zmianę na brzmienie: 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.20. W zał. nr 3 ‘a” do siwz (pakiet 2,4, i 7) – umowa w § 13 prosimy o zmianę na brzmienie: sądu powszechnego właściwego dla siedziby powoda.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.21. W zał. nr 3 ”b” do siwz (pakiet 3) – umowa w § 3 ust. 1 prosimy o dopisanie treści (...):

Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.22. W zał. nr 3 "b" do siwz (pakiet 3) – umowa w § 3 ust. 8 prosimy o usunięcie zapisu w całości. UWAGA!!! Nitrogenium oxydulatum nie jest lekiem ratującymi życie i jest używany w anestezji jako wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia ogólnego w połączeniu z innymi anestetykami wziewnymi lub dożylnymi. Podtlenek azotu dostarczany jest w butlach stalowych, ciśnieniowych wymaga specjalistycznym wysokotonażowego transportu samochodowego i spełniających przepisy ADR. W tej kwestii liczymy na zrozumienie specyfiki naszej branży i obrotu butlami na gazy sprężone.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.23. W zał. nr 3 "b" do siwz (pakiet 3) – umowa – w § 4 ust. 4 prosimy o dopisanie treści: pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.24. W zał. nr 3 "b" do siwz (pakiet 3) – umowa- w § 8 ust. 1 pkt 2 prosimy o zmianę na brzmienie: 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.25. W zał. nr 3 "b" do siwz (pakiet 3) – umowa- prosimy o zmianę na brzmienie: sądu powszechnego właściwego dla siedziby powoda.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.26. W zał. nr 3 "c" do siwz (pakiet 1) – umowa - w § 3 ust. 1 prosimy o dopisanie treści (...):Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.27. W zał. nr 3 "c" do siwz (pakiet 1) – umowa w § 4 ust. 2 prosimy o dopisanie treści pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.28. W zał. nr 3 "c" do siwz (pakiet 1) – umowa w §11 ust. 2 faktura za dzierżawę zbiorników wystawiana będzie z dołu za okres 1 miesiąca za rzeczywiste ilości zbiorników i dni użytkowania zbiorników UWAGA!!! System księgowy automatycznie nalicza dzierżawy i faktura drukowana jest z datą ostatniego dnia miesiąca. W tej kwestii liczymy na zrozumienie specyfiki naszej branży i obrotu butlami na gazy sprężone.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.29. W zał. nr 3 "c" do siwz (pakiet 1) – umowa w § 29 ust. 1 pkt.2 prosimy o zmianę na brzmienie: 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.30. W zał. nr 3 "c" do siwz (pakiet 1) – umowa w § 34 prosimy o zmianę na brzmienie: sądu powszechnego właściwego dla siedziby powoda.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.31. W związku z tym, iż nie jesteśmy, z przyczyn od nas niezależnych, złożyć oferty w wyznaczonym przez Państwa terminie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej na dzień 10.05.2017 r. lub późniejszy.

Odp. Termin został przesunięty na 05.05.2017 r.

Pyt.32. W związku z robotami budowlanymi/projektowymi niezbędnymi przy montażu zbiorników na ciekły tlen medyczny, prosimy o wyznaczenie, z odpowiednim wyprzedzeniem aby móc umówić wizyty Inżyniera Projektanta, terminów wizji lokalnych w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego.

Odp. W przypadku wygrania przez Państwa Firmę przedmiotowego przetargu terminy wizji lokalnych będą ustalane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pyt.33. Czy Zamawiający, jako właściciel terenu, dokonał już zgłoszenia wymiany zbiorników w Nadzorze Budowlanym ? Jeśli nie, jakie terminy przewiduje Zamawiający na wymianę zbiorników od podpisania Umowy, tak, aby mógł dopełnić wszelkich formalności spoczywających w takiej sytuacji na Zamawiającym, jako właścicielu terenu ?

Odp. Nie. Zamawiający nie wie czy taka konieczność będzie zachodziła.

Pyt.34. Czy Zamawiający posiada pod zbiorniki fundamenty płytowe czy punktowe ?

Odp. Zamawiający posiada pod zbiorniki fundamenty płytowe .

Pyt.35. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych mapek terenów służących do celów projektowych?

Odp. Tak. Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych mapek terenów służących do celów projektowych.

Pyt.36. Czy zamawiający posiada do wglądu dokumentację z której wynika, że jest właścicielem fundamentów pod zbiorniki i parownic?

Odp. Tak. Zamawiający posiada do wglądu dokumentację z której wynika, że jest właścicielem fundamentów pod zbiorniki i parownic.

Pyt.37. Czy Zamawiający posiada **rezerwowe źródło zasilania** (rampy butlowe) zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie zasilał Szpitale z należytą dbałością o zdrowie i życie pacjentów w tlen medyczny podczas wymiany zbiorników ?

Odp. Tak. Zamawiający posiada rezerwowe źródło zasilania.

Pyt.38. Czy Zamawiający przewidział zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 7396-1 **awaryjne źródło zasilania** Szpitala w tlen medyczny w trakcie zasilania Szpitala w tlen z rampy butlowej podczas wymiany zbiorników ?

Odp. Tak. Zamawiający przewidział awaryjne źródło zasilania w tlen medyczny.

Pyt.39. Czy istnieje możliwość dojazdu do magazynów butlowych Zamawiającego samochodem ciężarowym o DMC 40t, promieniu skrętu 15m oraz droga ma szerokość min 4m ?

Odp. Tak. Istnieje możliwość dojazdu do magazynów butlowych Zamawiającego samochodem ciężarowym o DMC 40t, promieniu skrętu 15m oraz droga ma szerokość min 4m.

Pyt.40. Czy istnieje możliwość dojazdu do zbiorników na tlen medyczny samochodem ciężarowym o DMC 40t, promieniu skrętu 15m oraz droga ma szerokość min 4m ?

Odp. Tak. Istnieje możliwość dojazdu do zbiorników na tlen medyczny samochodem ciężarowym o DMC 40t, promieniu skrętu 15m oraz droga ma szerokość min 4m.

Pyt.41. Prosimy o dopisanie w Załączniku nr 1 dla Pakietu nr 1 pozycji „Montaż zbiorników wraz z parownicami”. Usługa ta nie może być wliczona w opłatę za dzierżawę zbiornika ani w cenę tlenu ponieważ te dwie pozycje objęte są innymi stawkami podatku VAT. Ukrywanie usługi objętej podatkiem VAT 23% w towarze lub usłudze objętej podatkiem VAT 8% może pociągać za sobą negatywne skutki zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmieni zapisów w Załączniku nr 1 dla Pakietu nr 1.

Pyt.42. Prosimy o określenie minimalnej wydajności parownic dla poszczególnych zbiorników.

Odp. Minimalnej wydajności parownic dla poszczególnych zbiorników powinien określić Wykonawca na podstawie maksymalnego przepływu tlenu medycznego w poszczególnych lokalizacjach.

Pyt.43. Prosimy o określenie maksymalnego przepływu dla tlenu medycznego dla poszczególnych lokalizacji.

Odp. Ok 700 kg/dobę lokalizacja Sokołowskiego, ok. 200 kg/dobę lokalizacja Batorego.

Pyt.44. Prosimy o określenie średniego przepływu dla tlenu medycznego dla poszczególnych lokalizacji.

Odp. Ok 700 kg/dobę lokalizacja Sokołowskiego, ok. 200 kg/dobę lokalizacja Batorego.

Pyt.45. Prosimy o określenie dobowego przepływu dla tlenu medycznego dla poszczególnych lokalizacji.

Odp. Ok 700 kg/dobę lokalizacja Sokołowskiego, ok. 200 kg/dobę lokalizacja Batorego.

Pyt.46. Czy Zamawiający używa również butli stalowych z tlenem medycznym o pojemności 2l ciśnieniu 200 bar i zawartości gazu 0,43m³ (np. w karetkach, inkubatorach lub łózkach transportowych) ? Jeśli tak, prosimy o dołączenie tej pojemności do niniejszego postępowania. Przypominamy jednocześnie, że przetwarzanie tlenu medycznego z butli do butli jest niezgodne z Prawem Farmaceutycznym i podlega odpowiednim sankcjom ze strony Nadzoru Farmaceutycznego.

Odp. Nie. Nie jest to przedmiotem postępowania

Pyt.47. Rozumiemy, że Zamawiający, w związku z posiadanym sprzętem i osprzętem, oczekuje dostaw gazów w butlach wyposażonych w zwykłe/standardowe zawory i nie dopuszcza innych rozwiązań. Prosimy o potwierdzenie.

Odp. Tak. Zamawiający oczekuje dostaw gazów w butlach wyposażonych w zwykłe/standardowe zawory i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Pyt.48. Prosimy o dopisanie pozycji „dzierżawa butli” dla pakietów 3, 8 i 9, tak jak to jest w pozostałych pakietach dotyczących dostaw gazów w butlach.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

Pyt.49. Prosimy o rozdzielenie Pakietu 4 na dwa pakiety 4a i 4b (każda z pojemności butli osobno). Jest to gaz który na Rynku posiada niewielu dostawców. Taki podział umożliwi właściwą konkurencję i zapewni Zamawiającemu korzystne ceny.

Odp. Nie. Zamawiający nie rozdzieli Pakietu nr 4.

Pyt.50. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania dla Pakietu nr 4 gazu o stężeniu 200ppm oraz 800 ppm. Urządzenie które posiada Zamawiający zapewne umożliwi zastosowanie całego spektrum stężeń. Ograniczenie stężenia do 400 ppm ogranicza konkurencję do tylko i wyłącznie jednego dostawcy.

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga stężenia 400 ppm.

Pyt.51. Jakiej wielkości i ile naczyń na ciekły azot posiada Zamawiający ?

Odp. Lokalizacja Sokołowskiego 2 szt. po 35 kg., lokalizacja Batorego 5 szt. po 25 kg.

Pyt.52. Ilu dostaw ciekłego azotu miesięcznie i w jakiej jednostkowej, jednorazowej ilości do poszczególnych lokalizacji oczekuje Zamawiający?

Odp. Zgodnie ze składanymi zamówieniami. Zamawiającemu trudno jest określić takie ilości ze względu na ilość obsługiwanych pacjentów.

Pyt.53. Czy istnieje możliwość dostaw ciekłego azotu w konkretnie uzgodniony z Zamawiającym jeden dzień tygodnia ?

Odp. Nie. Taka możliwość nie istnieje, ze względu na niemożność ustalenia liczby obsługiwanych pacjentów.

Pyt.54. Rozumiemy, iż w związku z tym, że żaden przepis prawa nie wymusza rejestracji ciekłego azotu jako wyrobu medycznego jak również żaden przepis prawa nie wymusza na Zamawiającym zakupu azotu ciekłego jako wyrobu medycznego, ciekły azot ma być po prostu produktem zgodnym z właściwą Polska Normą. Prosimy o potwierdzenie.

Odp. Tak. Ciekły azot ma być po prostu produktem zgodnym z właściwą Polską Normą.

Pyt.55. Czy dla pakietu nr 7 Zamawiający oczekuje zarejestrowanego produktu medycznego czy zwykłego gazu technicznego nie stosowanego do wewnętrznego kontaktu z pacjentem ?

Odp. Tak. Zamawiający oczekuje zarejestrowanego produktu medycznego.

Pyt.56. Rozumiemy, że dla pakietu nr 8 Zamawiający oczekuje dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii. Prosimy o potwierdzenie.

Odp. Tak. Zamawiający oczekuje dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii.

Pyt.57. Rozumiemy, że dla pakietu nr 9 Zamawiający oczekuje argonu zgodnego z Polską Normą o czystości minimum 5,0. Prosimy o potwierdzenie.

Odp. Tak. Zamawiający oczekuje argonu zgodnego z Polską Normą o czystości minimum 5,0.

Pyt.58. Prosimy o zmodyfikowanie Formularza Oferty w taki sposób, aby do każdego z pakietów można było podać odrębny termin dostawy.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmodyfikuje Formularza Ofertowego.

Pyt.59. Prosimy o zmianę w stosownych miejscach SIWZ wraz z Załącznikami zapisów dotyczących terminu przydatności dostarczonych towarów na - „minimum $\frac{3}{4}$ ich pierwotnego terminu przydatności.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ ze względu na specyfikę pracy szpitala.

Pyt.60. Prosimy o usunięcie nazwy własnej/handlowej gazu dla pakietu 4 i opisanie tej pozycji składem chemicznym.

Odp. Tak. Zamawiający usunął nazwę własną/handlową gazu dla pakietu nr 4.

Pyt.61. Proszę o wprowadzenie następujących zmian w projektach „Umów”:

- Zmiana z „60 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury” na „ 60 dni od daty dostarczenia towaru. Faktura musi być dostarczona co najmniej na 14 dni przed terminem jej płatności”.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

- Zmiana z „60 dni” na „30 dni”. Termin płatności nie jest kredytem a czasem na dokonanie czynności księgowo-bankowych na które to 30 dni jest czasem wystarczającym. Udzielaniem kredytów zajmują się wyspecjalizowane instytucje. Prosimy udzielenie kredytów objąć odrębnym postępowaniem.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

- W celu równego traktowania Stron umowy zmiana z „Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.” Na „Strona Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej drugiej Stronie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.”

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

- W celu równego traktowania Stron umowy zmiana z „Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § ... pkt....” na „Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § ... pkt....”.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

- W celu równego traktowania Stron umowy zmiana z „W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminów dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym” na „W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez jedną ze Stron, druga Strona może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym”.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

- Prosimy o dopisanie w zakresie reklamacji zwrotu o brzmieniu: „Koszty nieuzasadnionej reklamacji obciążają Zamawiającego”.

Odp. Nie. Zamawiający nie zmienia treści umowy.

Pyt.62. Prosimy o informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych zbiorników na ciekły tlen medyczny:

a) czy budynki, drzewostan i cała nieruchomość objęta jest opieką/pozwoleniami/zgodami Konserwatora Zabytków ?

Odp. Nie. Budynki, drzewostan i cała nieruchomość nie są objęte opieką/pozwoleniami/zgodami Konserwatora Zabytków.

b) jaka jest odległość od miejsca posadowienia zbiorników (od jego skraju) do ewentualnych Szpitalnych czerpni powietrza ?

Odp. Brak czerpni powietrza.

c) jaka jest odległość od miejsca posadowienia zbiorników (od jego skraju) do ewentualnych Szpitalnych wyrzutni powietrza ?

Odp. Brak wyrzutni powietrza.

d) jaka jest odległość od miejsca posadowienia zbiorników (od jego skraju) do najbliższego budynku?

Odp. Ok 40 m.

e) jaka jest odległość od miejsca posadowienia zbiorników (od jego skraju) do najbliższego okna budowli w której przebywają ludzie ?

Odp. Ok 40 m.

f) jaka jest odległość od miejsca posadowienia zbiorników (od jego skraju) do studzienek kanalizacyjnych ?

Odp. Nie dotyczy.

g) jaka jest odległość od miejsca posadowienia zbiorników (od jego skraju) do ewentualnych wylotów/wlotów podziemnych instalacji wentylacyjnych ?

Odp. Nie dotyczy.

h) jaka jest odległość od miejsca posadowienia zbiorników (od jego skraju) do ewentualnych podziemnych instalacji wentylacyjnych ?

Odp. Nie dotyczy.

i) jaka jest odległość od miejsca posadowienia zbiorników (od jego skraju) do najbliższych drzew o średnicy pow 15 cm ?

Odp. Nie dotyczy.

j) jaka jest odległość od miejsca posadowienia zbiorników (od jego skraju) do magazynów z tłuszczami lub paliwami ?

Odp. Nie dotyczy.

k) jaka jest odległość od miejsca posadowienia zbiorników (od jego skraju) do jakiegokolwiek nawierzchni bitumicznej ?

Ok. 160 m.

Pyt.63. Czy Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej można dostarczyć Zamawiającemu w formie elektronicznej/skanu ?

Odp. Tak. Oryginał musi być dostarczony w terminie późniejszym do Zamawiającego.

Pyt.64. W pakiecie numer 6 Ciekły azot: czy ciekły azot będzie przeznaczony do krioterapii i czy wobec tego powinien spełniać wymagania jak dla wyrobu medycznego?:

Odp. Nie.

Pyt.65. W pakiecie nr 8 dwutlenek węgla: czy dwutlenek węgla będzie stosowany do krioterapii czy do laparoskopii i czy Zamawiający wymaga aby miał status wyrobu medycznego i posiadał odpowiednie dokumenty (świadectwa, certyfikaty, itp.) dopuszczające oferowane gazy medyczne do obrotu i stosowania medycznego wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami; np. Deklaracja zgodności EC z Dyrektywą 93/42/EEC dla CO2 do krioterapii i laparoskopii;

Odp. Tak. Dwutlenek węgla będzie stosowany do krioterapii czy do laparoskopii. Zamawiający wymaga aby miał status wyrobu medycznego i posiadał odpowiednie dokumenty (świadectwa,

certyfikaty, itp.) dopuszczające oferowane gazy medyczne do obrotu i stosowania medycznego wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Pyt.66. W pakiecie numer 9 Argon: czy argon będzie przeznaczony do Argonowej Koagulacji Plazmowej (APC) – czyli endoskopii zabiegowej i powinien spełniać wymogi wyrobu medycznego? Jeśli tak, to czy dopuszczacie Państwo także inne rozmiary opakowań, np. butla o pojemności 5 l/200 bar?

Odp. Tak. Argon będzie przeznaczony do Argonowej Koagulacji Plazmowej (APC) – czyli endoskopii zabiegowej i powinien spełniać wymogi wyrobu medycznego. Zamawiający wymaga butli 10 l.

Pyt.67. W pakiecie nr 4 tlenek azotu 400 ppm, INOMAX jest zastrzeżoną nazwą wyrobu jednego z producentów. Czy Zamawiający dopuszcza tlenek azotu innego producenta (MESSER Group) pod nazwą RESPIMESSER tlenek azotu 800 ppm? Produkt leczniczy w butlach 2 l i 10 l?

Odp. Tak. Zamawiający usunął nazwę własną/handlową gazu dla pakietu nr 4. Zamawiający wymaga stężenia 400 ppm.