



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 15.05.2017 r.

DZPZ-530-Zp/31/PN-30/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów ortopedycznych – Zp/31/PN-30/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 3, 12, 19

Czy Zamawiający ze względu na małą szacowaną liczbę zbiegów w skali roku dopuści zaferowanie systemów endoprotezoplastycznych w ramach systemu Loaner Set – dostarczane w ciągu 48h na zaplanowany i umówiony zabieg bez tworzenia stałego komisji implantacyjnej i stałego użyczenia instrumentarium dla:

-pakiet 3, punkt 10 - System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego

- pakiet 12 - Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego II

- pakiet 19 - Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego III?

Odp. Dla pakietu nr 12 i pakietu nr 19 Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie systemów w trybie Loaner Set. Natomiast dla pakietu nr 3 Zamawiający wymaga systemu panewkowego rewizyjnego na stałe.

Pytanie 2, dotyczy projektu umowy

Mając na uwadze zasady miarkowania kar umownych, proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne były naliczane za każdy dzień opóźnienia (a nie za każdą godzinę)? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści:

w poz. 1

- Część udowa bezcementowa, pokryta tytanem i HAP (80µm każda warstwa), kobaltowo - chromowa, jednoosiowa w płaszczyznach ML/AP, anatomiczna (lewa, prawa) w wersji PS, z możliwością wymiany lub zachowania powierzchni stawowej rzepek, dzięki pogłębieniu na całej długości dołowi międzykłykciowemu, poprawiającemu stabilizację rzepek i zmniejszającemu nacisk na rzepekę, w 7 rozmiarach. Zmniejszający się promień kłykcia powyżej 100° pozwalający na zwiększenie zakresu ruchu zginania

- Część piszczelowa, uniwersalna, bezcementowa, pokryta tytanem i HAP (80µm każda warstwa), kobaltowo - chromowa, dostępna w 7 rozmiarach, górna powierzchnia gładko polerowana, możliwość zastosowania modularnych trzpieni śródszpikowych.

- Ruchoma wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o maksymalnie wysokiej odporności na ścieranie, z cylindrycznym i stożkowym trzpieniem zapobiegającym zwichnięciu wkładki na komponencie piszczelowym, z wcięciem na rzepekę w części przedniej wkładki, grubość: 10 mm, 12 mm, 14mm, 16 mm, 20mm.

w poz. 2

- Część udowa kobaltowo - chromowa, jednoosiowa w płaszczyznach ML/AP, anatomiczna (lewa, prawa) w wersji PS, z możliwością wymiany lub zachowania powierzchni stawowej rzepki, dzięki pogłębieniu na całej długości dołowi międzykłykciowemu, poprawiającemu stabilizację rzepki i zmniejszającemu nacisk na rzepkę, w 7 rozmiarach. Zmniejszający się promień kłykcia powyżej 100° pozwalający na zwiększenie zakresu ruchu zginania

- Część piszczelowa, uniwersalna, kobaltowo - chromowa, symetryczna, dostępna w 7 rozmiarach, górna powierzchnia gładko polerowana, możliwość zastosowania modularnych trzpieni śródszpikowych

- Ruchoma wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o maksymalnie wysokiej odporności na ścieranie, z cylindrycznym i stożkowym trzpieniem zapobiegającym zwicnięciu wkładki na komponencie piszczelowym, z wcięciem na rzepkę w części przedniej wkładki, grubość: 10 mm, 12 mm, 14mm, 16 mm, 20mm

- Komponent rzepki

- Proksymalne i dystalne podkładki udowe, dostępne w 4 rozmiarach o grubości 4mm i 8mm

- Przedłużki piszczelowe i udowe z rowkami antyrotacyjnymi o śr. 12mm i 14mm, w 3 długościach

- Cement kostny z gentamycyną pakowany 1x40g do ręcznego mieszania

- Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z wymogami instrumentarium oferenta

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanej oferty ponieważ :

- 1. Wymagane są obie wersje endoprotezy stawu kolanowego tj. PS i CR /oferent proponuje tylko wersję PS/**
- 2. Zamawiający wymaga 9 rozmiarów części piszczelowej oraz zastosowania podkładek rewizyjnych do części piszczelowej /oferent proponuje jedynie podkładki udowe i część piszczelową w 7 rozmiarach/.**