

Wałbrzych, dnia 21.02.2023r.

DZPZ-530- Zp/87/PN/22

Wykonawcy – wszyscy

**Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych na Oddział Urologiczny, Pulmonologiczny i inne
Oddziały - Zp/87/PN/22**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 Igła półautomatyczna do biopsji Histopatologicznej 18G x 20 cm - możliwość ustawienia długości pobieranego bioptatu na 9,5 lub 19 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt krótką długość pobieranego bioptatu.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 4

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Zestaw do szynowania moczowodów typu Double J – oba końce otwarte. Zestaw bez zacisku.

Rozmiary 4.7, 6, 7, 8 Fr (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestawu w zaciskiem.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 5

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Zestaw do szynowania moczowodów typu Double J – jeden koniec zamknięty. Rozmiary 4.7, 6, 7 Fr (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 14

Prosimy o dopuszczenie suchych chusteczek w rolkach do nasączania dowolnym środkiem myjącym i dezynfekującym. Przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni. Wykonane z wysokogatunkowej włókniny, mieszanki poliestru min. 45% i celulozy min. 55%, o gramaturze min. 65g/m². Chusteczki nie pozostawiają włókien i smug po użyciu oraz są niepyłące. Rozmiar chusteczki: min. 30 cm x min. 34 cm. Pakowane po 100 sztuk w rolce. Każda rolka osobno pakowana w foli. Wyrób medyczny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga ściereczek wykonanych z wysokogatunkowej włókniny, mieszanki poliestru min. 43%, celulozy min. 55% i wiskozy min. 2%, o gramaturze min. 70g/m², grubość 0,4m. Oferujący nie określił wytrzymałości na rozerwanie.

Pytanie 5. Dotyczy projektu umowy

Prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności.

Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 6. Dotyczy projektu umowy

Prosimy o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 7 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.3% wartości netto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 7. Dotyczy projektu umowy

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający w Pak.nr. 7 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik Foley'a, rozmiar CH 6, wykonany w 100% z silikonu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga masek zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby maski pozbawione były ftalanów i dopuści maski ze śladową ich ilością, spełniające wszystkie normy jakościowe dopuszczające te produkty do stosowania na terenie UE, bez zawartości lateksu. Pragniemy dodatkowo zauważyć, że wyroby te nie są wyrobami pozostającymi w kontakcie z krwią ani z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylniej) a więc szkodliwość chociażby ftalanów jest w tym przypadku znikoma.

Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymogu, Zamawiający wymaga aby maski nie zawierały ftalanów.

Pytanie 11. Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga masek zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 12. Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach S do XL (dla dzieci i dorosłych)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga masek w rozmiarach zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 13. Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o rozmiarach nr 4,7; 6; 7; 8?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14. Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o rozmiarach nr 4,7; 6; 7?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1

Proszę o dopuszczenie nebulizatora z maską w rozmiarach M, L, XL.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rozmiaru od S do XL zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski z drenem w jednej długości – 2 m.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza jednej długości drenu. Zamawiający wymaga długości drenu zgodnego z opisem w SWZ.

Pytanie 17. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski zawierającej ftalany.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga maski nie zawierającej ftalanów.

Pytanie 18. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski w rozmiarach S, M, L, XL

Z czego S ma przeznaczenie pediatryczne, M – dziecięce, L dla nastolatków, XL dla dorosłych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rozmiarów masek zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 19. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1

Proszę o dopuszczenie wąsów w jednej długości – 2 m.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długości wąsów zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 20. Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepka typu furażerka wiązanego na troki wykonanego z włókniny typu Spunlance.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem w SWZ Zamawiający wymaga czepka w kształcie helmu.

Pytanie 21. Dotyczy pakietu nr 12 poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepka typu beret wykonanego z włókniny polipropylenowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22. Dotyczy pakietu nr 14

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania suche chusteczki w rolkach do nasączenia dowolnym środkiem myjącym i dezynfekującym. Przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni. Wykonane z

wysokogatunkowej włókniny, mieszanki wiskozy i poliestru (70%:30%), o gramaturze min. 60g/m², Chusteczki nie powinny pozostawiać włókien i smug po użyciu oraz być niepyłące. W Rozmiar chusteczki: 18x25cm. Pakowane po 300 sztuk z przeliczeniem ilości op. w rolce hermetycznie zgrzewane. Wyrób medyczny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga mieszanki poliestru min.43%, celulozy min.55% i wiskozy min.2% o gramaturze min.70g/m².

Pytanie 23. Dotyczy pakietu nr 14

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania suche chusteczki w rolkach do nasączenia dowolnym środkiem myjącym i dezynfekującym. Przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni. Wykonane z wysokogatunkowej włókniny, mieszanki polipropylenu i celulozy, o gramaturze min. 60g/m², Chusteczki nie powinny pozostawiać włókien i smug po użyciu oraz być niepyłące. W Rozmiar chusteczki: 16x30cm. Pakowane po 100 sztuk w rolce hermetycznie zgrzewane. Wyrób medyczny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga mieszanki poliestru min.43%, celulozy min.55% i wiskozy min.2% o gramaturze min.70g/m², o wymiarach min.30cmxmin.14cm.

Pytanie 24. Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z drenem o długości 210cm, bez systemu kanalikowego, z ustnikiem uniwersalnym?



Odp. Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów musi być zgodna z opisem w SWZ.

Pytanie 25. Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem jedynie o długości 2,1m?

Odp. . Zamawiający nie dopuszcza jednej długości drenu. Zamawiający wymaga długości drenu zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 26. Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długościach 1,4m, 2m, 3m, 5m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długości cewnika zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 27. Dotyczy pakietu nr 12 poz 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28. Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 60cm x 100cm wyposażoną w samouszczelniający się otwór o wymiarach 6cm x 8cm, sztywnik w górnej części torebki z 2ma przylepcami w przedniej części torby służącymi do ufiksowania do serwet operacyjnych i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy. Torba wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0.1 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29. Dotyczy pakietu nr 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów 4.8ch, 6ch, 7ch, 8ch.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30. Dotyczy pakietu nr 4

Czy zamawiający dopuści zestaw do cystoskopowego szynowania wewnętrznego moczowodu. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z miękkiego poliuretanu otwarty-otwarty długości: 24-30 cm dla wersji O/O prowadnica z powłoką teflonową 0.035" o długości 150 cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz prosty długości 40 cm. Cewnik o potwierdzonej biokompatybilności do 3 miesięcy. Zestaw sterylny, dostarczany w opakowaniu jednostkowym typu peel pouch?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający nie wymaga opakowania typu peel pouch.

Pytanie 31. Dotyczy pakietu nr 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów 4.8ch, 6ch, 7ch?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32. Dotyczy pakietu nr 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopowego szynowania wewnętrznego moczowodu. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z miękkiego poliuretanu otwarty-zamknięty, długości: 24-28 cm dla wersji O/Z - do wyboru przez Zamawiającego, prowadnica z powłoką teflonową 0.035" o długości 150 cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz prosty długości 40 cm. Cewnik o potwierdzonej biokompatybilności do 3 miesięcy. Zestaw sterylny, dostarczany w opakowaniu jednostkowym typu peel pouch.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający nie wymaga opakowania typu peel pouch.

Pytanie 33. Dotyczy pakietu nr 6

Czy zamawiający dopuści cewnik dwudrożny z zakończeniem typu Tiemann (dodatkowo wzmocniowy) do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczną zagiętą końcówką z jednym otworem, z szerokim kanałem drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie?

Odp.Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 34. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 1-10

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp.Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 35. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 2-10

Prosimy o doprecyzowanie czy na zakończeniu portu do napełniania balonu w kodzie barwnym rozmiaru CH mają się znajdować oryginalnie nadrukowane przez producenta następujące oznaczenia: logo marki, nazwa materiału cewnika, kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml, co pozwala na identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego?

Odp.Zamawiający dopuszcza, nie wymaga na cewniku nazwy materiału cewnika.

Pytanie 36. Dotyczy pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści pojemność 10 ml?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga pojemności 40 ml, zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 37. Dotyczy pakietu nr 8

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego – przezroczystą probówką, naklejka i nakrętka umożliwiająca oznaczenie próbki i jej transport, łączniki pasujące do każdego typu cewnika do odsysania, zakończony końcówką schodkową, z kontrolą odsysania, dren o długości min. 10 cm?

Odp.Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów musi być zgodna z opisem w SWZ.

Pytanie 38. Dotyczy pakietu nr 9

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nebulizacji dla dorosłych i dzieci mikrobiologicznie czystego?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza zestawów mikrobiologicznie czystych. Zamawiający wymaga zestawu do nebulizacji zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 39. Dotyczy pakietu nr 9

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 2.1 m?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40. Dotyczy pakietu nr 9

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestaw do nebulizacji o rozmiarach dla dorosłych i pediatryczny?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rozmiarów zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 41. Dotyczy pakietu nr 9

Prosimy o sprecyzowanie czy dren w zestawie ma posiadać sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, co ułatwia stosowanie produktu?

Odp.Zamawiający nie wymaga sztywnego złącza kodowanego kolorystyczną barwą dyfuzora.

Pytanie 42. Dotyczy pakietu nr 10

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych i dzieci mikrobiologicznie czystej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza masek mikrobiologicznie czystych, Zamawiający wymaga masek zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 43. Dotyczy pakietu nr 10

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej w rozmiarze uniwersalnej pediatryczny i uniwersalny dorosły?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rozmiarów masek zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 44. Dotyczy pakietu nr 10

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z ftalanami?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza masek tlenowych zawierających ftalany.

Pytanie 45. Dotyczy pakietu nr 10

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie standardową końcówkę drenu do podłączenia do reduktora tlenu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga stopniowaną końcówkę drenu do podłączenia do reduktora tlenu.

Pytanie 46. Dotyczy pakietu nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o gramaturze 26 g m², pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47. Dotyczy pakietu nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby na płyny 51x56 cm z filtrem z folii PE, portem do ssaka z zatyczką, z taśmą przyklepną 5x46 cm, z kształtką usztywniającą, pakowana we włókninę zabezpieczającą 45x45 cm i wentylowaną torbę foliową do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt mały rozmiar, zgodnie z opisem w SWZ Zamawiający wymaga rozmiaru 60cm x 90cm.

Pytanie 48. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw bez ustnika?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zestawu bez ustnika, Zamawiający wymaga zestawu z ustnikiem zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 49. Dotyczy pakietu nr 10

Czy zamawiający dopuści dren o dł. minimum 200 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga drenu o długości minimum 2,1m zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 50. Dotyczy pakietu nr 11

Czy zamawiający dopuści dren min. 200 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga drenu o długości minimum 2,1m zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 51. Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny jednowarstwowej polipropylenowej?
Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52. Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53. Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.Zamawiający nie wydziela.

Pytanie 54. Dotyczy pakietu nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby na płyny zintegrowaną ze sterylną serwetą pod pośladki o wymiarach 89x117 cm z niebieskiej folii PE z wysokochłonnym, poliestrowo – wiskozowym wzmocnieniem min. 41x41 cm w części podpośladowej ze zintegrowaną oraz osłoną stołu, wykonanej z folii PE, która zabezpiecza przed zanieczyszczeniem oraz zintegrowaną torbą na płyny zaopatrzoną w kształtką usztywniającą, włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.

Odp.Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 55. Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści: Maskę tlenową z nebulizatorem w rozmiarach S, M, L, XL wykonaną z medycznego PCV, posiadającą regulowaną blaszkę na nos zapewniającą wygodne dopasowanie, wyposażoną w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia, obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta, otwory wentylacyjne po bokach zabezpieczone silikonowymi nakładkami, nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1cm (numerycznie do 2cm), jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylne

oraz

Nebulizator z ustnikiem i drenem w rozmiarze uniwersalnym wykonany z medycznego PCV, wyposażony w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia, obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta, nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1cm (numerycznie do 2cm), wyposażony w anatomiczny ustnik, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylne, do wyboru Zamawiającego w zależności od aktualnego zapotrzebowania, takie jak na zdjęciach poniżej?



Odp. Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów musi być zgodna z opisem w SWZ.

Pytanie 56. Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w zestawie dren o długości 2,1 m?

Odp. Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów musi być zgodna z opisem w SWZ.

Pytanie 57. Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści rozmiary dla dorosłych od L do XL oraz rozmiary dla dzieci od S do M?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga rozmiary zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 58. Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści długości 2m, 3m, 5m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długości zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 59. Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez nacięć na wewnętrznej folii?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga folii z nacięciami.

Pytanie 60. Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez logo marki na cewniku?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga logo marki na cewniku.

**Zatwierdził :
Zastępca Dyrektora
Ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sporządził: Małgorzata Kuczyńska

nr tel.: 74/6489941



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742